

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2018– Feaes.**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2018- Feaes.**

**CRITÉRIO: Menor valor por item**

**OBJETO:** Seleção de propostas para aquisição, por meio de sistema de registro de preços, de insumos médicos hospitalares, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba – Feaes, pelo período de 12 (doze) meses.

Aos **vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito**, a Pregoeira devidamente designada efetuou julgamento do Pregão em epígrafe. Após detida análise das propostas, dos lances e habilitação das empresas, considerando os fatores de julgamento previstos no Edital de Embasamento e em conformidade com o Memorando emitido pela Coordenadora de Compras da Feaes, a Pregoeira resolveu:

**1) Desclassificar as propostas da empresa AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA para o (s) seguinte (s) item (ns):**

- **Item 06: 218044/ Cateter Ureteral 6fr**, por ter cotado item com características diversas da exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme análises técnicas das amostras, anexo.

**2) Desclassificar as propostas da empresa ALTAMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA para o (s) seguinte (s) item (ns):**

- **Item 06: 218044/ Cateter Ureteral 6fr**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.

**3) Desclassificar as propostas da empresa ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME para o (s) seguinte (s) item (ns):**

- **Item 09: 19472/ Conjunto De Drenagem Torácica Capacidade De 1.000ml, Com Dreno De Tórax Nº 12**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.

- **Item 23: 213114/ Revitalizante E Removedor De Oxidação Para Instrumental Cirúrgico**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.

**4) Desclassificar as propostas da empresa BORINI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA para o (s) seguinte (s) item (ns):**

- **Item 23: 213114/ Revitalizante E Removedor De Oxidação Para Instrumental Cirúrgico**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 29: 211220/ Teste Integrador – Classe 5 – Indicador**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.

**5) Desclassificar as propostas da empresa CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA para o (s) seguinte (s) item (ns):**

- **Item 17: 216514/ Luva Cirúrgica Nº 6.5 Isenta De Látex**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 18: 215550/ Luva Cirúrgica Nº 7.0 Isenta De Látex**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 19: 216515/ Luva Cirúrgica Nº 8.0 Isenta De Látex**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.

**6) Desclassificar as propostas da empresa CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRUGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA para o (s) seguinte (s) item (ns):**

- **Item 06: 218044/ Cateter Ureteral 6fr**, por ter cotado item com características diversas da exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme análises técnicas das amostras, anexo.
- **Item 29: 211220/ Teste Integrador – Classe 5 – Indicador**, por não ter encaminhado todos os documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação do produto, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.

**7) Desclassificar as propostas** da empresa **CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA A ASAÚDE LTDA ME** para o (s) seguinte (s) item (ns):

- **Item 15: 218545/ Kit Laringoscópio Infantil (Com Lâminas 00, 0, 1 E 2 Curvas E Retas)**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 16: 218546/ Kit Laringoscópio Adulto (Com Lâminas 3, 4 E 5 Curvas E Retas)**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.

**8) Desclassificar as propostas** da empresa **COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** para o (s) seguinte (s) item (ns):

- **Item 15: 218545/ Kit Laringoscópio Infantil (Com Lâminas 00, 0, 1 E 2 Curvas E Retas)**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento, mesmo após a fase de lances.
- **Item 29: 211220/ Teste Integrador – Classe 5 – Indicador**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento, mesmo após a fase de lances.

**9) Desclassificar as propostas** da empresa **CREMER S.A.** para o (s) seguinte (s) item (ns):

- **Item 08: 53267/ Compressa Gaze Estéril Dobrada 10cm X 15cm (Aberta 15cm X 60cm)**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento, mesmo após a fase de lances.

- **Item 17: 216514/ Luva Cirúrgica Nº 6.5 Isenta De Látex**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento, mesmo após a fase de lances.
- **Item 18: 215550/ Luva Cirúrgica Nº 7.0 Isenta De Látex**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento, mesmo após a fase de lances.
- **Item 19: 216515/ Luva Cirúrgica Nº 8.0 Isenta De Látex**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento, mesmo após a fase de lances.

**10) Desclassificar as propostas** da empresa **DEVANTCARE COMERCIAL EPP LTDA** para o (s) seguinte (s) item (ns):

- **Item 29: 211220/ Teste Integrador – Classe 5 – Indicador**, por ter identificado sua proposta antes mesmo da fase de lances.

**11) Desclassificar as propostas** da empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** para o (s) seguinte (s) item (ns):

- **Item 06: 218044/ Cateter Ureteral 6fr**, por ter cotado item com características diversas da exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme análises técnicas das amostras, anexo.
- **Item 29: 211220/ Teste Integrador – Classe 5 – Indicador**, por não ter encaminhado todos os documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação do produto, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.

**12) Desclassificar as propostas** da empresa **JOHNNY FELIPE COTESINI DE OLIVEIRA** para o (s) seguinte (s) item (ns):

- **Item 14: 213224/ Kit Cânula p/ Aspiração de Medula Óssea com Empunhadura Anatômica 16G X 32MM**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 15: 218545/ Kit Laringoscópio Infantil (Com Lâminas 00, 0, 1 E 2 Curvas E Retas)**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do

Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.

- **Item 16: 218546/ Kit Laringoscópio Adulto (Com Lâminas 3, 4 E 5 Curvas E Retas)**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento, mesmo após a fase de lances.

**13) Desclassificar as propostas** da empresa **LABNEWS INDUSTRIAL LTDA** para o (s) seguinte (s) item (ns):

- **Item 23: 213114/ Revitalizante E Removedor De Oxidação Para Instrumental Cirúrgico**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.

**14) Desclassificar as propostas** da empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP** para o (s) seguinte (s) item (ns):

- **Item 01: 55384/ Absorvente Feminino Pós-Parto**, por não ter encaminhado todos os documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação do produto, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 06: 218044/ Cateter Ureteral 6fr**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento, mesmo após a fase de lances.
- **Item 07: 213691/ Coletor Plástico Para Material Perfuro Cortante 5L**, por não ter encaminhado todos os documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação do produto, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 08: 53267/ Compressa Gaze Estéril Dobrada 10cm X 15cm (Aberta 15cm X 60cm)**, por não ter encaminhado todos os documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação do produto, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 15: 218545/ Kit Laringoscópio Infantil (Com Lâminas 00, 0, 1 E 2 Curvas E Retas)**, por não ter encaminhado todos os documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação do produto, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.

- **Item 16: 218546/ Kit Laringoscópio Adulto (Com Lâminas 3, 4 E 5 Curvas E Retas)**, por não ter encaminhado todos os documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação do produto, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 22: 214845/ Pipeta De Pasteur**, por não ter encaminhado todos os documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação do produto, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 27: 215571/ Sonda Nasogástrica Longa Nº 22, Esterilizada**, por não ter encaminhado todos os documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação do produto, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 29: 211220/ Teste Integrador – Classe 5 – Indicador**, por não ter encaminhado todos os documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação do produto, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.

**15) Desclassificar as propostas** da empresa **MEDIC STOCK COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** para o (s) seguinte (s) item (ns):

- **Item 01: 55384/ Absorvente Feminino Pós-Parto**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 05: 215238/ Cateter Umbilical 3,5 Fr-Mono Lúmen**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento, mesmo após a fase de lances.
- **Item 06: 218044/ Cateter Ureteral 6fr**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento, mesmo após a fase de lances.
- **Item 07: 213691/ Coletor Plástico Para Material Perfuro Cortante 5L**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 08: 53267/ Compressa Gaze Estéril Dobrada 10cm X 15cm (Aberta 15cm X 60cm)**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento, mesmo após a fase de lances.

- **Item 16: 218546/ Kit Laringoscópio Adulto (Com Lâminas 3, 4 E 5 Curvas E Retas)**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 17: 216514/ Luva Cirúrgica Nº 6.5 Isenta De Látex**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 18: 215550/ Luva Cirúrgica Nº 7.0 Isenta De Látex**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 19: 216515/ Luva Cirúrgica Nº 8.0 Isenta De Látex**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 20: 214414 / Malha Tubular 30cm X 15m**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 23: 213114/ Revitalizante E Removedor De Oxidação Para Instrumental Cirúrgico**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 26: 1110/ SONDA FOLEY 3 VIAS Nº18, EM SILICONE, BALÃO 30CC**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento, mesmo após a fase de lances.
- **Item 27: 215571/ Sonda Nasogástrica Longa Nº 22, Esterilizada**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento, mesmo após a fase de lances.
- **Item 29: 211220/ Teste Integrador – Classe 5 – Indicador**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.

**16) Desclassificar as propostas da empresa MEDK RES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP para o (s) seguinte (s) item (ns):**

- **Item 07: 213691/ Coletor Plástico Para Material Perfuro Cortante 5L**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 27: 215571/ Sonda Nasogástrica Longa Nº 22, Esterilizada**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento, mesmo após a fase de lances.

**17) Desclassificar as propostas da empresa PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA para o (s) seguinte (s) item (ns):**

- **Item 12: 218547/ Kit Amiu - Aspirador Intra Uterino (Cânula De 4mm A 12mm)**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.

**18) Desclassificar as propostas da empresa POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para o (s) seguinte (s) item (ns):**

- **Item 20: 214414 / Malha Tubular 30cm X 15m**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento, mesmo após a fase de lances.

**19) Desclassificar as propostas da empresa PROTEC EXPORT IND., COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP para o (s) seguinte (s) item (ns):**

- **Item 15: 218545/ Kit Laringoscópio Infantil (Com Lâminas 00, 0, 1 E 2 Curvas E Retas)**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 16: 218546/ Kit Laringoscópio Adulto (Com Lâminas 3, 4 E 5 Curvas E Retas)**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do



Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.

**20) Desclassificar as propostas da empresa SIMILAR & COMPATÍVEL IND. EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONT. LTDA EPP para o (s) seguinte (s) item (ns):**

- **Item 02: 218612/ Caneta De Cautério Compatível Com Bisturi Elétrico Da Marca Emai Bp-150 (Autoclavável)**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.

**21) Desclassificar as propostas da empresa SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA para o (s) seguinte (s) item (ns):**

- **Item 08: 53267/ Compressa Gaze Estéril Dobrada 10cm X 15cm (Aberta 15cm X 60cm)**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.

**22) Desclassificar as propostas da empresa SISPACK MEDICAL LTDA para o (s) seguinte (s) item (ns):**

- **Item 29: 211220/ Teste Integrador – Classe 5 – Indicador**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.

**23) Desclassificar as propostas da empresa SMC FARMACÊUTICA LTDA EPP para o (s) seguinte (s) item (ns):**

- **Item 29: 211220/ Teste Integrador – Classe 5 – Indicador**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento, mesmo após a fase de lances.

**24) Desclassificar as propostas da empresa SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI para o (s) seguinte (s) item (ns):**

- **Item 01: 55384/ Absorvente Feminino Pós-Parto**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.

**25) Desclassificar as propostas** da empresa **UNIT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP** para o (s) seguinte (s) item (ns):

- **Item 13: 213223/ Kit Cânula Para Biópsia De Medula Óssea Com Sistema De Travamento 8g**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 14: 213224/ Kit Cânula p/ Aspiração de Medula Óssea com Empunhadura Anatômica 16G X 32MM**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.

**26) Desclassificar as propostas** da empresa **V&V COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI** para o (s) seguinte (s) item (ns):

- **Item 07: 213691/ Coletor Plástico Para Material Perfuro Cortante 5L**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 08: 53267/ Compressa Gaze Estéril Dobrada 10cm X 15cm (Aberta 15cm X 60cm)**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.
- **Item 22: 214845/ Pipeta De Pasteur**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, referente à classificação da proposta, conforme Memorando da Coordenadora de Compras da Feaes, anexo.

**27) Classificar** para a empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** o (s) item (ns):

**Item 05: 215238/ Cateter Umbilical 3,5 Fr-Mono Lúmen**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 20 unidades.

Valor unitário: R\$ 13,50

Valor total: R\$ 270,00

Marca: GMI

**Item 07: 213691/ Coletor Plástico Para Material Perfuro Cortante 5L**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 300 unidades.

Valor unitário: R\$ 14,50

Valor total: R\$ 4.350,00

Marca: Cral

**Item 08: 53267/ Compressa Gaze Estéril Dobrada 10cm X 15cm (Aberta 15cm X 60cm)**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 30.000 unidades.

Valor unitário: R\$ 1,18

Valor total: R\$ 35.400,00

Marca: Polar Fix

**Item 09: 19472/ Conjunto De Drenagem Torácica Capacidade De 1.000ml, Com Dreno De Tórax Nº 12**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 20 unidades.

Valor unitário: R\$ 19,00

Valor total: R\$ 380,00

Marca: Zammi

**Item 10: 111144/ Fita Métrica**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 50 unidades.

Valor unitário: R\$ 4,50

Valor total: R\$ 225,00

Marca: MD

**Item 15: 218545/ Kit Laringoscópio Infantil (Com Lâminas 00, 0, 1 E 2 Curvas E Retas)**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 6 unidades.

Valor unitário: R\$ 850,00

Valor total: R\$ 5.100,00

Marca: MD

**Item 16: 218546/ Kit Laringoscópio Adulto (Com Lâminas 3, 4 E 5 Curvas E Retas)**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 10 unidades.

Valor unitário: R\$ 850,00

Valor total: R\$ 8.500,00

Marca: MD

**Item 21: 218543/ Pinça Jacaré 20cm**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 5 unidades.

Valor unitário: R\$ 279,00

Valor total: R\$ 1.395,00

Marca: Cepeo

**Item 22: 214845/ Pipeta De Pasteur**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 10.000 unidades.

Valor unitário: R\$ 0,10

Valor total: R\$ 1.000,00

Marca: J. Prolab

**Item 24: 214870/ Sabonete Líquido Neutro 100ml**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 500 unidades.

Valor unitário: R\$ 1,65

Valor total: R\$ 825,00

Marca: Indalabor

**28) Classificar** para a empresa **ALPHARAD COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** o (s) item (ns):

**Item 13: 213223/ Kit Cânula Para Biópsia De Medula Óssea Com Sistema De Travamento 8g**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 50 unidades.

Valor unitário: R\$ 55,00

Valor total: R\$ 2.750,00

Marca: Medax

**Item 14: 213224/ Kit Cânula p/ Aspiração de Medula Óssea com Empunhadura Anatômica 16G X 32MM**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 50 unidades.

Valor unitário: R\$ 64,00

Valor total: R\$ 3.200,00

Marca: Medax

**29) Classificar** para a empresa **BIOCIENTÍFICA LTDA** o (s) item (ns):

**Item 02: 218612/ Caneta De Cautério Compatível Com Bisturi Elétrico Da Marca Emai Bp-150 (Autoclavável)**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 10 unidades.

Valor unitário: R\$ 226,55

Valor total: R\$ 2.265,50

Marca: Similar e Compatível

**30) Classificar** para a empresa **CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA** o (s) item (ns):

**Item 25: 216518/ Sonda De Fouchet 36Fr**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 10 unidades.

Valor unitário: R\$ 46,36

Valor total: R\$ 463,60

Marca: GoodCome

**Item 26: 1110/ SONDA FOLEY 3 VIAS Nº18, EM SILICONE, BALÃO 30CC**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 20 unidades.

Valor unitário: R\$ 9,39

Valor total: R\$ 187,80

Marca: WellLead

**Item 27: 215571/ Sonda Nasogástrica Longa Nº 22, Esterilizada**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 1.500 unidades.

Valor unitário: R\$ 1,15

Valor total: R\$ 1.725,00

Marca: Foyomed

**31) Classificar** para a empresa **COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** o (s) item (ns):

**Item 16: 218546/ Kit Laringoscópio Adulto (Com Lâminas 3, 4 E 5 Curvas E Retas),** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 10 unidades.

Valor unitário: R\$ 990,00

Valor total: R\$ 9.900,00

Marca: MD

**32) Classificar** para a empresa **COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA** o (s) item (ns):

**Item 15: 218545/ Kit Laringoscópio Infantil (Com Lâminas 00, 0, 1 E 2 Curvas E Retas),** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 6 unidades.

Valor unitário: R\$ 664,00

Valor total: R\$ 3.984,00

Marca: MD

**Item 16: 218546/ Kit Laringoscópio Adulto (Com Lâminas 3, 4 E 5 Curvas E Retas),** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 10 unidades.

Valor unitário: R\$ 570,00

Valor total: R\$ 5.700,00

Marca: MD

**33) Classificar** para a empresa **CREMER S.A.** o (s) item (ns):

**Item 09: 19472/ Conjunto De Drenagem Torácica Capacidade De 1.000ml, Com Dreno De Tórax Nº 12,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 20 unidades.

Valor unitário: R\$ 17,13

Valor total: R\$ 342,60

Marca: Medidren

**34) Classificar** para a empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** o (s) item (ns):

**Item 01: 55384/ Absorvente Feminino Pós-Parto,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 26.000 unidades.

Valor unitário: R\$ 0,33

Valor total: R\$ 8.580,00

Marca: Dry Economics

**Item 02: 218612/ Caneta De Cautério Compatível Com Bisturi Elétrico Da Marca Emai Bp-150 (Autoclavável)**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 10 unidades.

Valor unitário: R\$ 237,50

Valor total: R\$ 2.375,00

Marca: Similar e Compatível

**Item 05: 215238/ Cateter Umbilical 3,5 Fr-Mono Lúmen**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 20 unidades.

Valor unitário: R\$ 13,80

Valor total: R\$ 276,00

Marca: ViatalGold

**Item 07: 213691/ Coletor Plástico Para Material Perfuro Cortante 5L**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 300 unidades.

Valor unitário: R\$ 19,70

Valor total: R\$ 5.910,00

Marca: Vacuplast

**Item 08: 53267/ Compressa Gaze Estéril Dobrada 10cm X 15cm (Aberta 15cm X 60cm)**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 30.000 unidades.

Valor unitário: R\$ 1,76

Valor total: R\$ 52.800,00

Marca: América

**Item 09: 19472/ Conjunto De Drenagem Torácica Capacidade De 1.000ml, Com Dreno De Tórax Nº 12**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 20 unidades.

Valor unitário: R\$ 18,04

Valor total: R\$ 360,80

Marca: Medsharp

**Item 10: 111144/ Fita Métrica**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 50 unidades.

Valor unitário: R\$ 5,44

Valor total: R\$ 272,00

Marca: Coats

**Item 15: 218545/ Kit Laringoscópio Infantil (Com Lâminas 00, 0, 1 E 2 Curvas E Retas)**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 6 unidades.

Valor unitário: R\$ 978,90

Valor total: R\$ 5.873,40

Marca: MD

**Item 16: 218546/ Kit Laringoscópio Adulto (Com Lâminas 3, 4 E 5 Curvas E Retas)**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 10 unidades.

Valor unitário: R\$ 768,30

Valor total: R\$ 7.683,00

Marca: MD

**Item 17: 216514/ Luva Cirúrgica Nº 6.5 Isenta De Látex**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 200 unidades.

Valor unitário: R\$ 5,49

Valor total: R\$ 1.098,00

Marca: Nuzone

**Item 18: 215550/ Luva Cirúrgica Nº 7.0 Isenta De Látex**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 200 unidades.

Valor unitário: R\$ 5,49

Valor total: R\$ 1.098,00

Marca: Nuzone

**Item 19: 216515/ Luva Cirúrgica Nº 8.0 Isenta De Látex**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 200 unidades.

Valor unitário: R\$ 5,79

Valor total: R\$ 1.158,00

Marca: Nuzone

**Item 20: 214414 / Malha Tubular 30cm X 15m**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 80 unidades.

Valor unitário: R\$ 20,15

Valor total: R\$ 1.612,00



Marca: MSO

**Item 22: 214845/ Pipeta De Pasteur**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 10.000 unidades.

Valor unitário: R\$ 0,09

Valor total: R\$ 900,00

Marca: Cralplast

**Item 23: 213114/ Revitalizante E Removedor De Oxidação Para Instrumental Cirúrgico**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 60 unidades.

Valor unitário: R\$ 42,20

Valor total: R\$ 2.532,00

Marca: Rioquimica

**Item 30: 216575/ Turbina Descartável Com Bocal Acoplado Para Espirometria**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 1.000 unidades.

Valor unitário: R\$ 19,90

Valor total: R\$ 19.900,00

Marca: MIR

**35) Classificar** para a empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP** o (s) item (ns):

**Item 05: 215238/ Cateter Umbilical 3,5 Fr-Mono Lúmen**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 20 unidades.

Valor unitário: R\$ 13,00

Valor total: R\$ 260,00

Marca: VitalGold

**Item 10: 111144/ Fita Métrica**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 50 unidades.

Valor unitário: R\$ 4,49

Valor total: R\$ 224,50

Marca: Corrente

**Item 17: 216514/ Luva Cirúrgica Nº 6.5 Isenta De Látex**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 200 unidades.

Valor unitário: R\$ 5,44

Valor total: R\$ 1.088,00

Marca: Nuzone

**Item 18: 215550/ Luva Cirúrgica Nº 7.0 Isenta De Látex**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 200 unidades.

Valor unitário: R\$ 5,44

Valor total: R\$ 1.088,00

Marca: Nuzone

**Item 19: 216515/ Luva Cirúrgica Nº 8.0 Isenta De Látex**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 200 unidades.

Valor unitário: R\$ 5,44

Valor total: R\$ 1.088,00

Marca: Nuzone

**Item 20: 214414 / Malha Tubular 30cm X 15m**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 80 unidades.

Valor unitário: R\$ 20,00

Valor total: R\$ 1.600,00

Marca: MSO

**Item 26: 1110/ SONDA FOLEY 3 VIAS Nº18, EM SILICONE, BALÃO 30CC**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 20 unidades.

Valor unitário: R\$ 9,00

Valor total: R\$ 180,00

Marca: Advantive

**36) Classificar** para a empresa **POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** o (s) item (ns):

**Item 08: 53267/ Compressa Gaze Estéril Dobrada 10cm X 15cm (Aberta 15cm X 60cm)**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 30.000 unidades.

Valor unitário: R\$ 1,17

Valor total: R\$ 35.100,00

Marca: PolarFix

**37) Classificar** para a empresa **SOMA PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** o (s) item (ns):

**Item 01: 55384/ Absorvente Feminino Pós-Parto**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 26.000 unidades.

Valor unitário: R\$ 0,3124

Valor total: R\$ 8.122,40

Marca: Mardam

**Item 08: 53267/ Compressa Gaze Estéril Dobrada 10cm X 15cm (Aberta 15cm X 60cm)**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 30.000 unidades.

Valor unitário: R\$ 1,2375

Valor total: R\$ 37.125,00

Marca: Polar Fix

**Item 12: 218547/ Kit Amiu - Aspirador Intra Uterino (Cânula De 4mm A 12mm)**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 20 unidades.

Valor unitário: R\$ 393,7767

Valor total: R\$ 7.875,5340

Marca: Kolplast

**Item 17: 216514/ Luva Cirúrgica Nº 6.5 Isenta De Látex**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 200 unidades.

Valor unitário: R\$ 5,87

Valor total: R\$ 1.174,00

Marca: Mucambo

**Item 19: 216515/ Luva Cirúrgica Nº 8.0 Isenta De Látex**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 200 unidades.

Valor unitário: R\$ 5,87

Valor total: R\$ 1.174,00

Marca: Mucambo

**Item 23: 213114/ Revitalizante E Removedor De Oxidação Para Instrumental Cirúrgico**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 60 unidades.

Valor unitário: R\$ 40,50

Valor total: R\$ 2.430,00

Marca: Rioquimica

**Item 24: 214870/ Sabonete Líquido Neutro 100ml**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 500 unidades.

Valor unitário: R\$ 1,7550

Valor total: R\$ 877,50

Marca: Rioquimica

**Item 29: 211220/ Teste Integrador – Classe 5 – Indicador**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 25.000 unidades.

Valor unitário: R\$ 0,60

Valor total: R\$ 15.000,00

Marca: 3M

**38) Classificar** para a empresa **SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME** o (s) item (ns):

**Item 11: 216954 /Frasco Para Aspiração Autoclavável 5 Litros (Compatível Com Aspirador Takaoka)**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 15 unidades.

Valor unitário: R\$ 718,00

Valor total: R\$ 10.770,00

Marca: Takaoka

**39) Classificar** para a empresa **SEMINA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA** o (s) item (ns):

**Item 12: 218547/ Kit Amiu - Aspirador Intra Uterino (Cânula De 4mm A 12mm)**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 20 unidades.

Valor unitário: R\$ 334,39

Valor total: R\$ 6.687,80

Marca: Kolplast

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima a Pregoeira analisou os documentos relativos à habilitação,

considerando os fatores de habilitação previstos no Edital de Embasamento, a Pregoeira resolveu:

- 1) **JULGAR HABILITADA** a empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA;**
- 2) **JULGAR HABILITADA** a empresa **ALPHARAD COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI;**
- 3) **JULGAR HABILITADA** a empresa **BIOCIENTÍFICA LTDA;**
- 4) **JULGAR HABILITADA** a empresa **CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA;**
- 5) **JULGAR HABILITADA** a empresa **COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA;**
- 6) **JULGAR HABILITADA** a empresa **COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA;**
- 7) **JULGAR HABILITADA** a empresa **CREMER S.A.;**
- 8) **JULGAR HABILITADA** a empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA;**
- 9) **JULGAR INABILITADA** a empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP** por ter encaminhado os documentos exigidos no item 11.7.5 do Edital de embasamento incompletos, ou seja, sem o Termo de abertura e encerramento;
- 10) **JULGAR HABILITADA** a empresa **POLAR FIZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;**
- 11) **JULGAR HABILITADA** a empresa **SOMA PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;**
- 12) **JULGAR HABILITADA** a empresa **SC MEDICAL COMÉRCIO DE SERVIÇO EIRELI ME;**
- 13) **JULGAR HABILITADA** a empresa **SEMINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

**\*Os itens: 03:** 217015/ Cânula Nasofaríngea Nº 6,5; **04:** 217017 / Cânula Nasofaríngea Nº 7,5; e **28:** 217561/ Tampa Para Frasco De Aspiração Autoclavável 5 Litros (Compatível Com Aspirador Takaoka), não tiveram propostas cadastradas, motivo qual restaram **desertos.**

**\*\*O item 06:** 218044/ Cateter Ureteral 6fr, não teve proposta classificada, motivo qual restou **fracassado.**

**TOTAL GERAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°: 067/2018- Feaes é de R\$**

Nada mais tendo a constar, a presente ata foi assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio.

**Janaina Barreto Fonseca**  
**Pregoeira**

**Juliano Eugenio de Silva**  
**Equipe de Apoio**

**Kamila Tolari Faneco**  
**Equipe de Apoio**

Curitiba, 27 de agosto de 2018.

**Memorando n.º 077/2018 Compras**

**De:** Coordenadora de Compras- Feaes

**Para:** Comissão Permanente de Licitação/Feaes- A/C Janaina Barreto Fonseca

**Referente: Pregão Eletrônico nº 067/2018 - Feaes**

Após análise das documentações exigidas no Anexo III **"DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA (S) PROPOSTA (S)"**, informamos:

As empresas listadas abaixo, apresentaram os documentos exigidos nos itens 1 e 2 do Anexo III, do Edital de Embasamento:

- ✓ **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA;**
- ✓ **ALPHARRAD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI;**
- ✓ **BIOCIENTÍFICA LTDA;**
- ✓ **CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA;**
- ✓ **COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA;**
- ✓ **COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL LTDA;**
- ✓ **CREMER S.A.;**
- ✓ **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES;**
- ✓ **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP;**
- ✓ **POLAR FIX INDÚSTREIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;**
- ✓ **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;**
- ✓ **SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME;**
- ✓ **SEMINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

As empresas listadas abaixo não apresentaram os documentos exigidos no Anexo III, do Edital de Embasamento, do Pregão Eletrônico e conforme está previsto neste anexo:  
**"A NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ACARRETARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA":**

Feaes - Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba  
E-mail: [fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br](mailto:fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br) Fone: (41) 3316-5942  
Rua: Lothário Boutin, nº 90 - CEP: 81110-522  
Curitiba - PR

1  




- ✓ ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES;
- ✓ ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME;
- ✓ BORINI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA;
- ✓ CIRURGICA BIOMEDICA LTDA;
- ✓ CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – ME;
- ✓ DEVANTCARE COMERCIAL EPP LTDA;
- ✓ JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA;
- ✓ LABNEWS INDUSTRIAL LTDA;
- ✓ MEDIC STOCK COMÉRCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA;
- ✓ MEDK RES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP;
- ✓ PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA;
- ✓ PROTEC EXPORT IND, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS HOSP. LTDA – EPP;
- ✓ SIMILAR & COMPATÍVEL IND. EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONT. LTDA – EPP;
- ✓ SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA;
- ✓ SISPACK MEDICAL LTDA;
- ✓ SMC FARMACÊUTICA LTDA EPP;
- ✓ SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI;
- ✓ UNIT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO LTDA (EPP);
- ✓ V&V COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.

Em relação aos itens cotados, informo:

**Item 01/ Absorvente Feminino Pós-Parto:**

- A empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada.
- A empresa EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada.

Feaes - Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba  
E-mail: [fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br](mailto:fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br) Fone: (41) 3316-5942  
Rua: Lothário Boutin, nº 90 - CEP: 81110-522  
Curitiba - PR

2





- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** não apresentou a documentação exigida nos itens 3 e 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

**Item 02/ Caneta de cautério compatível com bisturi elétrico da marca EMAI BP-150 ( Autoclavável):**

- A empresa **BIOCIENTÍFICA LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 05/ Cateter Umbilical 3,5FR - Mono Lúmen:**

- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 06/ Cateter Ureteral 6FR (pielografia):**

- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**. **SOLICITAR AMOSTRA – 1 unidade**
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

443  
A

**Item 07/ Coletor Plástico para Material Perfuro Cortante 5L:**

- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** não apresentou a documentação exigida nos itens 3 e 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

**Item 08/ Compressa Gaze Estéril dobrada 10cm x 15cm (aberta 15cm x 60cm):**

- A empresa **POLAR FIX INDÚSTREIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** não apresentou a documentação exigida nos itens 3 e 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 09/ Conjunto Para Drenagem Torácica N° 12:**

- A empresa **CREMER S.A.** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

4  


4/21  
A

- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 10/ Fita Métrica 2cm x 150cm:**

- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 11/ Frasco de Aspiração Autoclavável 5L (compatível com aspirador Takaoka):**

- A empresa **SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI ME** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 12/ Kit AMIU - Aspirador Intra Uterino:**

- A empresa **SEMINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**. **SOLICITAR AMOSTRA – 1 unidade**
- A empresa **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 13/ Kit Cânula para Biópsia de Medula Óssea com Sistema de Travamento 8G:**

- A empresa **ALPHARRAD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.



4/5  
H

**Item 14/ Kit Cânula p/ Aspiração de Medula Óssea com Empunhadura Anatômica 16G:**


- A empresa **ALPHARRAD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 15/ Kit Laringoscópio Infantil (com lâminas 00, 0, 1 e 2 curvas e retas):**

- A empresa **COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** não apresentou a documentação exigida nos itens 3 e 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

**Item 16/ Kit Laringoscópio Adulto (com lâminas 3, 4 e 5 curvas e retas):**

- A empresa **COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** não apresentou a documentação exigida nos itens 3 e 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

6  


Slip  
A

- A empresa **COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 17/ Luva Cirúrgica Nº 6.5 Isenta de Látex:**

- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 18/ Luva Cirúrgica Nº 7.0 Isenta de Látex:**

- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 19/ Luva Cirúrgica Nº 8.0 Isenta de Látex:**

- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

7  


**Item 20/ Malha Tubular 30cm x 15m:**

- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 21/ Pinça Jacaré 20cm:**

- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 22/ Pipeta de Pasteur 3ml:**

- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** não apresentou a documentação exigida nos itens 3 e 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

**Item 23/ Revitalizante e Removedor de Oxidação para Instrumental Cirúrgico:**

- A empresa **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 24/ Sabonete Líquido Glicerinado 100ml:**

- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 25/ Sonda de Fouchet 36FR:**

- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 26/ Sonda Foley 3 Vias Nº 18, em Silicone, Balão 30cc:**

- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 27/ Sonda Nasogástrica Longa Nº 22, Esterilizada:**

- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** não apresentou a documentação exigida nos itens 3 e 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 29/ Teste integrador classe 5. Indicador químico do tipo integrador:**

- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** não apresentou a documentação exigida no item 3 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** não apresentou a documentação exigida no item 3 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA** não apresentou a documentação exigida no item 3 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 30/ Turbina Descartável com Bocal Acoplado para Espirometria:**

- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

  
**Fabiana Martins**

**Coordenadora de Compras- Feaes**



458  
A

**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA**

**Item 12: 218547/ Kit Amiu - Aspirador Intra Uterino (Cânula De 4mm A 12mm):** Kit de aspiração cateter/cânula tubular estéril e descartável, com uma seringa de 60ml equipada com uma trava de êmbolo, usado para aspiração uterina. O kit deve conter cateteres/cânulas com diâmetros que variam de 4mm a 12mm. A embalagem deve conter nome, número de registro Anvisa, lote e prazo de validade.

**MARCA/ MODELO:** Kolplast

**ANÁLISE:**

O material atende ao descritivo?  sim ( ) não

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conclusão do teste realizado:  APROVADO ( ) REPROVADO

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Curitiba, 30 de agosto de 2018.

Dra. Mariana Domoniewski  
Título de Especialista  
CRM/PR 28.474

Dra. Mariana Domoniewski  
Título de Especialista  
CRM/PR 28.474

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA**

**Item 06: 218044/ Cateter Ureteral 6fr:** Cateter ureteral (pielografia) poliuretano, radiopaco, medindo 6 FR de diâmetro com 70cm de comprimento, modelo de ponta reta cilíndrica. Características adicionais 1 ponta atraumática, marcação em centímetros. Estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual e vigente, ANVISA.

**MARCA/ MODELO:** Rusch

**ANÁLISE:**

O material atende ao descritivo? ( ) sim  não

JUSTIFICATIVA: *material com ponta fechada (traumática) pois não permite o cateter passar pelo fio para conforme técnica mais segura*

Conclusão do teste realizado: ( ) APROVADO  REPROVADO

JUSTIFICATIVA: *Falta de abertura na duas extremidades que permite a passagem do cateter.*

Curitiba, 03 de 09 de 2018.

*Dr. Thiago Hota*  
Médico Urologista  
CRM-PR 27.784

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

2

229  
4

**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA**

**Item 06: 218044/ Cateter Ureteral 6fr:** Cateter ureteral (pielografia) poliuretano, radiopaco, medindo 6 FR de diâmetro com 70cm de comprimento, modelo de ponta reta cilíndrica. Características adicionais 1 ponta atraumática, marcação em centímetros. Estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual e vigente, ANVISA.

**MARCA/ MODELO:** GMI

**ANÁLISE:**


O material atende ao descritivo? ( ) sim (x) não

JUSTIFICATIVA: O cateter apresentado foi tipo pig tail e o selo citado é de pielografia com 70 cm. A amostra tem 28 cm e não consta com etiqueta descartável de esterilidade.

Conclusão do teste realizado: ( ) APROVADO (x) REPROVADO

JUSTIFICATIVA: Não atende ao descritivo de edital 67/2018.

Curitiba, 13 de setembro de 2018.



Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Francisco J. Koller  
Coord. CG - CME  
COREN - PR 113.641

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação