

ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2019– Feaes.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2019- Feaes.

CRITÉRIO: Menor valor por Item

OBJETO: Seleção de propostas para aquisição, por meio de sistema de registro de preços, de testes para CME, para suprir as necessidades da Fundação Estatal De Atenção Especializada Em Saúde De Curitiba – Feaes pelo período de 12 (doze) meses.

Aos **dezesesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove**, a Pregoeira devidamente designada efetuou julgamento do Pregão em epígrafe. Após detida análise das propostas, dos lances e habilitação das empresas, considerando os fatores de julgamento previstos no Edital de Embasamento e em conformidade com o Memorando emitido pela Coordenadora de Compras da Feaes, a Pregoeira resolveu:

1) Desclassificar a proposta da empresa **BORINI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, para o (s) seguinte (s) item (ns):

- **Item 01: 213452/ Teste para avaliar a água do enxágue**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos nos Anexo III do Edital de Embasamento, conforme memorando da coordenação de compras, anexo.
- **Item 02: 213450/ Teste para lavadora ultrassônica**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos nos Anexo III do Edital de Embasamento, conforme memorando da coordenação de compras, anexo.
- **Item 04: 213451/ Teste para seladora de papel grau cirúrgico**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos nos Anexo III do Edital de Embasamento, conforme memorando da coordenação de compras, anexo.

2) Desclassificar a proposta da empresa **DEVANTCARE COMERCIAL EPP LTDA**, para o (s) seguinte (s) item (ns):

- **Item 02: 213450/ Teste para lavadora ultrassônica**, por ter sua aostra desclassificada em teste, conforme cópia dos relatórios, anexos.
- **Item 04: 213451/ Teste para seladora de papel grau cirúrgico**, por ter sua aostra desclassificada em teste, conforme cópia dos relatórios, anexos.

3) Desclassificar a proposta da empresa **H. STRATTNER E CIA LTDA**, para o (s) seguinte (s) item (ns):

- **Item 03: 213449/ Teste para lavadoras termo-desinfectoras – simulador de sujidade**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos nos Anexo III do Edital de Embasamento, conforme memorando da coordenação de compras, anexo.

4) Desclassificar a proposta da empresa **SISPACK MEDICAL LTDA**, para o (s) seguinte (s) item (ns):

- **Item 02: 213450/ Teste para lavadora ultrassônica**, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos nos Anexo III do Edital de Embasamento, conforme memorando da coordenação de compras, anexo.

5) Classificar para a empresa **DEVANTCARE COMERCIAL EPP LTDA** o (s) item (ns):

Item 03: 213449/ Teste para lavadoras termo-desinfectoras – simulador de sujidade, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 720 unidades.

Valor unitário: R\$ 21,90

Valor total: R\$ 15.768,00

Marca: Steristar

6) Classificar para a empresa **L. A. BERGAMIN MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EPP** o (s) item (ns):

Item 02: 213450/ Teste para lavadora ultrassônica, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 720 unidades.

Valor unitário: R\$ 25,00

Valor total: R\$ 18.000,00

Marca: Sonocek

Item 03: 213449/ Teste para lavadoras termo-desinfectoras – simulador de sujidade, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 720 unidades.

Valor unitário: R\$ 35,10

Valor total: R\$ 25.272,00

Marca: Tosi

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima a Pregoeira analisou os documentos relativos à habilitação, considerando os fatores de habilitação previstos no Edital de Embasamento, a Pregoeira resolveu:

- 1) **JULGAR HABILITADA** a empresa **DEVANTCARE COMERCIAL EPP LTDA;**
- 2) **JULGAR HABILITADA** a empresa **L. A. BERGAMIN MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EPP;**

Em tempo, informamos que não houve itens desertos, todavia, os itens: **01:** 213452/ Teste para avaliar a água do enxágue e **04:** 213451/ Teste para seladora de papel grau cirúrgico, não tiveram propostas classificadas, motivo qual restaram **fracassados** neste pregão.

Total geral do pregão eletrônico n°: 020/2019- Feaes é de R\$ 33.768,00 (trinta e três mil setecentos e sessenta e oito reais).

Nada mais tendo a constar, a presente ata foi assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio.

Janaina Barreto Fonseca
Pregoeira

Juliano Eugenio da Silva
Equipe de Apoio

Kamila Tolari Faneco
Equipe de Apoio

Curitiba, 26 de março de 2019. 26/3
A

Memorando n.º 019/2019 Compras

De: Coordenadora de Compras- Feaes

Para: Comissão Permanente de Licitação/Feaes- A/C Janaina Barreto Fonseca

Referente: Pregão Eletrônico nº 020/2019 - Feaes

Após análise das documentações exigidas no Anexo III "**DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA (S) PROPOSTA (S)**", informamos:


As empresas listadas abaixo, apresentaram os documentos exigidos nos itens 1 e 2 do Anexo III, do Edital de Embasamento:

- ✓ **DEVANT CARE COMERCIAL EPP LTDA;**
- ✓ **LA BERGAMIM MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES – EPP.**

As empresas listadas abaixo não apresentaram os documentos exigidos no Anexo III, do Edital de Embasamento, do Pregão Eletrônico e conforme está previsto neste anexo: "A NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ACARRETARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA":

- ✓ **BORINI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA;**
- ✓ **H. STRATTNER & CIA. LTDA;**
- ✓ **SISPACK MEDICAL LTDA.**

Em relação aos itens cotados, informo:

RECEBIDO EM: 26/03/2019 - 14h.
Nome: Janaina Barreto Fonseca
Assinatura: 
Matrícula: 230 FEAES

Item 02/ Teste para Lavadora Ultrassônica:

- A empresa **DEVANT CARE COMERCIAL EPP LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada. SOLICITAR AMOSTRA – 2 UNIDADES**

- A empresa **LA BERGAMIM MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 03/ Teste para Lavadoras Termo-Desinfectoras - Simulador de Sujidade:

- A empresa **DEVANT CARE COMERCIAL EPP LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**. **SOLICITAR AMOSTRA – 2 UNIDADES**
- A empresa **LA BERGAMIM MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.


Item 04/ Teste para Seladora de Papel Grau Cirúrgico:

- A empresa **DEVANT CARE COMERCIAL EPP LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**. **SOLICITAR AMOSTRA – 2 UNIDADES**

Fabiana Martins
Fabiana Martins

Coordenadora de Compras- Feaes

Devant Care
Cuidado na Frente

03	<p>Marca – Steristar Fabricante – Steristar Validade dos Produtos – 24 meses Procedência – Turquia Produto isento do RMS COMODATO</p> 	01 UND
04	<p>Dispositivo Desafio em Aço Inox p/ utilização c/ C-1060. Emb. c/ 1 unidade.</p> <p>Marca – Steristar Fabricante – Steristar Validade dos Produtos – 24 meses Procedência – Turquia Produto isento do RMS</p> <p>Teste para seladora de papel grau cirúrgico: Tira indicativa para avaliação dos processos de selagem que serve para auxiliar nos processos de validação de selagem e também para uso como rotina operacional.</p> <p>Nosso Descritivo - Teste para seladora rotativa / contínua. Emb. c/ 100 unidades por pacote.</p> <p>Código – C-1001 / Marca – Steristar Fabricante – Steristar Validade dos Produtos – 24 meses Procedência – Turquia Produto isento do RMS</p>	02 UNS

Dados Adicionais

- Razão Social: Devant Care Comercial Ltda – EPP / CNPJ: 27.401.513/0001-60 / I.E.: 278.303.769.118
- Endereço: Rua Matrix, 56A, Sl. 2, Conj. Devant, Moinho Velho, Cotta, SP, CEP 06714-360
- E-mail: Rosely.sobral@devantcare.com ou canal.governo@devantcare.com
- Telefones: (11) 4617-4201 / 4862-4600 ou (11) 9.4398-9898 OU (11) 4862-4640

DEVANTCARE COMERCIAL LTDA EPP

Este documento é confidencial e dirigido somente a seu destinatário. Sua reprodução verbal, escrita ou fotográfica, ou encaminhamento sem a prévia aprovação por escrito da Devant Care é ilegal e não permitida.

Página 2 de 2




Cotia, 28 de Março de 2019.

FEAES

Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2019- Feaes.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2019- Feaes.
CRITÉRIO: Menor Valor Unitário

HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS – HIZA
Rua Lothário Boutin, 90 – 1º andar
Pinheirinho – Curitiba – PR
81.110-522

A/c.: Sra. Janaina Barreto
(41) 3316-5967

RELAÇÃO DE AMOSTRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
02	<p>Teste para lavadora ultrassônica: Teste para detecção de cavitação em lavadoras ultrassônicas, indicando que a energia e o tempo foram suficientes para limpeza de instrumentais cirúrgicos. Ampola translúcida com reagente e esferas de vidro, que deve apresentar mudança de coloração após ciclo completo e efetivo, indicando teste positivo.</p> <p>Nossa Descrição - Monitor de cavitação para utilização em lavadoras ultrassônicas. Embalagem c/ 30 unidades</p> <p>Embalagem com 30 uns</p> <p>Código – U-1001- Ultracheck Marca – Steristar Fabricante – Steristar Validade dos Produtos – 24 meses Procedência – Turquia Produto Isento do RMS</p>	02 UNS
03	<p>Teste para avaliação da eficácia da lavagem mecânica em lavadoras termodesinfectoras. Lâmina de aço inox impregnada com sangue artificial protegida por obstáculo em acrílico ou metal, medindo aproximadamente 15mm x 50mm. Deve apresentar aspecto de remoção total do sangue e fibra após ciclo completo. Embalado individualmente em envelope hermético de alumínio, de acordo com a EN 15883.</p> <p>Nossa Descrição - Teste de Eficiência, Desempenho e Monitoramento p/ Termodesinfectoras com simulador de sujidade. Emb. c/ 100 unidades</p> <p>Código – C-1060</p>	02 UNS

Página 1 de 2



Este documento é confidencial e dirigido somente a seu destinatário. Sua reprodução verbal, escrita ou fotográfica, ou encaminhamento sem a prévia aprovação por escrito da Devant Care é ilegal e não permitida.

Devant Care
U. Unidado na frente.

03	<p>Marca – Steristar Fabricante – Steristar Validade dos Produtos – 24 meses Procedência – Turquia Produto isento do RMS</p> <p>COMODATO</p> 	01 UND
04	<p>Dispositivo Desafio em Aço Inox p/ utilização c/ C-1060. Emb. c/ 1 unidade.</p> <p>Marca – Steristar Fabricante – Steristar Validade dos Produtos – 24 meses Procedência – Turquia Produto isento do RMS</p> <p>Teste para seladora de papel grau cirúrgico: Tira indicativa para avaliação dos processos de selagem que serve para auxiliar nos processos de validação de selagem e também para uso como rotina operacional.</p> <p>Nosso Descritivo - Teste para seladora rotativa / contínua. Emb. c/ 100 unidades por pacote.</p> <p>Código – C-1001 / Marca – Steristar Fabricante – Steristar Validade dos Produtos – 24 meses Procedência – Turquia Produto isento do RMS</p>	02 UNS

Dados Adicionais

- Razão Social: Devant Care Comercial Ltda – EPP / CNPJ: 27.401.513/0001-60 / I.E.: 278.303.769.118
- Endereço: Rua Matrix, 56A, Sl. 2, Conj. Devant, Moinho Velho, Cotta, SP, CEP 06714-360
- E-mail: Rosely.sobral@devantcare.com ou canal.governo@devantcare.com
- Telefones: (11) 4617-4201 / 4862-4600 ou (11) 9.4398-9898 OU (11) 4862-4640

DEVANTCARE COMERCIAL LTDA EPP

Este documento é confidencial e dirigido somente a seu destinatário. Sua reprodução verbal, escrita ou fotográfica, ou encaminhamento sem a prévia aprovação por escrito da Devant Care é ilegal e não permitida.

Página 2 de 2





Cotia, 28 de Março de 2019.

FEAES

Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2019- Feaes.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2019- Feaes.

CRITÉRIO: Menor Valor Unitário

HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS – HIZA

Rua Lothário Boutin, 90 – 1º andar

Pinheirinho – Curitiba – PR

81.110-522

A/c.: Sra. Janaina Barreto

(41) 3316-5967

RELAÇÃO DE AMOSTRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
02	<p>Teste para lavadora ultrassônica: Teste para detecção de cavitação em lavadoras ultrassônicas, indicando que a energia e o tempo foram suficientes para limpeza de instrumentos cirúrgicos. Ampola translúcida com reagente e esferas de vidro, que deve apresentar mudança de coloração após ciclo completo e efetivo, indicando teste positivo.</p> <p>Nossa Descrição - Monitor de cavitação para utilização em lavadoras ultrassônicas. Embalagem c/ 30 unidades</p> <p>Embalagem com 30 uns</p> <p>Código – U-1001- Ultracheck</p> <p>Marca – Steristar</p> <p>Fabricante – Steristar</p> <p>Validade dos Produtos – 24 meses</p> <p>Procedência – Turquia</p> <p>Produto isento do RMS</p>	02 UNS
03	<p>Teste para avaliação da eficácia da lavagem mecânica em lavadoras termodesinfectoras. Lâmina de aço inox impregnada com sangue artificial protegida por obstáculo em acrílico ou metal, medindo aproximadamente 1,5mm x 50mm. Deve apresentar aspecto de remoção total do sangue e fibrina após ciclo completo. Embalado individualmente em envelope hermético de alumínio, de acordo com a EN 15883.</p> <p>Nossa Descrição - Teste de Eficiência, Desempenho e Monitoramento p/ Termodesinfetadoras com simulador de sujidade. Emb. c/ 100 unidades</p> <p>Código – C-1060</p>	02 UNS

Página 1 de 1

Este documento é confidencial e dirigido somente a seu destinatário. Sua reprodução verbal, escrita ou fotográfica, ou encaminhamento sem a prévia aprovação por escrito da Devant Care é ilegal e não permitida.



FOR 88

☆
STERISTAR *209*


Referência de Utilização

Código: C-1060

Teste de Eficiência, Desempenho e Monitoramento p/ Termodesinfetadoras



Indicador em placa de aço inox com teste de sujidade **Completamente visível**



Código: C-1062

Dispositivo Desafio

Placa com teste de sujidade posicionada dentro do dispositivo desafio

Processo de Limpeza Insuficiente

Resultado	Avaliação	Ação Necessária
	Placa com teste de sujidade muito visível	<p>Não libere a carga! Verificar a carga, dosagem de detergente, temperatura e tempo de ciclo.</p> <p>Caso o resultado se repita, processo de Limpeza Insuficiente. Chame seu serviço de Assistência Técnica.</p>
	Placa com teste de sujidade ainda visível	
	Placa com teste de sujidade residual	

Processo de Limpeza Bem Sucedido

Resultado	Avaliação	Ação Necessária
	Placa sem sujidade visível Completamente removida	<p>Libere a carga! Nenhuma ação necessária</p>



201
6

Ficha Técnica de Produtos

Nome Comercial: Indicador de Eficiência de Limpeza

Códigos: C-1060

Importado e Distribuído por:

DeVant Care Comercial LTDA – EPP

Rua Matrix, nº 56 - Letra A, Sala 2, Conj. Devant – Moinho Velho – Cotia/SP

CEP: 06.714-360

CNPJ: 27.401.513/0001-60

Telefone: (11) 4862-4600

e-mail: comercial@devantcare.com

Site: www.devantcare.com

Fabricado por:

STERISTAR NUCATI KAYA

Aplicação

Controla a eficiência e desempenho de lavadoras termodesinfetadoras. Feito à base de proteínas que simulam o sangue humano sob placa de aço inoxidável.

MODO DE USO

Abrir o envelope e retirar o teste. Introduzi-lo no meio da mola da caixa de inox para teste de eficiência de limpeza (C-1062). Fechar a caixa de inox. Ligar a lavadora termodesinfetadora e iniciar o processo de limpeza. Ao final analisar se a fita está limpa.

Característica Técnica do Produto

Teste com Indicador de Processo

Impresso proteína que simula sangue humano

Dimensões: 30mmx 5mm

202
b

Cor Inicial: Marrom avermelhado
Cor pós processo: Cinza/lâmina limpa
Uso único.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em temperatura (5°C-40°C) e humidade do ar ambiente (30-60%).

Quantidade por Embalagem

100 unidades.

Informação Importante

Leia as instruções do produto antes de usar

Assistência Técnica

Em caso de maiores dúvidas, contate-nos:


Devant Care - Qualidade

Telefone: (11) 4862-4606

E-mail: qualidade@devantcare.com

INSTRUÇÕES DE USO

Nome Comercial: Teste de Selagem para Seladora Rotativa



Códigos: C-1001

Importado e Distribuído por:

DeVant Care Comercial LTDA – EPP

Rua Matrix, nº 56 - Letra A, Sala 2, Conj. Devant – Moinho Velho – Cotia/SP

CEP: 06.714-360

CNPJ: 27.401.513/0001-60

Telefone: (11) 4862-4600

e-mail: comercial@devantcare.com

Site: www.devantcare.com

INDICAÇÃO


Teste para seladora continua de calor rotativo, utilizado para monitorar a qualidade de selagem.

MODO DE USO

- Destaque a fita;
- Coloque a fita com a parte escura sob a parte plástica da embalagem de esterilização, como na foto abaixo;
- Realize a selagem como o procedimento normalmente é realizado;
- Avalie visualmente o aspecto do teste;

28/11
A

- Armazene o resultado juntamente com protocolos da instituição.




CONTRAINDICAÇÕES

Não existem contraindicações e eventos adversos conhecidos associados ao uso do produto.



INTERPRETAÇÃO

Deve haver uma faixa íntegra e contínua mais escura que indique a eficiência da selagem, como indicado abaixo.



Se aparecerem bolhas, rugas, canais ou vincos, significa que pode haver falha na temperatura ou outros parâmetros da seladora.



Aprovado





Reprovado,
temperatura e
pressão alta





Reprovado, temperatura e pressão baixa

LES
H



Reprovado, rasgos ou furos na selagem



Reprovado, canais abertos ou furos na selagem

ARMAZENAMENTO

As fitas devem ser armazenadas em temperatura (5°C-40°C) e humidade do ar ambiente (30-60%); longe de produtos alcalinos, ácidos fortes, e peróxidos. Quando armazenado de maneira correta, a fita depois de utilizada, mantém-se por 6 meses com o resultado final da mudança de cor, garantindo validação e rastreabilidade do processo.

INSPEÇÃO

Verifique se o produto apresenta-se íntegro antes de usá-lo.

VALIDADE

Data de validade encontra-se impressa na embalagem do produto. Não utilizar após o prazo.

DESCARTE

Não há nenhuma instrução específica relativa ao descarte.



2006
6

Ficha Técnica de Produtos

Nome Comercial: Teste de Selagem para Seladora Rotativa

Códigos: C-1001

Importado e Distribuído por:

DeVant Care Comercial LTDA – EPP

Rua Matrix, nº 56 - Letra A, Sala 2, Conj. Devant – Moinho Velho – Cotia/SP

CEP: 06.714-360

CNPJ: 27.401.513/0001-60

Telefone: (11) 4862-4600

e-mail: comercial@devantcare.com

Site: www.devantcare.com

Fabricado por:

STERISTAR NUCATI KAYA

Aplicação

Teste para seladora contínua de calor rotativo, utilizado para monitorar a qualidade de selagem.

MODO DE USO

- Destaque a fita;
- Coloque a fita com a parte escura sob a parte plástica da embalagem de esterilização, como na foto abaixo;
- Realize a selagem como o procedimento normalmente é realizado;
- Avalie visualmente o aspecto do teste;
- Armazene o resultado juntamente com protocolos da instituição.

Característica Técnica do Produto

Teste com Indicador de Processo

Página 1 de 2

10/11

Impresso com tintas indicadoras

Dimensões: 200mmx 65mm

Cor Inicial: Cinza

Cor pós processo: Preto

Tinta especial a base de água isenta de chumbo e não tóxica

Uso único.

Condições de Armazenamento

O produto deve ser armazenado em temperatura (5°C-40°C) e humidade do ar ambiente (30-60%).

Quantidade por Embalagem

100 unidades.

Informação Importante

Leia as instruções do produto antes de usar

Assistência Técnica

Em caso de maiores dúvidas, contate-nos:

Devant Care - Qualidade

Telefone: (11) 4862-4606

E-mail: qualidade@devantcare.com


www.devantcare.com

Monitores e Indicadores de Eficiência e Limpeza


2023




T-1001



T-1003



T-1002



U-1001

○ **Monitor de Limpeza tipo presilha para Termodesinfetadoras e Ultrassônicas**

Suporte plástico tipo presilha e placa em aço inox embutida com teste de sujidade que, conforme normativa, simula o sangue humano.

Código	Embalagem com	Dimensões (cm)
T-1001	50	Suporte Plástico 5,3 x 17 Lâmina de Aço Inox 4,5 x 1,5 / 2,4 x 0,6

○ **Dispositivo Desafio de Canulados para uso em Termodesinfetadoras e Ultrassônicas**

Auxilia na verificação da efetividade de limpeza dos sistemas automatizados em dispositivos canulados.

Código	Embalagem com
T-1003	1

○ **Monitor de Eficiência de Limpeza para Canulados em Termodesinfetadoras e Ultrassônicas**

Auxilia no processo de monitorização da eficiência de limpeza de canulados. Necessária utilização de dispositivo desafio.

Código	Embalagem com	Dimensões (cm)
T-1002	100	Lâmina de Aço Inox 6,2 x 0,5 Indicador de sujidade 4,3 x 0,5

Placa de Aço Inox com teste de sujidade impregnado que, conforme normativa, simula o sangue humano.

○ **Indicador de Efetividade de Cavitação para Lavadoras Ultrassônicas**

Auxilia no processo de indicação da efetividade de cavitação ultrassônica em lavadoras ultrassônicas.

Código	Embalagem com	Dimensões (cm)
U-1001	30	Frasco de Vidro 3,3 x 1,1

Os monitores de limpeza e os testes de eficiência constantes neste material promocional atendem a uma ou mais das seguintes normas: IEN 15041:BR e suas atualizações: 15.693, 15.697-1 e 15.698-1. Os produtos aqui indicados neste material promocional são objeto de cadastro ou registro, pois estão enquadrados em produtos não regulados pela ANVISA a partir de março de 2019. Contudo, a falta de validação e aprovação de produtos e seus códigos, eventualmente mostrados neste material promocional, são meramente ilustrativos e não conferem alteração sem prévia autorização. Devant, Devant Care, Devant Care com o logo e logo Devant Care e o endereço na frente sem fins de lucro com o escopo da Devant Care registrado. Brasil e internacionalmente. Outros marcos são marcas registradas de seus respectivos detentores usadas sobre licença.

 **Devant Care**
Cuidando da Saúde

Recebemos de DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

209
NF-e
Nº 000.001.401
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP

Rua Matrix, 56A, SALA 2, CJ DEVANT - Moinho Velho - COTIA - SP - CEP: 06714-360 Fone: (11)4862-4600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.001.401
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 0427 4015 1300 0160 5500 1000 0014 0111 0346 7593

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190231294457 01/04/2019 15:37:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 278303769118 CNPJ 27.401.513/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE CURITIBA CNPJ / CPF: 14.814.139/0001-83 DATA DA EMISSÃO: 01/04/2019

ENDEREÇO: R LOTHARIO BOUTIN, S/N BAIRRO / DISTRITO: PINHEIRINHO CEP: 81110-522 DATA DA SAÍDA: 01/04/2019

MUNICÍPIO: CURITIBA UF: PR TELEFONE / FAX: +13(31)65959-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:37:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				46,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 34.028.316/0031-29

ENDEREÇO: R MERGENTHALER, 592 - BLOCO II MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 4 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	% IPI
C-1060	TESTE DE EFICIÊNCIA, DESEMPENHO E MONITORAMENTO P/ TERMOD E ULTRASS C/ SIMULADOR DE SUJIDADE. EMB. C/100 UNDS. LOTE: 170502 QTD: 2,00 FAB: 31/05/2017 VAL: 31/05/2021 C AGREGAÇÃO.	38220090	1400	6911	UN	2,00	21,900	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-1001	TESTE P/ SELADORA ROTATIVA. EMB C/ 100 UNIDADES POR PACOTE LOTE: 1612122 QTD: 2,00 FAB: 30/12/2016 VAL: 30/12/2020 C AGREGAÇÃO.	38220090	1400	6911	UN	2,00	1,100	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Venda (Tático ERP) 1206 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI". Pessoa jurídica não optante pelo Simples Nacional que adquirir mercadoria de ME ou EPP optante pelo Simples Nacional destinada a comercialização ou industrialização TERA (independente de qualquer ato dos Estados) direito a crédito correspondente ao ICMS incidente sobre essa operação de aquisição (entre 1,25% e 3,95%).

amostras - Ref. Pregão Eletrônico 20-2319 - Ofício 029/2019 - CPL/FEAES
Valor aprox. impostos: R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2019 15:50:51

Tático ERP

Recebemos de DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.


NF-e
Nº 000.001.400
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

 DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - EPP Rua Matrix, 56A, SALA 2, CJ DEVANT - Moinho Velho - COTIA - SP - CEP: 06714-360 Fone: (11)4862-4600 DeVant Care	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.400 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0427 4015 1300 0160 5500 1000 0014 0019 2102 7378 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA DE BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO INSCRIÇÃO ESTADUAL 278303769118	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO _____		CNPJ 27.401.513/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DE CURITIBA	CNPJ / CPF 14.814.139/0001-83	DATA DA EMISSÃO 01/04/2019
ENDEREÇO R LOTHARIO BOUTIN, S/N	BAIRRO / DISTRITO PINHEIRINHO	CEP 81110-522
MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	TELEFONE / FAX +13(31)65959-41
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:37:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 450,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 34.028.316/0031-29
ENDEREÇO R MERGENTHALER, 592 - BLOCO II	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	TPI
C-1062	DISPOSITIVO DESAFIO DE ACO INOX P/ UTILIZACAO C/ C-1060 EMB. C/ I LUND. LOTE: 180520 QTD: 1,00 FAB: 01/05/2018 VAL: 01/05/2023 C.AGREGAÇÃO:	73102190	1102	6908	UN	1,00	450,000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda (Tático ERP). 1205 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Pessoa juridica nao optante pelo Simples Nacional que adquirir mercadoria de ME ou EPP optante pelo Simples Nacional destinada a comercializacao ou industrializacao TERA (independe de qualquer ato dos Estados) direito a credito correspondente ao ICMS incidente sobre essa operacao de aquisicao (entre 1,25% e 3,95%) comodato - Ref.Pregao Eletronico 20-2019 - Oficio 029/2019 - CPL/FEAES Valor aprox. impostos: R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

2019

FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA

Item 02: 213450/ Teste para lavadora ultrassônica: Teste para detecção de cavitação em lavadoras ultrassônicas, indicando que a energia e o tempo foram suficientes para limpeza de instrumentais cirúrgicos. Ampola translúcida com reagente e esferas de vidro, que deve apresentar mudança de coloração após ciclo completo e efetivo, indicando teste positivo.

MARCA/ MODELO: Steristar

ANÁLISE

RECEBIDO EM: 03/04/19
 Nome: _____
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Matrícula: 25 FEAES

O material atende ao descritivo? (X) sim () não

JUSTIFICATIVA: _____

Conclusão do teste realizado: () APROVADO (X) REPROVADO

JUSTIFICATIVA: *Ampola não apresentou mudança de coloração após ciclo conforme rotina da Instituição.*

Cícero C. de C. Cruz

[Handwritten Signature]

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação

Curitiba, 03 de Abril de 2019.

Francisco J. Koller
Coord. CC - GME
COREN - PR 113.641

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação

RECEBIDO EM: 03/04/2019 - 14h
 Nome: *Jangna Barreto Fonseca*
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Matrícula: 25 FEAES

Feaes – Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba
 E-mail: licitacoes@feaes.curitiba.pr.gov.br Fone: (41) 3316-5967
 Rua: Lothário Boutin, nº 90 – CEP: 81110-522
 Curitiba - PR

243

FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA

Item 03: 213449/ Teste para lavadoras termo-desinfectoras – simulador de sujidade:

Teste para avaliação da eficácia da lavagem mecânica em lavadoras termodesinfectoras. Lâmina de aço inox impregnada com sangue artificial protegida por obstáculo em acrílico ou metal, medindo aproximadamente 15mm x 50mm. Deve apresentar aspecto de remoção total do sangue e fibrina após ciclo completo. Embalado individualmente em envelope hermético de alumínio, de acordo com a EN 15883.

MARCA/ MODELO: Steristar

ANÁLISE

RECEBIDO EM: 03 de 19-14
Nome: Janaina Barreto Fonseca
Assinatura: [assinatura]
Matrícula: 250 FEAES

O material atende ao descritivo? () sim () não

JUSTIFICATIVA: _____

Conclusão do teste realizado: () APROVADO () REPROVADO

JUSTIFICATIVA: _____

Francisco J. Koller
Coord. ~~CC~~ CME
COREN - RR 113.641

Curitiba, 03 de abril de 2019.

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação

104
A

FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA

Item 04: 213451/ Teste para seladora de papel grau cirúrgico: Tira indicativa para avaliação dos processos de selagem que serve para auxiliar nos processos de validação de selagem e também para uso como rotina operacional.

MARCA/ MODELO: Steristar

ANÁLISE

RECEBIDO EM: 03 de 19

Nome:

Assinatura:

Matrícula:

FEAES

O material atende ao descritivo? (x) sim () não

JUSTIFICATIVA:

Conclusão do teste realizado: () APROVADO (x) REPROVADO

JUSTIFICATIVA: apresentou falhas no teste c) fissura na embalagem e na selagem, causando risco na abertura da embalagem na sala cirúrgica e outras unidades assistenciais.

Francisco J. Koller
Coord. CC - CME
COREN PR 143.641

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação

Curitiba, 03 de abril de 2019.

Cleide C. de C. Cruz

Carimbo
Cleide Cruz

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação

RECEBIDO EM: 03 de 19 - 14h

Nome:

Assinatura:

Matrícula:

FEAES

Feaes - Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba
E-mail: licitacoes@feaes.curitiba.pr.gov.br Fone: (41) 3316-5967
Rua: Lothário Boutin, nº 90 - CEP: 81110-522
Curitiba - PR

4

Memorando nº 023/2019 - Assessoria Financeira/FEAES
Processo Licitatório nº 020/2019 - FEAES

Curitiba, 08 de abril de 2019.

**Assunto: Análise de Habilitação Econômica- Financeira do Processo Licitatório
020/2019 - FEAES**

A empresa DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 27.401.513/0001-60
possui **Qualificação Econômico – Financeira - para habilitação no Processo
Licitatório nº 020/2019 – FEAES.**

Atenciosamente,



Valeria R. Soppa
Supervisora Contábil





Dados do Fornecedor

Razão Social: DEVANT CARE
COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 27.401.513/0001-60

30/4
B

Relatório Calculadora Financeira



Dados Contábeis

Ativo Circulante: R\$ 707.421,78

Realizável a Longo Prazo: R\$ 184.695,52

Ativo Total: R\$ 892.117,30

Passivo Circulante: R\$ 343.465,18

Passivo Não Circulante: R\$ 0,00

Emitido em 08/04/2019 às 09:15

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA