



Feaes

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5900

www.feaes.curitiba.pr.gov.br

Boletim de esclarecimento nº 2

Processo Administrativo nº: 97/2019.

Pregão Eletrônico nº: 59/2019.

Objeto: “Seleção de propostas para fornecimento de material de consumo médico hospitalar (61itens), através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses”.

Informamos que foi recebido o seguinte pedido de esclarecimento:

nos itens 26,27,28 e 29 [...] o edital pede luva com a isenção total de Pó ou pode ter pó bio absorvível?

Este questionamento foi enviado ao setor responsável da Feaes, o qual respondeu conforme segue:

Informo que nos itens 26, 27, 28 e 29 será permitido a presença pó [bio absorvível], ou seja não é necessário ser isenta de pó.

Curitiba, 13 de junho de 2019.

Juliano Eugenio da Silva
Pregoeiro