



Ata De Resultado De Julgamento

Processo Administrativo n°: 155/2019.

Pregão Eletrônico n°: 92/2019.

Objeto: “Registro de preços para fornecimento de: i) Fita reagente para determinação da glicose sanguínea e ii) lanceta descartável para coleta capilar com dispositivo de segurança, pelo período de 12 (doze) meses”.

Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, o Pregoeiro devidamente designado efetuou o julgamento do pregão eletrônico em epígrafe. Após análise das propostas, dos lances e da habilitação das empresas, considerando os fatores de julgamento previstos em Edital de Embasamento e em conformidade com os documentos de análise técnica que se encontram anexados a esta ata, resolveu-se por:

No que diz respeito ao item 01 (Fita Reagente Para Determinação De Glicose Sanguínea), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Live Comércio De Material Hospitalar Eireli: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Descarpac Plus, Valor unitário: R\$ 0,3000, Quantidade: 200.000 unidades, Valor total: R\$ 60.000,00.

No que diz respeito ao item 02 (Lanceta Descartável Para Coleta Capilar Com Dispositivo De Segurança.), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Medefe Produtos Médicos Hospitalares Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: GTECH, Valor unitário: R\$ 0,1694, Quantidade: 200.000 unidades, Valor total: R\$ 33.880,00.



Feas

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5900

www.feas.curitiba.pr.gov.br

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitadas as empresas: *Live Comércio De Material Hospitalar Eireli e Medefe Produtos Médicos Hospitalares Ltda.*

Total geral dos primeiros colocados dos itens do pregão eletrônico nº: 92/2019: R\$ R\$ 93.880,00.

Itens desertos: não há.

Itens fracassados: não há.

Nada mais tendo a constar, esta Ata foi assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Juliano Eugenio da Silva
Pregoeiro

Janaina Barreto Fonseca
Equipe de Apoio

Kamila Tolari Faneco
Equipe de Apoio



Feas

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5900
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Curitiba, 19 de setembro de 2019.

Memorando n.º 111/2019 - Compras/Feaes

De: Coordenadora de Compras/Feaes

Para: Comissão Permanente de Licitação/Feaes - A/C Juliano Eugenio da Silva

Referente: Pregão Eletrônico nº 092/2019 - Feaes

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA (S) PROPOSTA (S)**”, informo:

As empresas listadas abaixo, apresentaram os documentos exigidos nos itens 1 e 2 do Anexo I, do Edital de Embasamento:

- ✓ LIVE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI;
- ✓ MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

Em relação ao item cotado, informo:

Item 01: 213332 / Fita Reagente para Determinação de Glicose Sanguínea:

- A empresa LIVE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada. SOLICITAR AMOSTRA – 20 FITAS E 2 APARELHOS**

Item 02: 82328 / Lanceta Descartável Para Coleta Capilar Com Dispositivo de Segurança:

- A empresa MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada. SOLICITAR AMOSTRA – 10 UNIDADES**


Fabiana Martins

Coordenadora de Compras Feaes

1

Feaes – Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba
E-mail: fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br Fone: (41) 3316-5942
Rua: Lothário Boutin, nº 90 – CEP: 81110-522
Curitiba - PR



Feas

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5900
www.feas.curitiba.pr.gov.br



FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA

ITEM 1 – 213332 / FITA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE SANGUÍNEA

Tiras reagentes compatíveis com monitor de glicemia para uso hospitalar com leitura por amperometria ou fotometria para determinação quantitativa de glicemia no sangue capilar e venoso. Com faixa de medição entre 10 a 600 mg/dl. O resultado do teste deverá ser apresentado em até 20 segundos após a aplicação do sangue na tira. A amostra de sangue deverá ser de 0,4 microlitros até 2 microlitros. Embaladas individualmente ou em frascos, de forma que assegure a integridade do produto até o momento da utilização, trazendo externamente número do registro no Ministério da Saúde, lote, data de fabricação e validade, idênticos aos dados informados na caixa: deverão estar acondicionadas em caixas ou outra embalagem de acordo com o preconizado na legislação vigente. O prazo de validade mínimo deverá ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto.

A cotação deverá ser por UN (unidade).

A empresa vencedora deste item deverá fornecer 90 (noventa) Aparelhos Glicosímetros (compatíveis com as tiras reagentes) durante o período de Vigência da Ata de Registro de Preços, devendo ser entregues em até 10 (dez) dias úteis contados da data da solicitação realizada pelo contratante.

Portanto no valor unitário, as proponentes deverão prever todos os custos.

MARCA: DESCARPACK

ANÁLISE:

O material atende ao descritivo? (X) sim () não

JUSTIFICATIVA: _____

Conclusão do teste realizado: (X) APROVADO () REPROVADO

JUSTIFICATIVA: _____

Curitiba, 02 de outubro de 2019.

Helton da Cruz Bueno
Fornecedor Assistencial

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação

Davara Lupatini
Farmo seu tica Responsável

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação

[Handwritten signature]
3

Liliana Martins
Coord. Compras Licis

Feaes – Fundação Estadual de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba
E-mail: licitacoes@feaes.curitiba.pr.gov.br Fone: (41) 3316-5967
Rua: Lothário Boutin, nº 90 – CEP: 81110-522
Curitiba - PR



Feas

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5900
www.feas.curitiba.pr.gov.br



FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA

ITEM 2 - 82328 / LANCETA DESCARTÁVEL PARA COLETA CAPILAR COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.

Lanceta Descartável, Estéril, confeccionada em aço inoxidável, fixada em apoio plástico rígido e anatômico, bisel trifacetado, tornando a penetração fácil e suave. Deve possuir dispositivo de segurança quanto a acidentes com perfurocortantes, atendendo aos requisitos da Norma Regulamentadora nº: 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde), proporcionando proteção dos profissionais da saúde quanto ao risco de picadas e quanto ao risco biológico.

Apresentação: caixa com 100 ou 200 unidades.

A cotação deve ser por unidade.

MARCA: GTECH

ANÁLISE:

O material atende ao descritivo? (X) sim () não

JUSTIFICATIVA: _____

Conclusão do teste realizado: (X) APROVADO () REPROVADO

JUSTIFICATIVA: _____

Curitiba, 02 de outubro de 2019.

Fabiana Martins

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação

Fabiana Martins
Coord. de Compras
Matr. 1427 - Feaes
COMPRAS
FEAES CURITIBA
R. Lothário Boutin, 90 - Pinheirinho
CEP 81.110-522 - Curitiba/PR
Fone (41) 3316-5900

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação

Feaes – Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba
E-mail: licitacoes@feaes.curitiba.pr.gov.br Fone: (41) 3316-5967
Rua: Lothário Boutin, nº 90 – CEP: 81110-522
Curitiba - PR

4