



## **BOLETIM DE ESCLARECIMENTO 1**

**Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2019-FEAES:** "SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA AQUISIÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (29 ITENS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FEAS PELO PERÍODO DE 12 MESES."

Tendo em vista os pedidos de esclarecimento apresentados pela empresa **Datrix Ind. e Comércio de Produtos Hospitalares.**, na pessoa de **Sergio Diniz** e, ainda, com base nas informações prestadas pelos setores técnicos/requisitantes, as quais corroboram com os termos do Edital de Embasamento, passo a expor:

**1) "(...) No descritivo deste item consta que o material deverá ser ORIGINAL. Neste caso, será admitido apenas o material do Fabricante (Bionet)? O descritivo do item 11 é análogo ao do item 12, mudando apenas o tipo de terminal, no entanto não existe a previsão de "ORIGINAL" Note-se ainda que para nenhum outro item da presente Licitação foi exigida a originalidade do material. Aguardo Vosso esclarecimento para proceder ao envio da proposta."**

**Resposta:** Ante as informações prestadas pela Coordenação de Compras, bem como pela Engenharia Clínica, passo a expor: Para os itens 11 e 12 do presente pregão eletrônico, serão aceitos cabos de ECG originais ou compatíveis para uso nos Eletrocardiógrafos marca BIONET, modelos CARDIOCARE OU CARDIOTOUCH, desde que atendam toda especificação técnica do referido edital. Podendo, inclusive ser solicitada amostra(s) para sanar possíveis dúvidas, conforme disposto no item 10 do Edital. Ainda, ressalto que a nomenclatura constante junto ao item 12, de fato restou dúbia, uma vez que a palavra "ORIGINAL" diz respeito ao equipamento e não ao cabo. Assim sendo, opto por fazer as seguintes alterações, as quais não interferem na descrição do produto, veja-se:

### **Mantem-se tal descritivo:**

**ITEM 11: CÓDIGO 217573 / CABO PARA ECG 10 VIAS COMPATÍVEL COM BIONET (EXCLUSIVO ME/EPP):** Cabo de ECG 10 Vias com garra para conexão em eletrodo para uso em Eletrocardiógrafo Marca Bionet Modelo CardioTouch 3000.

Quantidade: 10 unidades.

Valor máximo permitido: R\$ 451,60

### **Onde se lê:**

**ITEM 12: CÓDIGO 216378 / CABO DE ECG 10 VIAS TIPO PINO BANANA PARA CARDIOCARE OU CARDIOTOUCH ORIGINAL (EXCLUSIVO ME/EPP):** Cabo de ECG 10 Vias tipo pino banana para conexão em eletrodo para uso em Eletrocardiógrafo Marca Bionet Modelo CardioTouch 3000.



**Licitações**  
R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5967  
kfaneco@feaes.curitiba.pr.gov.br  
www.feaes.curitiba.pr.gov.br

Quantidade: 10 unidades  
Valor máximo permitido: R\$ 393,50

**Leia-se:**

**ITEM 12: CÓDIGO 216378 / CABO DE ECG 10 VIAS TIPO PINO BANANA COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO CARDIOCARE OU CARDIOTOUCH (EXCLUSIVO ME/EPP):** Cabo de ECG 10 Vias tipo pino banana para conexão em eletrodo para uso em Eletrocardiógrafo Marca Bionet Modelo CardioTouch 3000.

Quantidade: 10 unidades  
Valor máximo permitido: R\$ 393,50

Desta forma, sanados os supracitados esclarecimentos e, não havendo necessidade de alterações nos DESCRITIVOS dos itens acima, permanecem inalteradas todas as disposições e prazos deste.

Curitiba, 06 de novembro de 2019.

**Kamila Tolari Faneco  
Pregoeira**