



ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 213/2019– Feas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2019- Feas.

CRITÉRIO: Menor valor por Item

Tipo de Concorrência: Ampla Concorrência

OBJETO: Aquisição de sistema completo de ar comprimido medicinal para atender as necessidades do Hospital do Idoso Zilda Arns- Hiza, unidade gerida pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde, com manutenção preventiva e corretiva, pelo período mínimo de 12 (doze) meses.

Aos **vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte**, a Pregoeira devidamente designada efetuou julgamento do Pregão em epígrafe. Após detida análise das propostas, dos lances e habilitação das empresas, considerando os fatores de julgamento previstos no Edital de Embasamento, em conformidade com os Memorandos emitidos pela Engenharia Civil da Feas, a Pregoeira resolveu:

1) Desclassificar para a empresa **SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA** para o (s) seguintes (s) item (ns):

Item 01: 219624/ Sistema completo de abastecimento de ar comprimido medicinal, por não atender, em sua integralidade, os requisitos de classificação de propostas exigido em edital, conforme análise do Engenheiro responsável, anexa.

2) Classificar para a empresa **INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA** para o (s) seguinte (s) produtos (s):

Item 01: 219624/ Sistema completo de abastecimento de ar comprimido medicinal, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 1 unidade.

Valor unitário: R\$ 137.400,00

Valor total: R\$ 137.400,00

Marca: ITS/ Modelo CA98DIBAZ

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima a Pregoeira analisou os documentos relativos à habilitação,



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br

considerando os fatores de habilitação previstos no Edital de Embasamento, a Pregoeira resolveu:

1) JULGAR HABILITADA a empresa INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA;

Ainda, informo que não houve itens desertos e/ ou fracassados no certame.

Total geral do pregão eletrônico nº 121/2019- Feaes é de R\$ 137.400,00 (cento e trinta e sete mil e quatrocentos reais).

Nada mais tendo a constar, a presente ata foi assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio.

Janaina Barreto Fonseca
Pregoeira

Juliano Eugenio de Silva
Equipe de Apoio

Kamila Tolari Faneco
Equipe de Apoio



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Hospital do Idoso Zilda Arns

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5909
www.feaes.curitiba.pr.gov.br

Curitiba, 07 de janeiro de 2020

De : Engenharia/Feas

Para: CPL/Feas


Ref.: Análise dos documentos apresentados com características técnicas do equipamento proposto, Pregão Eletrônico nº 121/2019 "Aquisição de sistema completo de ar comprimido medicinal para atender as necessidades do Hospital do Idoso Zilda Arns- Hiza, unidade gerida pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde, com manutenção preventiva e corretiva, pelo período mínimo de 12 (doze) meses."

Após análise das características técnicas apresentadas, e conforme documentação complementar integrante à proposta apresentada, identifica - se uma inconformidade no quesito de redundância do equipamento e ausência de dados referente a nível de ruído , pois foi solicitado um equipamento com as seguintes características :

2. DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO OBJETO

Item 01: 219624/ Sistema completo de abastecimento de ar comprimido medicinal: que deverá ser composto por 02 (dois) compressores isentos de óleo, sistema de tratamento e purificação do ar constituído de secadores por adsorção e filtros coalescentes bacteriológicos geradoras de ar comprimido medicinal, para atender as necessidades dos 127 (cento e vinte e sete) leitos da unidade; atender as normas da ABNT NBR 12188 e RDC 50 2002 - Anvisa; a capacidade de vazão do sistema de compressores deverá ser de, no mínimo, 90m³/h; Nível de ruído máximo admissível, em conformidade com os limites impostos pela Lei Municipal nº 10.625/2002, considerando que o zoneamento atual do Hospital Zilda Arns integra o zoneamento ZR-4; O motor deverá ser 220 V trifásico, (se diferente deverá ser incluso readequação da alimentação e proteção a partir do quadro de distribuição existente na subestação interna do Hospital) , IP 55, possuir frequência de 60HZ e potência mínima de 12,0 KW; Pressão de Entrada entre mínimo de 4 bar e máxima de 10 bar , conexão compatível com a rede existente, dentre outras características.

Considerando o acima exposto, consideramos a proposta inabilitada .


Engº Armando José Ritzdorf de Mello

Engenharia

Hospital do Idoso Zilda Arns

Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba - FEAS



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Hospital do Idoso Zilda Arns

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5909
www.feaes.curitiba.pr.gov.br


Curitiba, 17 de janeiro de 2020

De : Engenharia/Feas

Para: CPL/Feas

Ref.: Análise dos documentos apresentados com características técnicas do equipamento proposto, Pregão Eletrônico nº 121/2019 "Aquisição de sistema completo de ar comprimido medicinal para atender as necessidades do Hospital do Idoso Zilda Arns- Hiza, unidade gerida pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde, com manutenção preventiva e corretiva, pelo período mínimo de 12 (doze) meses."


Após análise das características técnicas apresentadas e conforme documentação integrante à proposta apresentada, consideramos a proposta habilitada .


Engº Armando José Ritzdorf de Mello

Engenharia

Hospital do Idoso Zilda Arns

Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba - FEAES

RECEBIDO EM: 14.01.2020
Nome: Jafonseca Pontes
Assinatura: 
Matrícula: 0250 FEAES