



Ata De Resultado De Julgamento

Processo Administrativo n°: 014/2020.

Pregão Eletrônico n°: 08/2020.

Objeto: “Registro de preços para futuro fornecimento camas hospitalares semiautomáticas”.

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, o Pregoeiro devidamente designado efetuou o julgamento do pregão eletrônico em epígrafe. Após análise das propostas, dos lances e da habilitação das empresas, considerando os fatores de julgamento previstos em Edital de Embasamento e em conformidade com os documentos de análise técnica que se encontram anexados a esta ata, resolveu-se por:

No que diz respeito ao item 01 (Código 219718 – Cama Hospitalar de Obeso semiautomática), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: *RC Móveis Ltda.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conferidos em análise de amostra apresentada. Detalhes nos documentos de análise técnica em anexo. Marca: RC Móveis, Valor unitário: R\$ 11.000,00, Quantidade: 2 unidades, Valor total: R\$ 22.000,00.

No que diz respeito ao item 02 (Código 219719 – Cama Hospitalar semiautomática adulto.), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: *RC Móveis Ltda.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conferidos em análise de amostra apresentada. Detalhes nos documentos de análise técnica em anexo. Marca: RC Móveis, Valor unitário: R\$ 8.000,00, Quantidade: 43 unidades, Valor total: R\$ 344.000,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: *RC Móveis Ltda.*



Feas

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5900

www.feas.curitiba.pr.gov.br

Total geral do item do pregão eletrônico n°: 08/2020: R\$ 366.000,00.

Itens desertos: não há. Itens fracassados: não há.

Nada mais tendo a constar, esta Ata foi assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. A membro da equipe de apoio Kamila Tolari Faneco encontra-se em período de férias.

Juliano Eugenio da Silva
Pregoeiro

Janaina Barreto Fonseca
Equipe de Apoio



Feas

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5900
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estatal de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 006/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 10 de fevereiro de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES

A/C Sr. Juliano Eugenio da Silva;

Referente: Pregão Eletrônico nº 008/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentação:

- RC Móveis Ltda.

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 01: (Código 219718) Cama Hospitalar de Obeso semiautomática

- A empresa RC Móveis Ltda. apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a Cama Hospitalar de Obeso semiautomática, marca RC Móveis, modelo RC 203-O, com registro na ANVISA N° 80316080019, e a fim de se realizar uma análise mais aprofundada para COMPROVAÇÃO de que o a cama ofertada por esta empresa ATENDE tecnicamente o descritivo do item 01 do Pregão Eletrônico N° 002/2020 – FEAS. conforme características discriminadas no Manual do Usuário e arquivo PDF Instruções de Uso disponível às 16:30h da presente data em [http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL\[49239-2-13746\].PDF](http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[49239-2-13746].PDF), solicitamos à empresa RC Móveis Ltda. a AMOSTRA da Cama Hospitalar de Obeso semiautomática, marca RC Móveis, modelo RC 203-O, conforme previsto no item 10 do Pregão Eletrônico nº 008/2020 – Feas.

1



Feas

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5900
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estatal de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Item 02: (Código 219719) Cama Hospitalar semiautomática adulto

- A empresa RC Móveis Ltda. apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a Cama Hospitalar de Obeso semiautomática, marca RC Móveis, modelo RC 203-E, com registro na ANVISA N° 80316080019, e a fim de se realizar uma análise mais aprofundada para **COMPROVAÇÃO** de que o a cama ofertada por esta empresa **ATENDE** tecnicamente o descritivo do item 02 do Pregão Eletrônico N° 002/2020 – FEAS, conforme características discriminadas no Manual do Usuário e arquivo PDF Instruções de Uso disponível às 16:30h da presente data em [http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL\[49239-2-13746\].PDF](http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[49239-2-13746].PDF), solicitamos à empresa RC Móveis Ltda. a AMOSTRA da Cama Hospitalar semiautomática adulto, marca RC Móveis, modelo RC 203-E, conforme previsto no item 10 do Pregão Eletrônico n° 008/2020 – Feas.

Atenciosamente,

Eng.º Roberto L. Dallagranna
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



Feas

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5900
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estatal de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 012/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 12 de fevereiro de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sr. Juliano Eugenio da Silva;

Referente: Pregão Eletrônico nº 008/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentação:

- RC Móveis Ltda.

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 01: (Código 219718) Cama Hospitalar de Obeso semiautomática

- A empresa RC Móveis Ltda. apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado, e também apresentou na presente data a amostra da Cama Hospitalar de Obeso semiautomática, marca RC Móveis, modelo RC 203-E, com registro na ANVISA N° 80316080019, semelhante ao modelo RC 203-O exceto no que se refere a capacidade de carga e estrutura da base da cama. Isto posto, foi possível COMPROVAR que a cama ofertada por esta empresa ATENDE tecnicamente o descritivo do item 01 do Pregão Eletrônico N° 008/2020 – FEAS. Desta forma, a empresa foi CLASSIFICADA.

RLB

1



Feas

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5900
www.feas.curitiba.pr.gov.br




Engenharia Clínica
Fundação Estatal de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feas.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feas.curitiba.pr.gov.br

Item 02: (Código 219719) Cama Hospitalar semiautomática adulto


- A empresa RC Móveis Ltda. apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado, e também apresentou na presente data a amostra da Cama Hospitalar de Obeso semiautomática, marca RC Móveis, modelo RC 203-E, com registro na ANVISA N° 80316080019, semelhante ao modelo RC 203-O exceto no que se refere a capacidade de carga e estrutura da base da cama. Isto posto, foi possível COMPROVAR que a cama ofertada por esta empresa ATENDE tecnicamente o descritivo do item 01 do Pregão Eletrônico N° 008/2020 – FEAS. Desta forma, a empresa foi CLASSIFICADA.

Atenciosamente,


Eng.º Roberto L. Dall'aggranna
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES

Ciente e de acordo


HILTON DA CRUZ BUENO
GERENTE ASSISTENCIAL
COREN-PR 238.265


Altair Damas Rossato
Diretor Executivo - Matr. 4464
Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns