



ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020– Feas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020- Feas.

CRITÉRIO: Menor valor por Item

OBJETO: Seleção de propostas para aquisição de Equipamentos de CME, para prover e modernizar as unidades sob gestão da Feas, através de sistema de registro de preços, por um período de 12 (doze) meses.

Aos **dezesesseis do mês de abril do ano de dois mil e vinte**, a Pregoeira devidamente designada efetuou julgamento do Pregão em epígrafe. Após detida análise das propostas, dos lances e habilitação das empresas, considerando os fatores de julgamento previstos no Edital de Embasamento e em conformidade com as análises técnicas emitidas pela Engenharia Clínica da Feas, a Pregoeira resolveu:

1) Desclassificar a proposta da empresa **VS COSTA E CIA LTDA** para o (s) seguinte (s) item (ns):

Item 01: 217557/ Lavadora Ultrassônica, acatando a solicitação de desclassificação protocolado pela própria empresa, após solicitação de apresentação de amostra.

2) Desclassificar a proposta da empresa **SANDERS DO BRASIL LTDA** para o (s) seguinte (s) item (ns):

Item 02: 219710/ Reprocessadora Automática de Endoscópios, por ter apresentado produto em desconformidade com o exigido em edital, conforme análise de amostra.

Item 03: 219711/ Termodesinfectora, por não ter apresentado a amostra exigida pelo setor técnico para análise, conforme requisitos preestabelecidos em edital.

3) Classificar para a **BAUMER S.A.** o (s) seguinte (s) item (ns): item (ns):

Item 03: 219711/ Termodesinfectora, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 1 unidade.

Valor unitário: R\$ 157.000,00



Valor total: R\$ 157.000,00

Marca: Baumer S.A.

4) Classificar para a **MED7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP** o (s) seguinte (s) item (ns): item (ns):

Item 02: 219710/ Reprocessadora Automática de Endoscópios, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 1 unidade.

Valor unitário: R\$ 40.700,00

Valor total: R\$ 40.700,00

Marca: Atemoh

5) Classificar para a **SANDERS DO BRASIL LTDA** o (s) seguinte (s) item (ns): item (ns):

Item 01: 217557/ Lavadora Ultrassônica, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 1 unidade.

Valor unitário: R\$ 22.000,00

Valor total: R\$ 22.000,00

Marca: Sanders

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima a Pregoeira analisou os documentos relativos à habilitação, considerando os fatores de habilitação previstos no Edital de Embasamento, a Pregoeira resolveu:

1) JULGAR HABILITADA a empresa **BAUMER S.A.**;

2) JULGAR HABILITADA a empresa **MED7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP**;

3) JULGAR HABILITADA a empresa **SANDERS DO BRASIL LTDA**;

Em tempo, informo que não houve itens desertos e/ ou fracassados no certame em tela.



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br

Total geral do pregão eletrônico n°: 014/2020- Feas é de R\$ 219.700,00 (duzentos e dezenove mil e setecentos reais).

Nada mais tendo a constar, a presente ata foi assinada pela Pregoeira e equipe de Apoio.

Janaina Barreto Fonseca
Pregoeira

Juliano Eugenio de Silva
Equipe de Apoio

Mirelle Pereira Fonseca
Equipe de Apoio



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estadual de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 020/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 04 de março de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 014/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentação:

- V.S. Costa & CIA LTDA

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 01: Código 217557 / Lavadora Ultrassônica

A empresa V.S. Costa & CIA LTDA apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, da Lavadora Ultrassônica, marca ECEL, modelo Beta 35L Jet, com registro na ANVISA N° 80366400007, a fim de se realizar uma análise mais aprofundada para COMPROVAÇÃO de que esse equipamento apresentado por essa empresa ATENDE tecnicamente o descritivo do item 01 do Pregão Eletrônico N° 014/2020 – FEAS conforme características discriminadas no Manual do Equipamento apresentado, solicitamos à empresa V.S. Costa & CIA LTDA a AMOSTRA da Lavadora Ultrassônica, marca ECEL, modelo Beta 35L Jet, conforme previsto no item 10 do Pregão Eletrônico nº 014/2020 – Feas.

Atenciosamente,

Eng.º Roberto L. Dallagranna
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estatal de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 022/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 04 de março de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 014/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentação:

- Sanders do Brasil LTDA

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 02: Código 219710 / Reprocessadora Automática de Endocópios

A empresa Sanders do Brasil LTDA apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, da Reprocessadora Automática de Endocópios, marca Sanders, modelo EWS-I Jet, com registro na ANVISA N° 80273140009, a fim de se realizar uma análise mais aprofundada para **COMPROVAÇÃO** de que esse equipamento apresentado por essa empresa **ATENDE** tecnicamente o descritivo do item 02 do Pregão Eletrônico N° 014/2020 – FEAS conforme características discriminadas no Manual do Equipamento apresentado, solicitamos à empresa Sanders do Brasil LTDA a **AMOSTRA** da Reprocessadora Automática de Endocópios, marca Sanders, modelo EWS-I Jet, conforme previsto no item 10 do Pregão Eletrônico n° 014/2020 – Feas.

Atenciosamente,

Eng.º Roberto L. Dallagranna
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estadual de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 023/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 05 de março de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 014/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentação:

- Sanders do Brasil LTDA

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 02: Código 219711 / Termodesinfectora

A empresa Sanders do Brasil LTDA apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, da Termodesinfectora, marca Sanders, modelo WDS 200 SD, com registro na ANVISA N° 80273140007, a fim de se realizar uma análise mais aprofundada para COMPROVAÇÃO de que esse equipamento apresentado por essa empresa ATENDE tecnicamente o descritivo do item 03 do Pregão Eletrônico N° 014/2020 – FEAS conforme características discriminadas no Manual do Equipamento apresentado, solicitamos à empresa Sanders do Brasil LTDA a AMOSTRA da Termodesinfectora, marca Sanders, modelo WDS 200 SD, conforme previsto no item 10 do Pregão Eletrônico n° 014/2020 – Feas.

Atenciosamente,


Eng.º Roberto L. Dallagranna
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estadual de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 025/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 06 de março de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 014/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentação:

- V.S. Costa & CIA LTDA

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 01: Código 217557 / Lavadora Ultrassônica

A empresa V.S. Costa & CIA LTDA apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, após a análise dos documentos apresentados por essa empresa e informações apresentadas pelo Sr Leonardo Borin da empresa ECEL, conforme e-mail em anexo, constata-se que a Lavadora Ultrassônica, marca ECEL, modelo Beta 35L Jet, com registro na ANVISA N° 80366400007 NÃO ATENDE tecnicamente o descritivo do item 01 do Pregão Eletrônico N° 014/2020 – FEAS. Pois, o edital solicita “(...)peso máximo de 40 kg.” Enquanto que a Lavadora Ultrassônica proposta por esse fornecedor NÃO POSSUI peso máximo de 40 kg e sim 50 kg.

Dessa forma, com base em todos os argumentos supracitados, esta empresa deve ser DECLASSIFICADA.

Atenciosamente,

Eng.º Roberto L. Dallagrana
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estatal de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 029/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 16 de março de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 014/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentação:

- Baumer S.A.

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 03: Código 219711 / Termodesinfectora

A empresa Baumer S.A. apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a Termodesinfectora, marca Baumer, modelo TW-E2000-287P, com registro na ANVISA N° 10345500051, ATENDE tecnicamente o descritivo do item 03 do Pregão Eletrônico N° 014/2020 – FEAS. Desta forma, a empresa foi classificada.

Atenciosamente,

Eng.º Roberto L. Dallagranna
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estatal de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 038/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 17 de março de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 014/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentação:

- Sanders do Brasil LTDA

Em relação ao item cotados, no que diz respeito à amostra apresentada, informo:

Item 02: Código 219710 / Reprocessadora Automática de Endoscópios

- A empresa Sanders do Brasil LTDA apresentou a amostra exigida no Anexo I do Edital de Embasamento. ENTRETANTO, após a tentativa de uso da Reprocessadora Automática de Endoscópios, marca Sanders, modelo EWS-I Jet, conforme Ordem de Serviço N° 406 da empresa OM Bioeletrônica (Representante da Sanders em Curitiba/PR) em anexo, comprovou-se que o equipamento não obedeceu o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Pois, o mesmo NÃO ATENDE o seguinte item do Anexo I item 02 do Pregão Eletrônico nº 014/2020 – Feas:
“Ser compatível com as principais marcas mundiais de fabricante de endoscópios; Ser compatível com broncoscópios, gastroscópios, duodenoscópios, colonoscópios e outros tipos de endoscópios flexíveis.”
Observou-se durante a análise da amostra que os gastroscópios e colonoscópios da marca Fujifilm|Fujinon, utilizados no Serviço de Endoscopia e Colonoscopia do Hospital do Idoso Zilda Arns, local onde ocorreu essa análise, não couberam na cuba da Reprocessadora Automática de Endoscópios, marca Sanders, modelo EWS-I Jet, ficando expostos quando imersos no ácido peracético, como mostra a figura abaixo, colocando dessa forma em risco o processo de desinfecção.



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estadual de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 039/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 19 de março de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES

A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico n.º 014/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentação:

- Sanders do Brasil LTDA

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 01: 217557/ Lavadora Ultrassônica

A empresa Sanders do Brasil LTDA apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a Lavadora ultrassônica, marca Sanders, modelo SW 3000 WJ, com registro na ANVISA N.º 80273140004, ATENDE tecnicamente o descritivo do item 01 do Pregão Eletrônico N.º 014/2020 – FEAS. Desta forma, a empresa foi classificada.

Atenciosamente,

Eng.º Roberto L. Dall'aggrana
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br




Engenharia Clínica
Fundação Estatal de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 049/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 03 de abril de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 014/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou a documentação:

- Med 7 Produtos Hospitalares LTDA

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 02: Código 219710 / Reprocessadora Automática de Endoscópios

A empresa Med 7 Produtos Hospitalares LTDA apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a Reprocessadora Automática de Endoscópios, marca ATEMOH, modelo RPRAT – CLEAN SCOPE, com registro na ANVISA N° 81466120002, ATENDE tecnicamente o descritivo do item 02 do Pregão Eletrônico N° 014/2020 – FEAS. Desta forma, a empresa foi classificada.

Atenciosamente,



Eng.º Roberto L. Dall'aggrana
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES