



ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2020– Feas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020- Feas.

CRITÉRIO: Menor valor por Item

OBJETO: Seleção de propostas para aquisição de mobiliários hospitalares para equipar as unidades sob gestão da Feas, através de sistema de registro de preços, por um período de 12 (doze) meses.

Aos **vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte**, a Pregoeira devidamente designada efetuou julgamento do Pregão em epígrafe. Após detida análise das propostas, dos lances e habilitação das empresas, considerando os fatores de julgamento previstos no Edital de Embasamento e em conformidade com as análises técnicas emitidas pela Engenharia Clínica da Feas, a Pregoeira resolveu:

1) Desclassificar a proposta da empresa **ANDREIA LORENZI ME** para o (s) seguinte (s) item (ns):

Item 01: 218498/ Cama Hospitalar Mecânica, por ter cotado produto em desconformidade com o descritivo técnico exigido no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme análise da engenharia clínica da Feas.

Item 02: 219787/ Maca Hospitalar Mecânica, por ter cotado produto em desconformidade com o descritivo técnico exigido no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme análise da engenharia clínica da Feas.

Item 04: 219788/ Poltrona Hospitalar, por não ter encaminhado a amostra solicitada através do Ofício 093/2020- CPL/ Feas.

2) Desclassificar a proposta da empresa **CIRÚRGICA BIRIGUI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP** para o (s) seguinte (s) item (ns):

Item 01: 218498/ Cama Hospitalar Mecânica, por ter cotado produto em desconformidade com o descritivo técnico exigido no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme análise da engenharia clínica da Feas.



3) Desclassificar a proposta da empresa FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME para o (s) seguinte (s) item (ns):

Item 01: 218498/ Cama Hospitalar Mecânica, por ter cotado produto em desconformidade com o descritivo técnico exigido no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme análise da engenharia clínica da Feas.

4) Desclassificar a proposta da empresa HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICO E FISIOTERÁPICOS LTDA para o (s) seguinte (s) item (ns):

Item 03: 219789/ Régua De Gases, por ter cotado produto em desconformidade com o descritivo técnico exigido no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme análise da engenharia civil da Feas.

5) Desclassificar a proposta da empresa HOSPI BIO IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI EPP para o (s) seguinte (s) item (ns):

Item 01: 218498/ Cama Hospitalar Mecânica, por ter cotado produto em desconformidade com o descritivo técnico exigido no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme análise da engenharia clínica da Feas.

Item 04: 219788/ Poltrona Hospitalar, por não ter encaminhado a amostra solicitada através do Ofício 083/2020- CPL/ Feas

6) Desclassificar a proposta da empresa MAIS ÉTICA COMERCIAL EIRELI para o (s) seguinte (s) item (ns):

Item 01: 218498/ Cama Hospitalar Mecânica, por não ter encaminhado a amostra solicitada através do Ofício 081/2020- CPL/ Feas

Item 02: 219787/ Maca Hospitalar Mecânica, por não ter encaminhado a amostra solicitada através do Ofício 075/2020- CPL/ Feas

Item 04: 219788/ Poltrona Hospitalar, por ter cotado produto em desconformidade com o descritivo técnico exigido no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme análise da engenharia clínica da Feas.



7) Desclassificar a proposta da empresa META MÓVEIS DE METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP para o (s) seguinte (s) item (ns):

Item 01: 218498/ Cama Hospitalar Mecânica, por não ter encaminhado a amostra solicitada através do Ofício 123/2020- CPL/ Feas

8) Desclassificar a proposta da empresa PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME para o (s) seguinte (s) item (ns):

Item 01: 218498/ Cama Hospitalar Mecânica, por ter cotado produto em desconformidade com o descritivo técnico exigido no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme análise da engenharia clínica da Feas.

Item 02: 219787/ Maca Hospitalar Mecânica, por ter cotado produto em desconformidade com o descritivo técnico exigido no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme análise da engenharia clínica da Feas.

Item 04: 219788/ Poltrona Hospitalar, por não ter encaminhado a amostra solicitada através do Ofício 093/2020- CPL/ Feas

9) Desclassificar a proposta da empresa PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME para o (s) seguinte (s) item (ns):

Item 04: 219788/ Poltrona Hospitalar, por não ter encaminhado todos os documentos exigidos em edital de embasamento, referentes a classificação da proposta.

10) Desclassificar a proposta da empresa PROTEC EXPORT IND, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIP MÉDICOS HOSPITALARES LTDA para o (s) seguinte (s) item (ns):

Item 03: 219789/ Régua De Gases, por não ter encaminhado nenhum dos documentos exigidos em edital de embasamento, referentes a classificação da proposta.



11) Classificar para a BIOCAM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI o (s) seguinte (s) item (ns): item (ns):

Item 03: 219789/ Régua De Gases, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 26 unidades.

Valor unitário: R\$ 2.539,00

Valor total: R\$ 66.014,00

Marca: Konek

12) Classificar para a RC MÓVEIS LTDA o (s) seguinte (s) item (ns): item (ns):

Item 01: 218498/ Cama Hospitalar Mecânica, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 1 unidade.

Valor unitário: R\$ 4.580,00

Valor total: R\$ 192.360,00

Marca: RC Móveis

Item 02: 219787/ Maca Hospitalar Mecânica, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 10 unidade.

Valor unitário: R\$ 3.490,00

Valor total: R\$ 34.900,00

Marca: RC Móveis

13) Classificar para a VALLITECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA o (s) seguinte (s) item (ns): item (ns):

Item 04: 219788/ Poltrona Hospitalar, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 140 unidade.

Valor unitário: R\$ 1.200,00

Valor total: R\$ 168.000,00

Marca: Vallitech



Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima a Pregoeira analisou os documentos relativos à habilitação, considerando os fatores de habilitação previstos no Edital de Embasamento, a Pregoeira resolveu:

- 1) **JULGAR HABILITADA** a empresa **BIOCAM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI**;
- 2) **JULGAR HABILITADA** a empresa **RC MÓVEIS LTDA**;
- 3) **JULGAR HABILITADA** a empresa **VALLITECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA**;

Em tempo, informo que não houve itens desertos e/ ou fracassados no certame em tela.

Total geral do pregão eletrônico nº: 021/2020- Feas é de R\$ 421.274,00 (quatrocentos e vinte e um mil duzentos e setenta e quatro reais).

Nada mais tendo a constar, a presente ata foi assinada pela Pregoeira e equipe de Apoio.

Janaina Barreto Fonseca
Pregoeira

Juliano Eugenio de Silva
Equipe de Apoio

Mirelle Pereira Fonseca
Equipe de Apoio



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estadual de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 035/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 17 de março de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentação:


- Portal Distribuidora Hospitalar Ltda Me.

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 01: 218498/ Cama Hospitalar Mecânica

- A empresa Portal Distribuidora Hospitalar Ltda Me. apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a Cama Hospitalar Mecânica, marca UTI Médica, modelo UTI-5179, com registro na ANVISA N° 80653989003, NÃO ATENDE tecnicamente o descritivo do item 01 do Pregão Eletrônico N° 021/2020 – FEAS. Pois, o edital solicita “(...)Deve executar pelo menos os seguintes movimentos: Fowler (dorso e pernas), Elevação de Altura e Trendelenburg; Deve possuir carga máxima segura de trabalho de pelo menos 204 Kg; Altura Máxima: 0,75m” Enquanto que a Cama Hospitalar Mecânica proposta por esse fornecedor NÃO POSSUI movimento de elevação de altura; não possui capacidade de carga máxima segura de trabalho de pelo menos 204 Kg, não possui altura máxima: 0,75m, conforme verificado em sua Proposta de Preços na página 09 do Formulário de Petição para Cadastramento – Materiais de uso em saúde – RDC n° 24/09, disponível em <http://www.anvisa.gov.br/scriptsweb/Tecnovigilancia/ResultadoGGTPS.asp>, a qual informa que: “Movimento: 03 manivelas escamoteáveis, movimento trendelenburg, fawler, semi-fawler, proclive.” “Capacidade máxima (peso): 200 kg” “Dimensões (comprimento X largura X altura): 2,00 X 0,90 X 1,00m”

Dessa forma, com base em todos os argumentos supracitados, esta empresa deve ser DECLASSIFICADA.

Atenciosamente,

Eng.º Roberto L. Dall'Aggrana
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



Formulário de Petição para Cadastramento – Materiais de uso em saúde – RDC nº 24/09

369

OPCIONAIS:

BASE TERMOPLÁSTICA
GRADES LATERAIS EM POLIURETANO
LEITO EM AÇO INOXIDÁVEL

CAMA FAWLER C/ PROCLIVE INF. GRADES PINTADAS UTI – 5178

CABEÇEIRA E PESEIRA: REMOVÍVEIS EM TUBO REDONDO/QUADRADO PINTADO
CHASSIS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO (PINTURA EPÓXI)
LEITO: PERFURADO EM AÇO CARBONO PINTADO
GRADES: LATERAIS DE ABAIXAR EM AÇO PINTADO
MOVIMENTO: 03 MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, MOVIMENTO TRENDELEBURG,
FAWLER, SEMI-FAWLER, PROCLIVE.
CINTAS: AÇO INOX
FREIOS: DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI / TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO
PÁRA-CHOQUES: BORRACHA
CAPACIDADE MÁXIMA (PESO): 80 Kg
DIMENSÕES (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA): 1,50 X 0,60 X 1,00 m

ACESSÓRIOS:

RODÍZIOS
SUPORTE DE SORO

OPCIONAIS:

BASE TERMOPLÁSTICA
GRADES LATERAIS EM POLIURETANO
LEITO EM AÇO INOXIDÁVEL

CAMA FAWLER C/ PROCLIVE LEITO E GRADES INOX UTI – 5179

CABEÇEIRA E PESEIRA: REMOVÍVEIS EM TUBO REDONDO/QUADRADO PINTADO
CHASSIS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO (PINTURA EPÓXI)
LEITO: PERFURADO EM AÇO INOXIDÁVEL
GRADES: LATERAIS DE ABAIXAR EM AÇO INOXIDÁVEL
MOVIMENTO: 03 MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, MOVIMENTO TRENDELEBURG,
FAWLER, SEMI-FAWLER, PROCLIVE.
CINTAS: AÇO INOX
FREIOS: DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL
ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI / TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO
PÁRA-CHOQUES: BORRACHA
CAPACIDADE MÁXIMA (PESO): 200 Kg
DIMENSÕES (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA): 2,00 X 0,90 X 1,00 m

ACESSÓRIOS:



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura Municipal de Curitiba

<http://mbox-feaes.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=49723&tz...>

Prefeitura Municipal de Curitiba

jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br

MEMO 036-2020 da Eng^a Clínica para CPL-FEAES_PE 021-2020-Poltrona Hospitalar

De : Roberto Liberato Dallagranna
<rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br>

Ter, 17 de mar de 2020 11:01

2 anexos

Assunto : MEMO 036-2020 da Eng^a Clínica para
CPL-FEAES_PE 021-2020-Poltrona Hospitalar

Para : Janaina Barreto Fonseca
<jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>

Janaina,

Venho por meio deste encaminhar em anexo o memorando (MEMO 036-2020 da Eng^a Clínica para CPL-FEAES_PE 021-2020-Poltrona Hospitalar) referente a análise da documentação enviada pela empresa Portal Distribuidora Hospitalar Ltda Me. a respeito do Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas - Item 04: (Código 219788) Poltrona Hospitalar. Reitero que a empresa Portal Distribuidora Hospitalar Ltda Me. encaminhou a documentação exigida, entretanto deverá ser DESCLASSIFICADA pois o equipamento proposto NÃO ATENDE tecnicamente o descritivo do item 04 do Pregão Eletrônico N° 021/2020 – FEAS.

Atenciosamente,



Roberto Liberato Dallagranna
Engenheiro Clínico
41 3316-5928 | feaes.curitiba.pr.gov.br

MEMO 036-2020 da Eng^a Clínica para CPL-FEAES_PE 021-2020-Poltrona Hospitalar.pdf
872 KB

MEMO 036-2020 da Eng^a Clínica para CPL-FEAES_PE 021-2020-Poltrona Hospitalar.doc
100 KB



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estadual de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 036/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 17 de março de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentação:

- Portal Distribuidora Hospitalar Ltda Me.

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:


Item 04: 219788/ Poltrona Hospitalar

- A empresa Portal Distribuidora Hospitalar Ltda Me. apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a Poltrona Hospitalar, marca UTI Médica, modelo UTI-5823, com registro na ANVISA N° 80653989008, NÃO ATENDE tecnicamente o descritivo do item 04 do Pregão Eletrônico N° 021/2020 – FEAS. Pois, o edital solicita “(...)Dimensões (permitido variação de 5%), deve possuir as seguintes medidas aproximadas para posição normal: P- 0,88 / L- 0,56 / A.-0,44 m Posição Reclinada: 1,50 m”. Enquanto que a Poltrona Hospitalar proposta por esse fornecedor NÃO POSSUI essas dimensões/medidas aproximadas, conforme verificado em sua Proposta de Preços na página 05 do Formulário de Petição para Cadastramento – Materiais de uso em saúde – RDC n° 24/09, disponível em <http://www.anvisa.gov.br/scriptsweb/Tecnovigilancia/ResultadoGGTPS.asp>, a qual informa que:

“Dimensões: Poltrona em posição deitada: 1,80 X 0,70 X 0,50m

Poltrona em posição sentada: 1,25 X 0,70”

Dessa forma, com base em todos os argumentos supracitados, esta empresa deve ser DESCLASSIFICADA.

Atenciosamente,

Eng.º Roberto L. Dallagranna
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



Formulário de Petição para Cadastramento – Materiais de uso em saúde – RDC nº 24/09



Poltrona em posição sentada: 1,25 x 0,70

7. POLTRONA RECLINÁVEL COM UMA MOLA À GÁS (UTI 5823)

Estrutura em tubos redondos de aço carbono com pintura epóxi. Assento, encosto e braços estofados em espuma revestidos em courvim com espuma selada, com apoio descansa pés estofado e espuma selada. Totalmente reclinável, por sistema de uma mola a gás, permitindo várias posições. Pés com ponteiros de borracha. Travamento fácil e rápido.

Capacidade: 150 kg

Acessórios: ponteiros

Dimensões: Poltrona em posição deitada: 1,80 x 0,70 x 0,50m

Poltrona em posição sentada: 1,25 x 0,70

8. POLTRONA RECLINÁVEL COM ALAVANCA INOX (UTI 5824)

Estrutura em tubos redondos de aço carbono com pintura epóxi. Assento, encosto e braços estofados em espuma revestidos em courvim com espuma selada, com apoio descansa pés estofado e espuma selada. Totalmente reclinável, por sistema de alavanca em aço inox, permitindo várias posições. Pés com ponteiros de borracha. Travamento fácil e rápido.

Capacidade: 150 kg

Acessórios: ponteiros

Dimensões: Poltrona em posição deitada: 1,80 x 0,70 x 0,50m

Poltrona em posição sentada: 1,25 x 0,70

9. POLTRONA RECLINÁVEL COM SISTEMA DE TRAVA CREMALHEIRA (UTI 5825)

Estrutura em tubos redondos de aço carbono com pintura epóxi. Assento, encosto e braços estofados em espuma revestidos em courvim com espuma selada, com apoio descansa pés estofado e espuma selada. Totalmente reclinável, por sistema de cremalheira, permitindo várias posições. Pés com ponteiros de borracha. Travamento fácil e rápido.

Capacidade: 150 kg

Acessórios: ponteiros

Dimensões: Poltrona em posição deitada: 1,80 x 0,70 x 0,50m

Poltrona em posição sentada: 1,25 x 0,70

3.2.5 Dimensões/volumes

Contém 01 Unidade

1. POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE ESTRUTURA PINTADA ASSENTO CONCHA (UTI 5119)

Capacidade máxima: 150 kg.

Dimensões: 0,50 x 0,42 x 0,55 (C x L x A).



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura Municipal de Curitiba

<http://mbox-feaes.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=49728&tz...>

Prefeitura Municipal de Curitiba

jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



MEMO 037-2020 da Eng^a Clínica para CPL-FEAES_PE 021-2020-Maca Hospitalar Mecânica

De : Roberto Liberato Dallagranna
<rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br>

Ter, 17 de mar de 2020 11:55

2 anexos

Assunto : MEMO 037-2020 da Eng^a Clínica para
CPL-FEAES_PE 021-2020-Maca Hospitalar Mecânica

Para : Janaina Barreto Fonseca
<jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>

Janaina,

Venho por meio deste encaminhar em anexo o memorando (MEMO 037-2020 da Eng^a Clínica para CPL-FEAES_PE 021-2020-Maca Hospitalar Mecânica) referente a análise da documentação enviada pela empresa Andreia Lorenzi - ME a respeito do Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas - Item 02: (Código 219787) Maca Hospitalar Mecânica. Reitero que a empresa Andreia Lorenzi - ME encaminhou a documentação exigida, entretanto deverá ser DESCLASSIFICADA pois o equipamento proposto NÃO ATENDE tecnicamente o descritivo do item 02 do Pregão Eletrônico N° 021/2020 – FEAS.

Atenciosamente,



Roberto Liberato Dallagranna
Engenheiro Clínico
41 3316-5928 | feaes.curitiba.pr.gov.br

MEMO 037-2020 da Eng^a Clínica para CPL-FEAES_PE 021-2020-Maca Hospitalar Mecânica.pdf
1 MB

MEMO 037-2020 da Eng^a Clínica para CPL-FEAES_PE 021-2020-Maca Hospitalar Mecânica.doc
99 KB



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estadual de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 037/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 17 de março de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentação:

- Andreia Lorenzi - ME.


Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 02: 219787 / Maca Hospitalar Mecânica

- A empresa Andreia Lorenzi - ME. apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a Maca Hospitalar Mecânica, marca ALFRS, modelo ALF-CM AC 02, com registro na ANVISA N° 81513180003, NÃO ATENDE tecnicamente o descritivo do item 02 do Pregão Eletrônico N° 021/2020 – FEAS. Pois, o edital solicita “(...)Deve possuir pelo menos 01 pontos para encaixe do suporte para soro. Deve possuir suporte para cilindro de oxigênio. Deve possuir Ganchos e/ou Trilhos para Bolsas Coletoras de Urina/Drenagem”. Enquanto que a Maca Hospitalar Mecânica proposta por esse fornecedor NÃO POSSUI pelo menos 01 pontos para encaixe do suporte para soro, não possui suporte para cilindro de oxigênio, não possui Ganchos e/ou Trilhos para Bolsas Coletoras de Urina/Drenagem, conforme verificado em sua Proposta de Preços e na página 06, item 3.1.9 Formas de apresentação comercial do produto (descrever quantitativamente os itens que acompanham o equipamento) do Formulário de Petição para Cadastro de Equipamento, disponível em <http://www.anvisa.gov.br/scriptsweb/Tecnovigilancia/ResultadoGGTPS.asp>, a qual informa que:

“ALF-CM AC 02- CARRO MACA AÇO CARBONO - Confeccionado em Tubo de Aço carbono 1” e 1.1/4, com rodas giratórias, sendo duas com freio na diagonal. Espuma D-26 revestido em Courvin”

Dessa forma, com base em todos os argumentos supracitados, esta empresa deve ser DECLASSIFICADA.

Atenciosamente,

Eng.º Roberto L. Dallagrana
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



CARRO MACA PADIOLA FOWLER



- Estrutura da base confeccionado em tubos quadrados de aproximadamente 40 x 77 x 1,50mm;
- Estrutura do leito construída em tubos quadrados de aproximadamente 40 x 77 x 1,50mm;
- Leito confeccionado em chapa de aço carbono 1,20mm, dotado de reforço com estrutura tubular interna, dividido em quatro seções e articulado;
- Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização;
- Movimentos acionados através de 3 manivelas com sistema de rolamento e mancal, escamoteáveis em aço inoxidável, com cabo de poliuretano;
- Possui movimentos fowler, semi-fowler, flexão de pernas, dorso, sentado vascular, cardíaco e elevação de altura;
- Realiza a posição Fowler através de sistema de elevação construído em tubos redondos de aproximadamente 1.1/2 x 1,65mm;
- Cabeceira e peseira em poliuretano, removíveis e com trava de segurança;
- Grades de proteção lateral construídas em tubo redondo de aproximadamente 25,40 x 1,50mm em inox, com guias em tubo redondo de 3/4" x 1,50mm embutidas na longarina;

Rua Argemiro Pretto, 340, Lajeado, Encantado, RS, CEP 95960-000 Fone/Fax: (51) 83381400.
Insc. Est.: 037/0047800 - CNPJ: 19.338.456/0001-94



cromado.

- * Suporte para Ventilador de transporte/emergência em aço inoxidável (AISI 304/403) / aço carbono / cromado.
- * Suporte para Bolsas tipo foley em aço inoxidável (AISI 304/403) / aço carbono / cromado.
- * Suporte Telescópico, para Soro, em aço inoxidável (AISI 304/430) / cromado / aço carbono.
- * Trendelemburg Mínimo 0 a 12° por Cremalheira.
- * Variação nas dimensões.
- * Variação no diâmetro dos rodízios.

3.1.9 Formas de apresentação comercial do produto: (descrever quantitativamente os itens que acompanham o equipamento)

ALF-CM I 01- CARRO MACA AÇO INOX - Confeccionado em tubo de aço Inox 1" e 1.1/4, com rodas giratórias, sendo duas com freio na diagonal. Espuma D-26 revestido em Courvin e Suporte de Soro.

ALF-CM AC 02- CARRO MACA AÇO CARBONO - Confeccionado em Tubo de Aço carbono 1" e 1.1/4, com rodas giratórias, sendo duas com freio na diagonal. Espuma D-26 revestido em Courvin.

ALF-CM A 03- CARRO MACA ALUMINIO - Confeccionado em tubo de alumínio 1" e 1.1/4, com rodas giratórias, sendo duas com freio na diagonal. Espuma D-26 revestido em Courvin.

ALF CM 04 - CARRO MACA DE TRANSFERÊNCIA EM AÇO INOX. Confeccionado em tubo de aço Inox, com rodas giratórias, sendo duas com freio na diagonal em cada carro. Colchonete com espuma D-26 revestido em Courvin e Suporte de Soro. Grades laterais de baixar.

ALF CM 05 - CARRO MACA DE TRANSFERÊNCIA EM AÇO CARBONO. Confeccionado em Tubo de Aço carbono, com rodas giratórias, sendo duas com freio na diagonal em cada carro. Colchonete com espuma D-26 revestido em Courvin e Suporte de Soro. Grades laterais de baixar.

ALF CM 06 - CARRO MACA DE TRANSFERÊNCIA EM ALUMINIO. Confeccionado em tubo de alumínio, com rodas giratórias, sendo duas com freio na diagonal em cada carro. Colchonete com espuma D-26 revestido em Courvin e Suporte de Soro. Grades laterais de baixar.

ALF CM 07 - CARRO MACA COM ELEVAÇÃO HIDRÁULICA EM INOX. Confeccionado em tubo de alumínio 1" e 1.1/4, com rodas giratórias, sendo duas com freio na diagonal. Colchonete com espuma D-26 revestido em Courvin e Suporte de Soro. Grades laterais de baixar.

ALF CM 08 - CARRO MACA COM ELEVAÇÃO HIDRAULICA EM AÇO CARBONO. Confeccionado em Tubo de Aço carbono, com rodas giratórias, sendo duas com freio na diagonal. Colchonete com espuma D-26 revestido em Courvin e Suporte de Soro. Grades laterais de baixar.

ALF CM 09 - CARRO MACA COM ELEVAÇÃO HIDRAULICA EM ALUMINIO. Confeccionado em tubo de alumínio, com rodas giratórias, sendo duas com freio na diagonal. Colchonete com espuma D-26 revestido em Courvin e Suporte de Soro. Grades laterais de baixar.

ALF CM 10 - CARRO MACA PARA NECRÓPSIA EM INOX. Confeccionado em tubo de alumínio, com rodas giratórias, sendo duas com freio na diagonal. Acompanha balde.



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estatal de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

SFB

Memorando n.º 046/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 31 de março de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou a documentação:


- Andréia Lorenzi ME

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 01: 218498/ Cama Hospitalar Mecânica

- A empresa Andréia Lorenzi ME apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, da Cama Hospitalar Mecânica, marca ALFRS modelo ALF-CH AC01, com registro na ANVISA N° 81513180002, a fim de se realizar uma análise mais aprofundada para COMPROVAÇÃO de que esse equipamento apresentado por essa empresa ATENDE tecnicamente o descritivo do item 01 do Pregão Eletrônico N° 021/2020 – FEAS conforme características discriminadas no Manual do Equipamento apresentado solicitamos à empresa Andréia Lorenzi ME a AMOSTRA da Cama Hospitalar Mecânica, marca ALFRS, modelo ALF-CH AC01, conforme previsto no item 10 do Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas. Solicitamos ainda a essa empresa a apresentação do teste “Salt Spray” de no mínimo 300 horas a fim de comprovar que a cama é resistente a corrosão, conforme exigência do descritivo do edital Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas o qual solicita que a cama: “Deve ser resistente à corrosão pela ação de materiais como “Salt Spray”, álcool, óleo, solventes, lubrificantes, graxas, meios ácidos, alcalinos e outros agentes químicos”.

Atenciosamente,


Eng.º Roberto L. Dallagrana
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura Municipal de Curitiba

<http://mbox-feaes.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=50255&tz...>

Prefeitura Municipal de Curitiba

jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br

MEMO 047-2020 da Engª Clínica para CPL-FEAES_PE 021-2020-Maca Hospitalar Mecânica

De : Roberto Liberato Dallagranna
<rdallagranna@feaes.curitiba.pr.gov.br>

Qua, 01 de abr de 2020 10:26

2 anexos

Assunto : MEMO 047-2020 da Engª Clínica para CPL-FEAES_PE
021-2020-Maca Hospitalar Mecânica

Para : Janaina Barreto Fonseca <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>

Bom Dia Janaina,

Venho por meio deste encaminhar em anexo o memorando (MEMO 047-2020 da Engª Clínica para CPL-FEAES_PE 021-2020-Maca Hospitalar Mecânica) referente a análise da documentação enviada pela empresa Mais Ética Comercial EIRELI, a respeito do Pregão Eletrônico nº 047/2020 – Feas - Item 02: (Código 219787) Maca Hospitalar Mecânica. Reitero que a empresa Mais Ética Comercial EIRELI encaminhou a documentação exigida, entretanto solicito que a mesma encaminhe uma AMOSTRA do equipamento para podermos COMPROVAR que o mesmo ATENDE tecnicamente o descritivo do item 02 do Pregão Eletrônico N° 021/2020 – FEAS. Ao analisar o manual dessa Maca Hospitalar Mecânica constatei que a mesma pode ser configurada com alguns opcionais/acessórios; dessa forma solicito que essa empresa nos informe se a maca ofertada acompanhará esses opcionais/acessórios e em caso afirmativo quais seriam esses.

Atenciosamente,



Roberto Liberato Dallagranna
Engenheiro Clínico
41 3316-5928 | feaes.curitiba.pr.gov.br

MEMO 047-2020 da Engª Clínica para CPL-FEAES_PE 021-2020-Maca Hospitalar Mecânica.pdf
386 KB

MEMO 047-2020 da Engª Clínica para CPL-FEAES_PE 021-2020-Maca Hospitalar Mecânica.doc
99 KB



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estadual de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 047/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 31 de março de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou a documentação:


- Mais Ética Comercial EIRELI

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 02: 219787 / Maca Hospitalar Mecânica

- A empresa Mais Ética Comercial EIRELI apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, da Maca Hospitalar Mecânica, marca Atual Móveis modelo AMH1806, com registro na ANVISA N°80871920005, a fim de se realizar uma análise mais aprofundada para COMPROVAÇÃO de que esse equipamento apresentado por essa empresa ATENDE tecnicamente o descritivo do item 02 do Pregão Eletrônico N° 021/2020 – FEAS conforme características discriminadas no Manual do Equipamento apresentado solicitamos à empresa Mais Ética Comercial EIRELI a AMOSTRA da Maca Hospitalar Mecânica, marca Atual Móveis, modelo AMH1806, conforme previsto no item 10 do Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas.

Atenciosamente,


Eng.º Roberto L. Dallagrana
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura Municipal de Curitiba

<http://mbox-feaes.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=50217&tz...>

Prefeitura Municipal de Curitiba

jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



MEMO 048-2020 da Engª Clínica para CPL-FAES_PE 021-2020-Poltrona Hospitalar

De : Roberto Liberato Dallagrana
<rdallagrana@feaes.curitiba.pr.gov.br>

Ter, 31 de mar de 2020 13:20

2 anexos

Assunto : MEMO 048-2020 da Engª Clínica para CPL-FAES_PE 021-2020-Poltrona Hospitalar

Para : Janaina Barreto Fonseca <jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>

Boa Tarde Janaina,

Venho por meio deste encaminhar em anexo o memorando (MEMO 048-2020 da Engª Clínica para CPL-FAES_PE 021-2020-Poltrona Hospitalar) referente a análise da documentação enviada pela empresa • Mais Ética Comercial EIRELI a respeito do Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas - Item 04: (Código 219788) Poltrona Hospitalar. Reitero que a empresa • Mais Ética Comercial EIRELI encaminhou a documentação exigida, entretanto deverá ser DESCLASSIFICADA pois o equipamento proposto NÃO ATENDE tecnicamente o descritivo do item 04 do Pregão Eletrônico N° 021/2020 – FEAS.

Atenciosamente,



Roberto Liberato Dallagrana
Engenheiro Clínico
41 3316-5928 | feaes.curitiba.pr.gov.br

MEMO 048-2020 da Engª Clínica para CPL-FAES_PE 021-2020-Poltrona Hospitalar.pdf

1 MB

MEMO 048-2020 da Engª Clínica para CPL-FAES_PE 021-2020-Poltrona Hospitalar.doc

100 KB



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estadual de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 048/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 31 de março de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentação:

- Mais Ética Comercial EIRELI

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 04: 219788/ Poltrona Hospitalar

- A empresa Mais Ética Comercial EIRELI apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a Poltrona Hospitalar, marca Atual Móveis, modelo AMH2402, com _____, NÃO ATENDE tecnicamente o descritivo do item 04 do Pregão Eletrônico N° 021/2020 – FEAS. Pois, o edital solicita “(...)Dimensões (permitido variação de 5%), deve possuir as seguintes medidas aproximadas para posição normal: P- 0,88 / L-0,56 / A.-0,44 m Posição Reclinada: 1,50 m”. Enquanto que a Poltrona Hospitalar proposta por esse fornecedor NÃO POSSUI essas dimensões/medias aproximadas, conforme verificado em sua Proposta de Preços na página 05 do Anexo IIIB Imagens Gráficas dos Produtos e Instruções de Uso, disponível em <http://www.anvisa.gov.br/scriptsweb/Tecnovigilancia/ListalInstrucoes.asp?ID=38485&Versao=1>, a qual informa que:


“DIMENSÕES:

Comprimento: de 1600 mm a 2000 mm (variando de 10 em 10 mm);

Altura: de 450 mm a 650 mm (variando de 10 em 10 mm);

Largura: de 650 mm a 1000 mm (variando de 10 em 10 mm);”

Dessa forma, com base em todos os argumentos supracitados, esta empresa deve ser DESCCLASSIFICADA.

Atenciosamente,

Eng.º Roberto L. Dall'Aggrana
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE

MODELO: AMH-2402



ATUAL MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.
Rua 03, Qd 13, Lt 13-d, Sala 02, Parque Santa Cecília,
Ap. de Goiânia, CEP 74.919-348
TEL/FAX 062.3507.1500

DESCRIÇÃO

- Estrutura em tubo de aço carbono pintado com tinta epóxi;
- Estofado com espuma anatômica de alta resistência, densidade 28, revestida de material lavável;
- Alavanca lateral para acionamento simultâneo do encosto e peseira;
- Acionamento dos movimentos através de mola;
- Movimento de Trendelemburg (de 0° a 180°);
- Ponteiras de plástico;
- Pés niveladores;
- Capacidade de carga: 100 kg

DIMENSÕES:

Comprimento: de 1600 mm a 2000 mm (variando de 10 em 10 mm);
Altura: de 450 mm a 650 mm (variando de 10 em 10 mm);
Largura: de 650 mm a 1000 mm (variando de 10 em 10 mm);

DIMENSÕES DO ASSENTO:

Profundidade: 550 mm
Altura: 550 mm
Largura: 500 mm

OPCIONAIS

- Estrutura em tubo oblongo de aço inox ou aço carbono pintado com tinta epóxi;
- Estrutura em tubo redondo de aço inoxidável;
- Estrutura em tubo retangular (quadrado) de aço inoxidável;
- Estrutura em tubo retangular (quadrado) de aço carbono pintado com tinta epóxi;
- Estofado com espuma lisa (reta) de alta resistência revestida de material lavável;
- Densidade da espuma: 23 a 45;
- Acionamento dos movimentos através de mola a gás ou pistão a gás;
- Acionamento dos movimentos do encosto e peseira independentes;
- Acionamento do movimento da peseira através de cremalheira
- Rodízios de 2", 3", 4", ou 5" (polegadas) com ou sem freios;
- Capacidade de carga:
 - Para obeso de 101 kg até 180 kg;
 - Para obesidade mórbida: 181 kg até 300 kg;



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Hospital do Idoso Zilda Arns

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5909
www.feaes.curitiba.pr.gov.br

450
6

Curitiba, 03 de abril de 2020

De : Engenharia/Feas


Para: CPL/Feas

Ref.: Análise dos documentos apresentados com características técnicas do equipamento proposto, Pregão Eletrônico nº 021/2020.

Após análise das características técnicas apresentadas e conforme documentação complementar integrante à proposta apresentada e considerando o descritivo do objeto constante no edital

Item 03: 219789/ Régua De Gases: Régua ou Painel Elétrico e Gases é um sistema que deverá permitir agregar próximo ao leito do paciente; os gases, tomadas e outros aparelhos necessários para a realização dos procedimentos vitais para o devido tratamento do internado. Deve possuir, conjuntos de duas tomadas 220V (2F+T), quatro tomadas 110V (F+N+T), luminárias direta e indireta, interruptores, ponto de dados, luzes de sinalização acionamento do sistema de chamada enfermagem, pontos duplos de gases (ar comprimido, oxigênio e vácuo). Construída em alumínio nas ligas 6063 – T5 e 1200H – 14. Material 100% reciclável. - Pintura eletrostática na cor branca. - Sistema de acesso removível ou basculante para acesso à manutenção. - Componentes elétricos ou eletrônicos com Licitações R. Lothário Boutin, 90 Pinheirinho – Curitiba/PR CEP 81.110-522 (41) 3316-5967 jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br 37 Pregão Eletrônico nº 021/2020-Feas isoladores que minimizam o problema de condutividade elétrica. Estar em conformidade com as normas: a. ABNT/NBR 14136 b. Padrão de tomadas; c. ABNT/NBR 12188 d. Separação física entre rede de gases e elétrica; e. ABNT/NBR 13164 f. Tubos flexíveis para condução de gases medicinais sob baixa pressão; g. ABNT/NBR 11906 h. Conexões e rosca. Gaslab, ou equivalente técnico. Quantidade: 26 unidades

Consideramos a proposta inabilitada em virtude da ausência do segundo ponto de vácuo.


Engº Armando José Ritzdorf de Mello

Engenharia

Hospital do Idoso Zilda Arns

Fundação Estadual de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba - FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estadual de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 056/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 06 de maio de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou a documentação:

- Mais Ética Comercial EIRELI

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 01: 218498/ Cama Hospitalar Mecânica

- A empresa Mais Ética Comercial EIRELI apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, da Cama Hospitalar Mecânica, marca Atual Móveis modelo AMH1710, com registro na ANVISA N° 80871920001, a fim de se realizar uma análise mais aprofundada para COMPROVAÇÃO de que esse equipamento apresentado por essa empresa ATENDE tecnicamente o descritivo do item 01 do Pregão Eletrônico N° 021/2020 – FEAS conforme características discriminadas no Manual do Equipamento apresentado solicitamos à empresa Mais Ética Comercial EIRELI a AMOSTRA da Cama Hospitalar Mecânica, marca Atual Móveis, modelo AMH1710, conforme previsto no item 10 do Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas. Solicitamos ainda a essa empresa a apresentação do teste “Salt Spray” de no mínimo 300 horas a fim de comprovar que a cama é resistente a corrosão, conforme exigência do descritivo do edital Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas o qual solicita que a cama: “Deve ser resistente à corrosão pela ação de materiais como “Salt Spray”, álcool, óleo, solventes, lubrificantes, graxas, meios ácidos, alcalinos e outros agentes químicos”.

Atenciosamente,

Eng.º Roberto L. Dallagranha
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estadual de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 057/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 07 de maio de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou a documentação:

- Portal Distribuidora Hospitalar Ltda Me.

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 02: 219787 / Maca Hospitalar Mecânica


- A empresa Portal Distribuidora Hospitalar Ltda Me. apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a Maca Hospitalar Mecânica, marca UTI Médica, modelo UTI-5353, com registro na ANVISA N° 80653989001, NÃO ATENDE tecnicamente o descritivo do item 02 do Pregão Eletrônico N° 021/2020 – FEAS. Pois, o edital solicita “(...)Deve possuir carga máxima segura de trabalho de pelo menos 204 Kg. Deve possuir as seguintes dimensões aproximadas ($\pm 2\%$): Leito: Altura Mínima: 0,64m (podendo variar pelo padrão da roda), Altura Máxima: 0,89m (podendo variar pelo padrão da roda). Deve possuir 01 Suporte de cilindro/torpedo de oxigênio. Deve possuir Ganchos e/ou Trilhos para Bolsas Coletoras de Urina/Drenagem”. Enquanto que a Maca Hospitalar Mecânica proposta por esse fornecedor NÃO POSSUI carga máxima segura de trabalho de pelo menos 204 Kg; não possui altura mínima de: 0,64m; não possui 01 Suporte de cilindro/torpedo de oxigênio, não possui Ganchos e/ou Trilhos para Bolsas Coletoras de Urina/Drenagem, conforme verificado em sua Proposta de Preços na página 06 do Formulário de Petição para Cadastramento – Materiais de uso em saúde – RDC n° 24/09, disponível em <http://www.anvisa.gov.br/scriptsweb/Tecnovigilancia/ResultadoGGTPS.asp>, a qual informa que:

“Capacidade máxima: 180 kg”

“Dimensões do leito: 1,80 x 0,55 x 0,80m (C x L x A)”

“Acessórios: Rodízios e suporte de soro”

Dessa forma, reiterando que a classificação ocorre por meio do manual publicado na Anvisa, conforme exigência do descritivo do item 02 Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas, e com base em todos os argumentos supracitados, esta empresa deve ser DECLASSIFICADA.

Atenciosamente,

Eng.º Roberto L. Dallagrana
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estadual de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 058/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 07 de maio de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentação:


- Hospi Bio Ind. E Com. De Móveis Hospitalares LTDA - EPP

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 04: 219788/ Poltrona Hospitalar

- A empresa Hospi Bio Ind. E Com. De Móveis Hospitalares LTDA – EPP apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, da Poltrona Hospitalar, marca Levita, modelo LV 91, com registro na ANVISA N° 80970290002, a fim de se realizar uma análise mais aprofundada para COMPROVAÇÃO de que esse equipamento apresentado por essa empresa ATENDE tecnicamente o descritivo do item 04 do Pregão Eletrônico N° 021/2020 – FEAS conforme características discriminadas Tabela Comparativa - Especificações Técnicas das Cadeiras para Coleta e Poltronas, disponível em [http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL\[40916-2-18419\].PDF](http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[40916-2-18419].PDF), solicitamos à empresa Hospi Bio Ind. E Com. De Móveis Hospitalares LTDA – EPP a AMOSTRA da Poltrona Hospitalar, marca Levita, modelo LV 91, conforme previsto no item 10 do Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas.

Atenciosamente,


Eng.º Roberto L. Dall'Aggrana
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estatal de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 062/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 21 de maio de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou a documentação:

- Fraga Produtos Médicos Hospitalares LTDA

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 01: 218498/ Cama Hospitalar Mecânica

- A empresa Fraga Produtos Médicos Hospitalares LTDA apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a Cama Hospitalar Mecânica, marca Medi Saúde, modelo MS – 10.109, com registro na ANVISA N° 80881050001, NÃO ATENDE tecnicamente o descritivo do item 01 do Pregão Eletrônico N° 021/2020 – FEAS. Pois, o edital solicita “(...)Deve executar pelo menos os seguintes movimentos: Fowler (dorso e pernas), Elevação de Altura e Trendelenburg; Deve possuir carga máxima segura de trabalho de pelo menos 204 Kg; Altura Mínima: 0,544m; Deve possuir Leito estruturado em tubos de aço revestidos com bandejas perfuradas e removíveis; Deve possuir rodas de 4” Zincada com freio individual em 02 rodas na diagonal”. Enquanto que a Cama Hospitalar Mecânica proposta por esse fornecedor NÃO POSSUI movimento de elevação de altura e trendelenburg; NÃO POSSUI capacidade de carga máxima segura de trabalho de pelo menos 204 Kg; NÃO POSSUI altura mínima: 0,544m; NÃO POSSUI rodas de 4” Zincada com freio individual em 02 rodas na diagonal; NÃO POSSUI Leito estruturado em tubos de aço revestidos com bandejas perfuradas e removíveis; conforme verificado em consulta ao site do fabricante Medi Saúde Hospitalar, disponível em <http://www.medisaude.ind.br/produtos/cama-fowler-3-manivelas-ms-10-109-ref-1-1-4-2-1/>, a qual informa que:
“POSICÕES: Fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, proclive, trendelenburg ou elevação do leito.”
“CAPACIDADE DE CARGA: 180kg”
“MEDIDAS INTERNAS: 2,00x0,90x0,65m”
“RODÍZIOS: giratórios de 3” polegadas com garfo zincado, sendo duas com freios dispostas diagonalmente”
“LEITO: articulado em quatro seções, construído em chapa de aço carbono 1,5mm perfurado e pintado” (Ou seja, sem Bandejas perfuradas e removíveis)

1
RBF



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



2/11

Engenharia Clínica
Fundação Estatal de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Dessa forma, com base em todos os argumentos supracitados, esta empresa deve ser DESCCLASSIFICADA.

Atenciosamente,

Roberto L. Dall'Aggranna
Eng.º Roberto L. Dall'agranza
CREA-PR: 75520/D
Eng.º Clínica FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estadual de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

aly

Memorando n.º 061/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 21 de maio de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES

A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou a documentação:

- RC Móveis LTDA

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 02: 219787 / Maca Hospitalar Mecânica

A empresa RC Móveis LTDA apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a Maca Hospitalar Mecânica, marca RC Móveis, modelo RC 303, com registro na ANVISA N° 80316080017, ATENDE tecnicamente o descritivo do item 02 do Pregão Eletrônico N° 021/2020 – FEAS. Desta forma, a empresa foi classificada.

Atenciosamente,

Roberto L. Dall'Aggrana

Eng.º Roberto L. Dall'aggrana
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



ARS
Engenharia Clínica
Fundação Estatal de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 063/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 07 de maio de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES,
Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I "documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)", informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentação:

- Andréia Lorenzi ME

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 04: 219788/ Poltrona Hospitalar

- A empresa Andréia Lorenzi ME apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado ENTRETANTO, após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, da Poltrona Hospitalar, marca ALFRS, modelo ALF PHDM, com registro na ANVISA N.º 815.3180004, a fim de se realizar uma análise mais aprofundada para COMPROVAÇÃO de que esse equipamento apresentado por essa empresa ATENDE tecnicamente o descritivo do item 04 do Pregão Eletrônico N.º 021/2020 – FEAS conforme características discriminadas na Tabela Comparativa de Modelos do Manual de Instruções Operacionais Cadeiras para coleta de Sangue e Poltronas apresentado, solicitamos à empresa Andréia Lorenzi ME a AMOSTRA da Poltrona Hospitalar, marca ALFRS, modelo ALF PHDM, conforme previsto no Item 10 do Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas.

Atenciosamente,

Roberto L. Dall'Aggrina
Eng.º Roberto L. Dall'Aggrina
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estadual de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Handwritten signature in blue ink

Memorando n.º 064/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 27 de maio de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa Priom Tecnologia em Equipamentos EIRELI – ME listada abaixo, não apresentou a documentação abaixo listada exigida no capítulo 9.5.1 para o Item 04: 219788/ Poltrona Hospitalar do Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas:

- a. Proposta
- b. Relação das empresas que prestarão assistência técnica
- c. Prospectos, catálogos e/ou folders (em português)
- d. Cópia do certificado de registro do produto no ministério da saúde;
- f. Cópia do Manual do Produto, publicado na Anvisa, conforme RDC 185, armazenamento e distribuição

Dessa forma, com base em todos os argumentos supracitados, esta empresa deve ser DESCLASSIFICADA.

Atenciosamente,

Handwritten signature of Roberto L. Dallagrana

Eng.º Roberto L. Dallagrana
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estadual de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Handwritten signature

Memorando n.º 066/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 02 de junho de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentação:

- Vallitech Indústria e Comércio de Artefatos Metálicos LTDA

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 04: 219788/ Poltrona Hospitalar

- A empresa Vallitech Indústria e Comércio de Artefatos Metálicos LTDA apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, da Poltrona Hospitalar, marca Vallitech, modelo VLT-570, a fim de se realizar uma análise mais aprofundada para COMPROVAÇÃO de que esse equipamento apresentado por essa empresa ATENDE tecnicamente o descritivo do item 04 do Pregão Eletrônico N° 021/2020 – FEAS conforme características discriminadas no Manual do Usuário Poltrona pra Acompanhantes Modelos VLT-570 apresentado, solicitamos à empresa Vallitech Indústria e Comércio de Artefatos Metálicos LTDA a AMOSTRA da Poltrona Hospitalar, marca Vallitech, modelo VLT-570, conforme previsto no item 10 do Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas.

Atenciosamente,

Handwritten signature of Roberto L. Dallagrana

Eng.º Roberto L. Dallagrana
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estadual de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Handwritten signature

Memorando n.º 067/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 02 de junho de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou a documentação:

- Hospi Bio Ind. e Com. de Móveis Hospitalares LTDA - EPP

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 01: 218498/ Cama Hospitalar Mecânica

- A empresa Hospi Bio Ind. E Com. de Móveis Hospitalares LTDA – EPP apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, após a análise da amostra dos documentos apresentados por essa empresa, a Cama Hospitalar Mecânica, marca Levita, modelo LV 100 PP, com registro na ANVISA N° 80970299001, **NÃO ATENDE** tecnicamente o descritivo do item 01 do Pregão Eletrônico N° 021/2020 – FEAS. Pois, o edital solicita:

“Deve executar pelo menos os seguintes movimentos: Fowler (dorso e pernas), Elevação de Altura e Trendelenburg, através de 03 Manivelas Inox com cabo giratório tipo baguelite e sistema de lubrificação sem a necessidade de desmontar equipamento”;

“Deve possuir cabeceira e peseira removíveis com sistema de encaixe permitindo a rápida fixação”;

“Deve possuir Leito estruturado em tubos de aço revestidos com bandejas perfuradas e removíveis”;

“Deve possuir Sistema de afastamento do dorso que melhora a ergonomia para o paciente gerando um alívio de pressão na região pélvica e sacral”;

“Deve possuir 02 pontos para encaixe do suporte para soro”;

“Deve possuir as seguintes Dimensões aproximadas (±2%): Leito: C= 1,95m x L= 0,83m; Altura Mínima: 0,544m (podendo variar pelo padrão da roda)”;

“Deve possuir carga máxima segura de trabalho de pelo menos 204 Kg”.

Handwritten initials



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estadual de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

1161
6

Enquanto que após a análise da amostra constatou-se que:

A cama não realiza o movimento Trendelenburg;

A cabeceira e peseira da cama é muito frágil e instável, seu sistema de encaixe não fixa de forma segura;

A cama não possui bandejas perfuradas e removíveis;

A cama não possui Sistema de afastamento do dorso que melhora a ergonomia para o paciente gerando um alívio de pressão na região pélvica e sacral;

Os pontos para encaixe do suporte de soro são muito frágeis e instáveis, seu sistema de encaixe não prende de forma segura o suporte de soro;

O leito da cama possui comprimento de 1,845m e largura de 0,885m, não correspondendo às dimensões solicitadas no descritivo do edital;

A cama possui altura mínima de 0,655m sem colchão, não correspondendo a altura mínima de 0,544m solicitada no descritivo do edital;

A cama não possui etiqueta de identificação da carga máxima segura de trabalho;

A cama não possui etiqueta de identificação dos movimentos realizados pelas manivelas.

Dessa forma, com base em todos os argumentos supracitados, esta empresa deve ser DESCCLASSIFICADA.

Atenciosamente,

Eng.º Roberto L. Dallagranna
CREA-PR: 75520/D
Eng.º Clínica FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estatal de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

1268
✓

Memorando n.º 068/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 04 de junho de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou a documentação:

- Cirúrgica Birigui Comércio e Representações LTDA EPP

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 01: 218498/ Cama Hospitalar Mecânica

A empresa Cirúrgica Birigui Comércio e Representações LTDA – EPP apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a Cama Hospitalar Mecânica, marca D'Aquino, modelo MD-042-B, com registro na ANVISA N° 80522119008, NÃO ATENDE tecnicamente o descritivo do item 01 do Pregão Eletrônico N° 021/2020 – FEAS. Pois, o edital solicita:

“Deve executar pelo menos os seguintes movimentos: Fowler (dorso e pernas), Elevação de Altura e Trendelenburg, através de 03 Manivelas Inox com cabo giratório tipo baguelite e sistema de lubrificação sem a necessidade de desmontar equipamento”;

“Deve possuir Angulo do Dorso: 80°”;

“Deve possuir as seguintes Dimensões aproximadas (±2%): Altura Máxima: 0,75m”;

Enquanto que após a análise das informações contidas na Declaração do Fabricante Carta Catálogo, Catálogo de móveis hospitalares D'Aquino (páginas 07 e 37) e Manual de Instruções de Uso MD 042-B – Cama Fawler 3 manivelas com Carenagem e Elevação de Leito (páginas 03, 04 e 05) constatou-se que:

A cama não realiza o movimento Trendelenburg;

A cama possui Angulo do Dorso de 0 – 70°, não correspondendo ao Angulo do Dorso: 80° solicitado no descritivo do edital;

1
REB



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estatal de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Handwritten signature

A cama possui altura máxima de 700mm, não correspondendo a altura máxima de 0,75m solicitada no descritivo do edital;

Dessa forma, com base em todos os argumentos supracitados, esta empresa deve ser DESCCLASSIFICADA.

Atenciosamente,

Roberto L. Dallagranza
Eng.º Roberto L. Dallagranza
CREA-PR: 75520/D
Eng.º Clínica FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Hospital do Idoso Zilda Arns

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5909
www.feaes.curitiba.pr.gov.br

13/10

Curitiba, 04 de junho de 2020


De : Engenharia/Feas

Para: CPL/Feas

Ref.: Análise dos documentos apresentados com características técnicas do equipamento proposto, Pregão Eletrônico nº 115/2020.

Após análise das características técnicas apresentadas e conforme documentação complementar integrante à proposta apresentada e considerando o descritivo do objeto constante no edital

Consideramos a proposta habilitada


Engº Armando José Ritzdorf de Mello

Engenharia

Hospital do Idoso Zilda Arns

Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba - FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estadual de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

1358

Memorando n.º 071/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 09 de junho de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou a documentação:

- Meta Móveis de Metais Indústria e Comércio LTDA

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 01: 218498/ Cama Hospitalar Mecânica

- A empresa Meta Móveis de Metais Indústria e Comércio LTDA apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, da Cama Hospitalar Mecânica, marca Nicovida, modelo 1141, com registro na ANVISA N° 80441870003, a fim de se realizar uma análise mais aprofundada para COMPROVAÇÃO de que esse equipamento apresentado por essa empresa ATENDE tecnicamente o descritivo do item 01 do Pregão Eletrônico N° 021/2020 – FEAS conforme características discriminadas nas páginas de 10 a 12 do Formulário de Petição para Cadastro de Equipamento ANVISA, disponível em [http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL\[40108-2-17811\].PDF](http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[40108-2-17811].PDF), solicitamos à empresa Meta Móveis de Metais Indústria e Comércio LTDA a AMOSTRA da Cama Hospitalar Mecânica, marca Nicovida, modelo 1141, conforme previsto no item 10 do Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas.

Atenciosamente,

Roberto Sibante Dallagranna

Eng.º Roberto L. Dallagranna
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estadual de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 072/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 18 de junho de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou a documentação:

- R.C. Móveis LTDA

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 01: 218498/ Cama Hospitalar Mecânica

- A empresa R.C. Móveis LTDA apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. ENTRETANTO, após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, da Cama Hospitalar Mecânica, marca RC Móveis, modelo RC 102, com registro na ANVISA N° 80316080014, a fim de se realizar uma análise mais aprofundada para COMPROVAÇÃO de que esse equipamento apresentado por essa empresa ATENDE tecnicamente o descritivo do item 01 do Pregão Eletrônico N° 021/2020 – FEAS conforme características discriminadas na Tabela Comparativa – Especificações Técnicas, disponível em [http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL\[43408-4-12414\].PDF](http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[43408-4-12414].PDF), solicitamos à empresa R.C. Móveis LTDA a AMOSTRA da Cama Hospitalar Mecânica, marca RC Móveis, modelo RC 102, conforme previsto no item 10 do Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas.

Atenciosamente,

Eng.º Roberto L. Dallagranna
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Engenharia Clínica
Fundação Estatal de Atenção à Saúde de
Curitiba – Feas
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho
Curitiba / PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5928
www.feaes.curitiba.pr.gov.br
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

M35
X

Memorando n.º 075/2020 – Eng.ª Clínica/FEAS

Curitiba, 23 de junho de 2020.

De: Eng.ª Clínica/FEAES.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAES
A/C Sra. Janaina Barreto Fonseca;

Referente: Pregão Eletrônico nº 021/2020 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**documentos exigidos para a classificação da (s) proposta (s)**”, informo:

A empresa listada abaixo, apresentou envelope com documentação:

- R.C. Móveis LTDA

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

Item 01: 218498/ Cama Hospitalar Mecânica

- A empresa R.C. Móveis LTDA apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Após a análise da amostra, enviada por essa empresa nessa manhã, a Cama Hospitalar Mecânica, marca RC Móveis, modelo RC 102, ATENDE tecnicamente o descritivo do item 01 do Pregão Eletrônico N° 021/2020 – FEAS. Desta forma, a empresa foi CLASSIFICADA.

Atenciosamente,

Roberto Liberto Dallagranza

Eng.º Roberto L. Dallagranza
CREA-PR: 75520/D
Eng.ª Clínica FEAES