



ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2020– Feas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020- Feas.

CRITÉRIO: Menor valor por Item

OBJETO: Seleção de propostas para aquisição, através do sistema de registro de preços, de testes de CME, para suprir as necessidades da Feas pelo período de 12 (doze) meses.

Aos **doze do mês de junho do ano de dois mil e vinte**, a Pregoeira devidamente designada efetuou julgamento do Pregão em epígrafe. Após detida análise das propostas, dos lances e habilitação das empresas, considerando os fatores de julgamento previstos no Edital de Embasamento e em conformidade com as análises técnicas emitidas pelo setor de compras da Feas, a Pregoeira resolveu:

1) Classificar para a empresa **DEVANTCARE COMERCIAL EPP LTDA** o (s) seguinte (s) item (ns): item (ns):

Item 01: 213450/ Teste para lavadora ultrassônica, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 720 unidades.

Valor unitário: R\$ 28,00

Valor total: R\$ 20.160,00

Marca: Steristar

Item 02: 213449 / Teste para lavadoras termo- desinfectoras – simulador de sujidade, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 720 unidades.

Valor unitário: R\$ 26,00

Valor total: R\$ 18.720,00

Marca: Steristar

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima a Pregoeira analisou os documentos relativos à habilitação, considerando os fatores de habilitação previstos no Edital de Embasamento, a Pregoeira resolveu:

1) JULGAR HABILITADA a empresa **DEVANTCARE COMERCIAL EPP LTDA.**



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br

Em tempo, informo que não houve itens desertos e/ ou fracassados no certame em tela.

Total geral do pregão eletrônico n°: 031/2020- Feas é de R\$ 38.880,00 (trinta e oito mil oitocentos e oitenta reais).

Nada mais tendo a constar, a presente ata foi assinada pela Pregoeira e equipe de Apoio.

Janaina Barreto Fonseca
Pregoeira

Juliano Eugenio de Silva
Equipe de Apoio

Mirelle Pereira Fonseca
Equipe de Apoio



Licitações
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
41 3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

Curitiba, 25 de maio de 2020.

Memorando n.º 116/2020 - Compras/Feas

De: Coordenadora de Compras Feas

Para: Comissão Permanente de Licitação Feas - A/C Janaina Barreto Fonseca

Referente: Pregão Eletrônico nº 031/2020 - Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)**”, informo:

A empresa listada abaixo apresentou os documentos exigidos nos itens 1 e 2 do Anexo I do Edital de Embasamento:

✓ **DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP.**

Em relação ao item cotado, informo:

Item 01: Código 213450 / Teste para Lavadora Ultrassônica:

- A empresa **DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada. SOLICITAR AMOSTRA – 3 UNIDADES**

Item 02: Código 213449 / Teste para Lavadoras Termo - Desinfectoras - Simulador de Sujidade:

- A empresa **DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**

Fabiana Martins

Coordenadora de Compras Feas



Licitações
 Rua Lothário Boutin, 90
 Pinheirinho – Curitiba/PR
 81.110-522
 41 3316-5967
 jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br



Licitações
 Rua Lothário Boutin, 90
 Pinheirinho – Curitiba/PR
 81.110-522
 41 3316-5967
 licitacoes@feaes.curitiba.pr.gov.br

Handwritten signature

FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA

Item 01: 213450/ Teste para lavadora ultrassônica: Teste para detecção de cavitação em lavadoras ultrassônicas, indicando que a energia e o tempo foram suficientes para limpeza de instrumentais cirúrgicos. Ampola translúcida com reagente e esferas de vidro, que deve apresentar mudança de coloração após ciclo completo e efetivo, indicando teste positivo.

MARCA/ MODELO: Steristar

ANÁLISE

O material atende ao descritivo? (x) sim () não

JUSTIFICATIVA: O REAGENTE APRESENTOU MUDANÇA DE
COLORAÇÃO APÓS CICLO COMPLETO, PORÉM NÃO
CONFORME AO PROCEDIMENTO OPERACIONAL ADOTADO
UTILIZADO NO HOSPITAL. ESSE RESULTADO NECESSI-
TA SER REVISADO.

Curitiba, 03 de JUNHO de 2020.

Cisele C. de C. Cruz
 Enfermeira
 COREN/PR 332.419

Nome/carimbo e assinatura
 do responsável pela avaliação

Junio Cesar da Silva
 JUNIO CESAR DA SILVA
 COREN/PR 295.042 1511

Nome/carimbo e assinatura
 do responsável pela avaliação