



Compras  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 350 – Compras

20 de outubro de 2020.

De: Coordenadora de Compras Feas

Para: Comissão Permanente de Licitação Feas - A/C Mirelle Pereira Fonseca

Referente: Pregão Eletrônico nº 081/2020 - Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)”, informo:

As empresas listadas abaixo anexaram na plataforma Publinexo os documentos exigidos nos itens 5.1 e 5.2 do Anexo I do Edital de Embasamento:

- ✓ ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA;
- ✓ BHIO SUPPLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA;
- ✓ BORINI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA;
- ✓ CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA;
- ✓ MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA;
- ✓ MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;
- ✓ SOMA / PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;
- ✓ TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI – EPP;
- ✓ V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI – EPP.

Em relação aos itens cotados, informo:

**Item 01: 213265 / Adaptador para Sonda URO-STOP:**

- A empresa CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.



**Item 02: 212160 / Agulha Descartável, 40x12, Estéril (Sem Dispositivo):**

- A empresa **MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.2 (Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde) do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI – EPP** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 03: 1173 / Cânula para Intubação Endotraqueal nº 3,0 - Sem Balonete:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 04: 53455 / Cânula para Intubação Endotraqueal nº 3,5 - Sem Balonete:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 05: 215038 / Cânula para Traqueostomia Nº 3,0 sem Balão:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.



**Item 06: 217775 / Cânula para Traqueostomia nº3,5 Com Balão Descartável:**

- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 07: 212940 / Cateter Intravenoso 14G Sem Dispositivo de Segurança:**

- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 08: 212941 / Cateter Intravenoso 16G Sem Dispositivo de Segurança:**

- A empresa **MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.2 (Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde) do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI – EPP** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 09: 213678 / Clip para Videolaparoscopia em Titânio - Grande (Carga c/ 6un.):**

- A empresa **BHIO SUPPLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado, porém, solicito a **desclassificação** da empresa para o item devido ao problema relatado no Memorando 029/2020 CC/CME HMIZA.
- A empresa **TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI – EPP** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no



Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 10: 81665 / Clip para Videolaparoscopia em Titânio – Médio (Carga c/ 6un.):**

- A empresa **BHIO SUPPLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado, porém, solicito a **desclassificação** da empresa para o item devido ao problema relatado no Memorando 029/2020 CC/CME HMIZA.
- A empresa **TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI – EPP** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 11: 212147 / Dispositivo tipo Luer Lock Valvulado, Sistema Fechado:**

- A empresa **SOMA / PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**. **SOLICITAR AMOSTRA – 5 UNIDADES**

**Item 12: 213765 / Equip de Irrigação Vesical, 2 vias, Estéril, não teve proposta no pregão, motivo o qual restou deserto.**

**Item 13: 212155 / Equip Macrogotas Fotossensível Estéril com Câmara Microgotas:**

- A empresa **V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI – EPP** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.



**Item 14: 215218 / Fita para Identificação de Instrumentais Cirúrgicos:**

- A empresa **BORINI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 15: 219704 / Fixador de sonda nasoenteral:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**. **SOLICITAR AMOSTRA – 5 UNIDADES**

**Item 16: 51793 / Luva Cirúrgica Nº 6.0:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 17: 148158 / Luva Cirúrgica Nº 6.5:**

- A empresa **SOMA / PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 18: 212109 / Malha Tubular 15cm x 15m:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.



**Item 19: 214923 / Máscara Facial de Anestesia e Ventilação Mecânica nº1:**

- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 20: 214924 / Máscara Facial de Anestesia e Ventilação Mecânica nº2:**

- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 21: 212879 / Máscara Facial de Anestesia e Ventilação Mecânica nº5:**

- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**. **SOLICITAR AMOSTRA – 3 UNIDADES**

  
**Fabiana Martins**

**Coordenadora de Compras Feas**



Centro Cirúrgico  
e Centro de Material e Esterilização

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5948  
www.feaes.curitiba.pr.gov.br


Memorando nº 029/2020– CC/CME HMIZA


20 de Outubro de 2020.

Assunto: Evento envolvendo o equipamento Clip para Videolaparoscopia em Titânio BhioSupply:

Comunico que o evento crítico envolvendo o equipamento Clip para Videolaparoscopia em Titânio BhioSupply ocorreu na data de 01/10/2020, com o paciente *N. P.* idade 65 anos, em que **os cliques se soltaram dentro da cavidade abdominal em pouco tempo após terem sido utilizados durante a técnica cirúrgica**, no procedimento cirúrgico Colecistectomia por vídeo. Nesse caso prolongou-se o tempo cirúrgico, pois estes cliques que se soltaram tiveram que serem retirados da cavidade, e, conseqüentemente houve aumento do uso de anestésicos e os médicos cirurgiões necessitaram proceder com outra técnica, diferente do que foi planejado previamente para esse paciente.

Atenciosamente,

  
JUNIO CÉSAR DA SILVA  
COREN-PR 295.042 EMF  
Junio César da Silva  
Coord. de Enfermagem CC /CME do HMIZA

  
Dr. Luís-Gustavo G. Cortiano  
CRM-PR 23.954  
COMISSÃO DO APARELHO DIGESTIVO  
Luís Gustavo Guedes Cortiano  
Coordenador Médico CC do HMIZA

A/C

Fabiana Martins  
Coordenadora de Compras



Feas

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5927  
[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)

Ofício nº 204/2020 – CPL/Feas

Curitiba, 22 de outubro de 2020

Prezado Licitante:

Em relação Pregão eletrônico nº 81/2020, cujo objeto se resume no “Registro de preços para futuro fornecimento de material de consumo médico hospitalar”, solicitamos:

**Amostra do item:**

- **Item 11: 212147 / Dispositivo Tipo Luer Lock Valvulado. Sistema Fechado**
- **Quantidade: 05 (cinco) unidades.**


Esta solicitação está em conformidade com a cláusula 10 do edital de embasamento.

Encaminhe as amostras solicitadas devidamente identificadas, até as **17h00min (dezessete horas) do dia 26/10/2020 (segunda-feira)**. As amostras apresentadas deverão ser da respectiva marca e modelo cotados no pregão eletrônico citado.

As amostras deverão ser encaminhadas para a Fundação Estadual de Atenção à Saúde – Feas, sito à Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 161 – 3º andar, sala 305, bairro Capão Raso, Curitiba PR. CEP: 81312-170, aos cuidados de Mirelle Pereira Fonseca (Pregoeira), setor de Licitações; telefones para contato (41) 3316-5927, 3316-5967.

A não apresentação das amostras no prazo estabelecido acima, ou a apresentação em desconformidade com o solicitado, acarretará na desclassificação dos itens.

Atenciosamente,

  
Mirelle Pereira Fonseca  
Pregoeira

Ao Senhor  
**Pedro Antonio Lapinski**  
SOMA/PR Comércio De Produtos Hospitalares Ltda  
CURITIBA PR

**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA – PE 81/2020**

**ITEM 11: CÓDIGO 212147 / DISPOSITIVO TIPO LUER LOCK, SISTEMA FECHADO**

Dispositivo tipo luer lock, sistema fechado. Dispositivo em material plástico resistente com corpo transparente.

Apresentação: embalagem deverá ser individual, estéril, permitindo a abertura com técnica asséptica, sem uso de instrumental. Deve conter os seguintes dados: marca comercial, lote, data de fabricação, validade da esterilização e n.º do registro do produto no Ministério da Saúde.

**MARCA: BD**

**ANÁLISE:**

O material atende ao descritivo? ( ☒ ) sim ( ☐ ) não

JUSTIFICATIVA: Aprovado

---


---

---

---

---

Curitiba, 20 de Outubro de 2020.

  
Rosane Kraus  
Enfermeira  
COREN/PR 298.113

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação



Feas

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5927  
[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)

Ofício nº 205/2020 – CPL/Feas

Curitiba, 22 de outubro de 2020

Prezado Licitante:

Em relação Pregão eletrônico nº 81/2020, cujo objeto se resume no “Registro de preços para futuro fornecimento de material de consumo médico hospitalar”, solicitamos:

**Amostra do item:**

- **Item 15: 219704 / Fixador de sonda nasoenteral**
- **Quantidade: 05 (cinco) unidades.**


Esta solicitação está em conformidade com a cláusula 10 do edital de embasamento.

Encaminhe as amostras solicitadas devidamente identificadas, até as **17h00min (dezessete horas) do dia 26/10/2020 (segunda-feira)**. As amostras apresentadas deverão ser da respectiva marca e modelo cotados no pregão eletrônico citado.

As amostras deverão ser encaminhadas para a Fundação Estatal de Atenção à Saúde – Feas, sito à Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 161 – 3º andar, sala 305, bairro Capão Raso, Curitiba PR. CEP: 81312-170, aos cuidados de Mirelle Pereira Fonseca (Pregoeira), setor de Licitações; telefones para contato (41) 3316-5927, 3316-5967.

A não apresentação das amostras no prazo estabelecido acima, ou a apresentação em desconformidade com o solicitado, acarretará na desclassificação dos itens.

Atenciosamente,

  
Mirelle Pereira Fonseca  
Pregoeira

Ao Senhor  
**Patrick Lutiani Fomes**  
Medefe Produtos Medicos Hospitalares Ltda  
Curitiba PR

**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA – PE 81/2020**

**ITEM 15: CÓDIGO 219704 / FIXADOR DE Sonda NASOENTERAL**

Fixador de tubo e sondas nasais, estéril e descartável composto o dorso de poliuretano laminado sobre não tecido de poliéster, adesivo acrílico e liner de papel siliconado, com as dimensões aproximadas de 6,5 x 4, com parte triangular ajustável ao formato nasal, dispositivo de fixação adesiva para fixação no tubo ou sonda e região nasal com extremidades arredondadas, possui duas tiras adesivas de estabilização medindo 5,5 x 1,2 cm cada uma delas e 01 tira de demarcação sendo também adesiva.

Apresentação: embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico.

**MARCA: HELPFIX / AMP**

**ANÁLISE:**

O material atende ao descritivo? ( ) sim ( ☒ ) não

JUSTIFICATIVA: Amostra apresentada é NÃO  
estéril.

Curitiba, 29 de outubro de 2020.

Fabiana Martins

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

**Fabiana Martins**  
Coord. de Compras Feas  
Matrícula nº 1427

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

## HELPMIX (Fixador para Sonda Nasal)

**CÓDIGO: 4002**

### Dados do Produto

- ✓ Registro: 1.015891.0008
  - ✓ Finalidade: Fixador adesivo para fixação de sonda nasal.
  - ✓ Apresentação: pacote com 10 unidades embaladas individualmente.
  - ✓ Tamanho: Adulto - G.
  - ✓ Segurança: Produto Hipoalergênico e Dermatologicamente testado.
  - ✓ Composição: Não tecido de viscose e poliéster com adesivo termoplástico e papel siliconado.
  - ✓ Validade: 18 meses após a data de fabricação.
  - ✓ Armazenamento, Conservação: Armazenar e conservar em local seco e fresco ao abrigo da luz direta e umidade.
  - ✓ Instruções de Uso:
    - Limpe o local com água e sabão para retirar a oleosidade da pele antes da aplicação do Helpfix.
    - Retire o papel protetor e coloque o Helpfix sobre o nariz do paciente.
    - Posicione o prolongamento reto sobre a sonda nasal.
  - ✓ Precauções
    - Não deixar o Helpfix na pele do paciente por um período superior a 24 horas.
- O fabricante recomenda o uso único.
- ✓ Código de barras: 7 897018 530086
  - ✓ Classificação Fiscal: 3005.10.90
  - ✓ Dimensão da Embalagem:
    - Comprimento: 13,0 cm
    - Largura: 10,0 cm

**RES: A/C FABIANA/ FICHA TECNICA AMP**

**De :** Televentas3 <televentas3@ampltda.com.br>  
**Assunto :** RES: A/C FABIANA/ FICHA TECNICA AMP  
**Para :** 'Fabiana Martins' <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br>

qui, 29 de out de 2020 11:49

2 anexos

Fabiana,

Ele não é estéril.



**Priscila Lima**  
Auxiliar de Vendas  
Rua Cesário Ramalho, 615 - Cambuci  
Fone/Fax: (11) 3274 7665 / (11) 3277 8566 ramal 118  
SAC: 0800 13 6006 - www.ampltda.com.br  
✉  televentas3@ampltda.com.br

**De:** Fabiana Martins [mailto:fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br]

**Enviada em:** quinta-feira, 29 de outubro de 2020 11:48

**De:** Televentas3

**Assunto:** Re: A/C FABIANA/ FICHA TECNICA AMP

Bom dia,

Na ficha não me esclarece se é estéril.  
Pode verificar por favor?

Atenciosamente,



**Fabiana Martins**  
Coordenadora de Compras  
(41) 3316-5942 | fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br

**De:** "Televentas3" <televentas3@ampltda.com.br>

**Para:** "Fabiana Martins" <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br>

**Enviadas:** Quinta-feira, 29 de outubro de 2020 11:46:07

**Assunto:** A/C FABIANA/ FICHA TECNICA AMP

Bom dia fabiana!

Segue em anexo a ficha técnica do nosso Helpfix.



**Priscila Lima**  
Auxiliar de Vendas  
Rua Cesário Ramalho, 615 - Cambuci  
Fone/Fax: (11) 3274 7665 / (11) 3277 8566 ramal 118  
SAC: 0800 13 6006 - www.ampltda.com.br  
✉  televentas3@ampltda.com.br



Feas

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5927  
[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)

Ofício nº 206/2020 – CPL/Feas

Curitiba, 22 de outubro de 2020

Prezado Licitante:

Em relação Pregão eletrônico nº 81/2020, cujo objeto se resume no “Registro de preços para futuro fornecimento de material de consumo médico hospitalar”, solicitamos:

**Amostra do item:**

- **Item 1: 212879 / Máscara Facial de Anestesia e Ventilação Mecânica n 5**
- Quantidade: 03 (três) unidades.

Esta solicitação está em conformidade com a cláusula 10 do edital de embasamento.

Encaminhe as amostras solicitadas devidamente identificadas, até as **17h00min (dezessete horas) do dia 26/10/2020 (segunda-feira)**. As amostras apresentadas deverão ser da respectiva marca e modelo cotados no pregão eletrônico citado.

As amostras deverão ser encaminhadas para a Fundação Estatal de Atenção à Saúde – Feas, sito à Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 161 – 3º andar, sala 305, bairro Capão Raso, Curitiba PR. CEP: 81312-170, aos cuidados de Mirelle Pereira Fonseca (Pregoeira), setor de Licitações; telefones para contato (41) 3316-5927, 3316-5967.

A não apresentação das amostras no prazo estabelecido acima, ou a apresentação em desconformidade com o solicitado, acarretará na desclassificação dos itens.

Atenciosamente,

  
Mirelle Pereira Fonseca  
Pregoeira

Ao Senhor

**Luiz Antonio Fernandes**

Cirurgica Fernandes Com. De Mat.cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada  
Santana De Parnaiba - SP

**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA – PE 81/2020**

**ITEM 21: CÓDIGO 212879 / MÁSCARA FACIAL DE ANESTESIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA Nº5**

Máscara com coxim inflável de uso único. Tamanho 05 com conexão fêmea de 22mm. Apresentação: embalagem individual.


**MARCA: COMPER**

**ANÁLISE:**

O material atende ao descritivo? ( X ) sim (   ) não

JUSTIFICATIVA: ATENDE AO DESCRITIVO.

Curitiba, 28 de OUT. de 2020.



JUNIO CESAR DA SILVA  
COREN/PR 295.042 ENF

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

ALPAC 4425 11.11.11  
THE SALUTE, JONAS

Zimbra

mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br

**RES: Pregão eletrônico nº 81/2020 - Solicito informações****De :** Licitações 1 <licita1.pr@somahospitalar.com.br>

sex, 30 de out de 2020 16:09

**Assunto :** RES: Pregão eletrônico nº 81/2020 - Solicito informações

3 anexos

**Para :** 'Mirelle Pereira Fonseca'  
<mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>

Boa Tarde!

Respondendo seu questionamento o produto é " Não esteril".



LECI | Coordenadora de Licitações  
41 3028 2385  
licita1.pr@somahospitalar.com.br  
Lecisouza Soma/Pr

"Comercializar produtos para saúde e medicamentos, satisfazendo as necessidades dos nossos clientes, através do comprometimento com a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade e com o atendimento aos requisitos."

**De:** Mirelle Pereira Fonseca <mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>**Enviada em:** quinta-feira, 29 de outubro de 2020 14:49**Para:** licita1.pr@somahospitalar.com.br**Assunto:** Pregão eletrônico nº 81/2020 - Solicito informações

Prezados,

Em relação Pregão eletrônico nº 81/2020, cujo objeto se resume em "Registro de preços para futuro fornecimento de material de consumo hospitalar", solicito informações do item 15 - Fixador de sonda nasoenteral, preciso da informação se este item é estéril ou não.

Atenciosamente,



**Mirelle Pereira Fonseca**

Pregoeira

Comissão Permanente de Licitações

(41) 3316-5927 | feaes.curitiba.pr.gov.br

Zimbra

mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br


---

**Item 15 - Pregão 81/2020**

---

**De :** Fabiana Martins  
<fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br>

qui, 29 de out de 2020 14:32

 1 anexo

**Assunto :** Item 15 - Pregão 81/2020

**Para :** Mirelle Pereira Fonseca  
<mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>

Prezada,

Por gentileza solicitar para a empresa Soma/PR Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. informações do item 15 - Fixador de sonda nasoenteral do Pregão Eletrônico 81/2020. Preciso da informação se o item é estéril ou não.

Obrigada

Atenciosamente,



**Fabiana Martins**  
Coordenadora de Compras  
(41) 3316-5942 | fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br



**assinatura.png**  
30 KB



Compras  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 376 – Compras

04 de novembro de 2020.

De: Coordenadora de Compras Feas

Para: Comissão Permanente de Licitação Feas - A/C Mirelle Pereira Fonseca

Referente: Pregão Eletrônico nº 081/2020 - Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)”, informo:

As empresas listadas abaixo anexaram na plataforma Publinexo os documentos exigidos nos itens 5.1 e 5.2 do Anexo I do Edital de Embasamento:

- ✓ AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS – EIRELI;
- ✓ IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA;
- ✓ SOMA / PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Em relação ao item cotado, informo:

Item 15: 219704 / Fixador de sonda nasoenteral:

- A empresa SOMA / PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, porém, o item cotado não atende ao descritivo por ser não estéril conforme e-mail em anexo. Desta forma, a empresa foi desclassificada.
- A empresa IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, porém, o item cotado não atende ao descritivo por ser não estéril conforme ficha técnica em anexo. Desta forma, a empresa foi desclassificada.
- A empresa AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS – EIRELI anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, porém, o item cotado da marca Helpfix/AMP não atende ao descritivo por ser não estéril. Desta forma, a empresa foi desclassificada.

*Fabiana Martins*  
Fabiana Martins

Coordenadora de Compras Feas

Zimbra

fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br

**Fwd: RES: Pregão eletrônico nº 81/2020 - Solicito informações****De :** Mirelle Pereira Fonseca <mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>

ter, 03 de nov de 2020 11:13

**Assunto :** Fwd: RES: Pregão eletrônico nº 81/2020 - Solicito informações

4 anexos

**Para :** Fabiana Martins <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br>

Fabiana,

Segue resposta referente ao P.E 81/2020.

Atenciosamente,

**Mirelle Pereira Fonseca**

Pregoeira

Comissão Permanente de Licitações

(41) 3316-5927 | feaes.curitiba.pr.gov.br

"licita1 pr" &lt;licita1.pr@somahospitalar.com.br&gt;

**Para:** "Mirelle Pereira Fonseca" <mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>**Enviadas:** Sexta-feira, 30 de outubro de 2020 16:09:46**Assunto:** RES: Pregão eletrônico nº 81/2020 - Solicito informações

Boa Tarde!

Respondendo seu questionamento o produto é " Não esteril".



LECI | Coordenadora de Licitações

41 3028 2385

licita1.pr@somahospitalar.com.br

Leisouza Soma/Pr

"Comercializar produtos para saúde e medicamentos, satisfazendo as necessidades dos nossos clientes, através do comprometimento com a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade e com o atendimento aos requisitos. "

**De:** Mirelle Pereira Fonseca <mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>

**Enviada em:** quinta-feira, 29 de outubro de 2020 14:49

**Para:** licita1.pr@somahospitalar.com.br

**Assunto:** Pregão eletrônico nº 81/2020 - Solicito informações

Prezados,

Em relação Pregão eletrônico nº 81/2020, cujo objeto se resume em "Registro de preços para futuro fornecimento de material de consumo hospitalar ", solicito informações do item 15 - Fixador de sonda nasointestinal, preciso da informação se este item é estéril ou não.

Atenciosamente,




**Mirelle Pereira Fonseca**

Pregoeira

Comissão Permanente de Licitações

(41) 3316-5927 | feaes.curitiba.pr.gov.br



**Modelo de assinatura e-mail.jpg**  
14 KB

# Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

[Consultas](#) / [Produtos para Saúde](#) / [Produtos para Saúde](#)

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME		
CNPJ	08.311.856/0001-90	Autorização	8.03.587-4
Produto	MULTIFIX - FIXADOR ADESIVO PARA CANULA, Sonda e CATETER		

## Modelo Produto Médico


P; M; G; NASAL; TOT; TOTN.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Fixador Para Canula
Registro	80358740006
Processo	25351.203686/2007-14
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"><li>FABRICANTE: IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - BRASIL</li></ul>
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO



NOME COMERCIAL DO PRODUTO: **MULTIFIX NASAL**

NOME TÉCNICO DO PRODUTO: Fixador adesivo para sonda de alimentação enteral.

**DESCRIÇÃO E FUNDAMENTOS DA TECNOLOGIA DO PRODUTO:** É um adesivo de uso médico hospitalar, especialmente desenvolvido para fixação de sondas enterais, proporcionando um seguro posicionamento e fixação na pele.

Composto por um material não tecido bege, adesivo de fácil remoção, livre de látex, hipoalergênico, respirável, anatômico.

**COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:** TNT tipo Rayon, viscosa e adesivo acrilato médico.

**INDICAÇÃO:** Fixar e estabilizar a sonda nasal.

**MODELO/TAMANHO:** Infantil e Adulto

**MEDIDA:** Adulto Alt. 100mm X Larg. 55mm  
Infantil Alt. 73mm x Larg. 51mm

**INSTRUÇÃO DE USO:**

1. Higienizar e secar a sonda e a pele do paciente;
2. Retirar o produto do papel protetor e posicionar sobre o nariz do paciente;
3. Fixar o prolongamento reto sobre a sonda;
4. Enrolar o prolongamento perpendicular ao redor da sonda;
5. Trocar a cada 48 horas ou quando necessário.

**PRECAUÇÕES E OBSERVAÇÕES:**

- A região central do adesivo não deve ser fixada, permitindo uma folga entre a ponta do nariz e a sonda;
- A faixa adicional pode ser utilizada para reforço do prolongamento perpendicular ou para datar, a fim de controlar a próxima troca;
- Aplicar somente sobre a pele íntegra, limpa e seca;

**LOCAIS DE USO:** unidade de terapia intensiva, semi-intensiva, enfermaria e home care.

**ARMAZENAMENTO:** Armazenar em local seco e ao abrigo de luz. Não utilizar caso a embalagem estiver aberta ou danificada. Temperatura de armazenamento 0 a 27°. Antes de utilizar o produto, ler atentamente as Instruções de Uso.

**ANVISA nº:** 80358740006

**SIMPRO nº:** Tam. Infantil: 123057; Tam. Adulto: 123056.

**VALIDADE:** 2 anos após a data de fabricação.

**CONTÉM:** 01 unidade por embalagem.

Produto de uso único. Não estéril.

**RESPONSÁVEL TÉCNICA:** Ana Carla P. Galvão Andrade. Crefito: 8597F

**FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:** Impacto Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.

Zimbra

fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br

**RES: A/C FABIANA/ FICHA TECNICA AMP**

**De :** Televendas3 <televendas3@ampltda.com.br>  
**Assunto :** RES: A/C FABIANA/ FICHA TECNICA AMP  
**Para :** 'Fabiana Martins' <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br>

qui, 29 de out de 2020 11:49

2 anexos

Fabiana.

Ele não é estéril.



**Priscila Lima**  
Auxiliar de Vendas  
Rua Cesário Ramalho, 615 - Cambuci  
Fone/Fax: (11) 3274 7665 / (11) 3277 8566 ramal 118  
SAC: 0800 13 6006 - [www.ampltda.com.br](http://www.ampltda.com.br)  
✉  [televendas3@ampltda.com.br](mailto:televendas3@ampltda.com.br)

**De:** Fabiana Martins [<mailto:fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br>]

**Enviada em:** quinta-feira, 29 de outubro de 2020 11:48

**Para:** Televendas3

**Assunto:** Re: A/C FABIANA/ FICHA TECNICA AMP

Bom dia,

Na ficha não me esclarece se é estéril.  
Pode verificar por favor?

Atenciosamente,



**Fabiana Martins**  
Coordenadora de Compras  
(41) 3316-5942 | [fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br](mailto:fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br)

**De:** "Televendas3" <televendas3@ampltda.com.br>

**Para:** "Fabiana Martins" <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br>

**Enviadas:** Quinta-feira, 29 de outubro de 2020 11:46:07

**Assunto:** A/C FABIANA/ FICHA TECNICA AMP

Bom dia fabiana!

Segue em anexo a ficha técnica do nosso Helpfix.



**Priscila Lima**

Auxiliar de Vendas

Rua Cesário Ramalho, 615 - Cambuci

Fone/Fax: (11) 3274 7665 / (11) 3277 8566 ramal 118

SAC: 0800 13 6006 - [www.ampltda.com.br](http://www.ampltda.com.br)

✉  [televentas3@ampltda.com.br](mailto:televentas3@ampltda.com.br)