

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97607/2020A
Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- NBR 14873"
Não Tecidos para artigos de uso odonto-médico-hospitalar

São Paulo, 13 de Maio de 2020.	
MSB Indústria e Comércio Ltda.	Rua Francisco Galarda, 311 - Capela Velha
Solicitante: Meroni Machado Veloso	CEP: 83706-493 - Araucária - PR

Material: Midia para teste amostra 2 - 801.5772 - Filtros MI	
Data de entrada: 07/05/2020	Hora de entrada: 13:07
Embalagem: Primária filme plástico e secundária caixa de celulose	Condições de transporte: Temperatura ambiente

Descrição da amostra:

Marca: Protectme	Lote: 0505202001A	A máscara descartável Protect Me é feita em tecido não-tecido, constituída 100% em Polipropileno
Nº do produto: 02	Data de Fabricação: 05/05/2020	Data de Validade: 3 anos

Micro-organismo utilizado: *Staphylococcus epidermidis* ATCC 14990

Resultado: A amostra apresentou 97,95% de eficiência de filtração bacteriana.

Metodologia: ABNT NBR 14873: 2002 Não tecido para artigos de uso Odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica.

Observação: Este ensaio tem seu valor restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

Diretora Técnica	Gerente de Laboratório
Maria José Silveira CRBio: 18.098-01	Paula de Maio Trezza CRBio: 43.933/01-D

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.
Rua Comendador Elias Assi, 645 - Coxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em:

http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbla/docs/CRL_0545.pdf

Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br/