



Feas

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br

Boletim de esclarecimento nº 2

Resposta a Impugnação

*Processo Administrativo nº: 281/2020.
Pregão Eletrônico nº: 087/2020.
Objeto: “Registro de preços para futuro fornecimento de material de consumo médico hospitalar”.*

Informamos que foi recebido pedido de esclarecimento aos termos do edital do certame em epígrafe, conforme segue:

Segue abaixo solicitação de esclarecimento referente ao Edital Pregão Eletrônico nº 087/2020.

O Edital exige:

Item 03: 76754 / Agulha Injetora de Esclerose Agulha injetora de esclerose para colonoscopia com conector lateral, cateter teflon com ponta afilada e sistema de manopla com clips de segurança removível. Comprimento de 230cm, agulha de 0,5 a 0,7mm de diâmetro e 6mm de comprimento (podendo variar +/-2mm).

Pergunta:

Podemos ofertar: agulha injetora de esclerose, cateter em teflon, ponta metálica 0,7mm, 22 Gauge, ponta afilada com 5mm de exposição, com sistema de segurança e travas de posicionamento.

Podemos participar e entregar caso sejamos adjudicados?

Por se tratar de questões de ordem estritamente técnica, este questionamento foi enviado ao setor responsável da Feas, o qual se manifestou conforme segue:

Informo que a empresa poderá participar do processo com o item descrito abaixo.

Caso seja a vencedora iremos pedir amostra para ser avaliada pelo setor requisitante/técnico.

Atenciosamente,

Curitiba, 23 de outubro de 2020.

Mirelle Pereira Fonseca
Pregoeira