Ata De Resultado De Julgamento

Processo Administrativo n°: 157/2021.
Pregão Eletrônico n°: 85/2021.
Objeto: Registro de preços para futuro fornecimento de material de consumo médico hospitalar.

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, o Pregoeiro devidamente designado efetuou o julgamento do pregão eletrônico em epígrafe. Após análise das propostas, dos lances e da habilitação das empresas, considerando os fatores de julgamento previstos em Edital de Embasamento e em conformidade com os documentos de análise técnica que se encontram anexados a esta ata, resolveu-se por:

No que diz respeito ao item 01 (211148 [BR0439943] / agulha para infusão intra-óssea 15g, estéril), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Unit Indústria, Comércio, Importação E Exportação Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que o produto proposto não atende ao edital de embasamento, em especial, por tratar-se de “agulha para aspiração e biópsia de medula na região do esterno (mielograma)”, enquanto aquilo que o edital solicita é: “agulha para infusão rápida de fluídos e medicamentos no espaço intraósseo”, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: UNIT, Valor unitário: R$ 100,00.

2°. Licitante: Torre Forte Atacado E Varejo Ltda. - ME: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BIG, Valor unitário: R$ 1.055,00, Quantidade: 30 unidades, Valor total: R$ 31.650,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Torre Forte Atacado E Varejo Ltda. - ME.

No que diz respeito ao item 02 (217776 [BR0450961] / cânula de guedel nº 00), a

classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: ZM Medical Atacado Da Saúde Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou o "Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde", devidamente solicitado no item 3 da cláusula 7.10. do edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: DESCARPACK, Valor unitário: R$ 3,1646.

Desta forma, em não havendo propostas classificadas para este item, declaro seu resultado como fracassado.

No que diz respeito ao item 03 (1059 [BR0450962] / cânula de guedel nº 0), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: ZM Medical Atacado Da Saúde Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou o "Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde", devidamente solicitado no item 3 da cláusula 7.10. do edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: DESCARPACK, Valor unitário: R$ 3,7833.

Desta forma, em não havendo propostas classificadas para este item, declaro seu resultado como fracassado.

No que diz respeito ao item 04 (1054 [BR0450963] / cânula de guedel nº 1), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: ZM Medical Atacado Da Saúde Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou o "Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde", devidamente solicitado no item 3 da cláusula 7.10. do edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: DESCARPACK, Valor unitário: R$ 3,9233.

Desta forma, em não havendo propostas classificadas para este item, declaro seu resultado como fracassado.

No que diz respeito ao item 05 (1055 [BR0450964] / cânula de guedel nº 2), a classificação de propostas ficou conforme segue:

> 1°. Licitante: ZM Medical Atacado Da Saúde Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou o "Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde", devidamente solicitado no item 3 da cláusula 7.10. do edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: DESCARPACK, Valor unitário: R$ 3,8014.
>
> Desta forma, em não havendo propostas classificadas para este item, declaro seu resultado como fracassado.

No que diz respeito ao item 06 (1056 [BR0450965]/ cânula de guedel nº 3), a classificação de propostas ficou conforme segue:

> 1°. Licitante: ZM Medical Atacado Da Saúde Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou o "Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde", devidamente solicitado no item 3 da cláusula 7.10. do edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: DESCARPACK, Valor unitário: R$ 4,0647.
>
> Desta forma, em não havendo propostas classificadas para este item, declaro seu resultado como fracassado.

No que diz respeito ao item 07 (1057 [BR0450966] / cânula de guedel nº 4), a classificação de propostas ficou conforme segue:

> 1°. Licitante: ZM Medical Atacado Da Saúde Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou o "Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde", devidamente solicitado no item 3 da cláusula 7.10. do edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: DESCARPACK, Valor unitário: R$ 3,7855.
>
> Desta forma, em não havendo propostas classificadas para este item, declaro seu resultado como fracassado.

No que diz respeito ao item 08 (211918 [BR0450967]/ cânula de guedel nº 5), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: ZM Medical Atacado Da Saúde Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou o "Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde", devidamente solicitado no item 3 da cláusula 7.10. do edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: DESCARPACK, Valor unitário: R$ 3,9988.

Desta forma, em não havendo propostas classificadas para este item, declaro seu resultado como fracassado.

No que diz respeito ao item 09 (211148 [BR0439943] / agulha para infusão intra-óssea 15g, estéril), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: ZM Medical Atacado Da Saúde Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: VITALGOLD, Valor unitário: R$ 49,80, Quantidade: 100 unidades, Valor total: R$ 4.980,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: ZM Medical Atacado Da Saúde Ltda.

No que diz respeito ao item 10 (110549 [BR0423703] / cânula traqueostomia media metálica n° 5,0 com mandril e intermediário), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: NP Medical Produtos Médicos E Hospitalares Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou o "Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde", devidamente solicitado no item 3 da cláusula 7.10. do edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: FRADEL, Valor unitário: R$ 55,00.

2°. Licitante: Primazia Materiais Médico Hospitalares Eireli – ME:

resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: CPL, Valor unitário: R$ 70,00, Quantidade: 300 unidades, Valor total: R$ 21.000,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Primazia Materiais Médico Hospitalares Eireli – ME

No que diz respeito ao item 11 (212789 [BR0423717] / cânula traqueostomia media metálica n° 6,0 com mandril e intermediário), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: NP Medical Produtos Médicos E Hospitalares Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou o “Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde”, devidamente solicitado no item 3 da cláusula 7.10. do edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: FRADEL, Valor unitário: R$ 55,00.

2°. Licitante: Primazia Materiais Médico Hospitalares Eireli – ME: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: CPL, Valor unitário: R$ 70,00, Quantidade: 150 unidades, Valor total: R$ 10.500,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Primazia Materiais Médico Hospitalares Eireli – ME.

No que diz respeito ao item 12 (212795 [BR0423771] / cânula traqueostomia longa metálica n° 6,0, com mandril e intermediário), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: NP Medical Produtos Médicos E Hospitalares Ltda.:

resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou o “Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde”, devidamente solicitado no item 3 da cláusula 7.10. do edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: FRADEL, Valor unitário: R$ 58,00.

2°. Licitante: Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Eireli: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: CPL, Valor unitário: R$ 75,00, Quantidade: 150 unidades, Valor total: R$ 11.250,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Eireli.

No que diz respeito ao item 13 (206713 [BR0465679]/ cateter duplo lúmen para acesso venoso central 7 fr x 20 cm), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Cotação Comércio Representação Importação E Exportação Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BIOMEDICAL, Valor unitário: R$ 69,14, Quantidade: 8.000 unidades, Valor total: R$ 553.120,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Cotação Comércio Representação Importação E Exportação Ltda.

No que diz respeito ao item 14 (212290 [BR0300346]/ capa para videolaparoscopia descartável), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não acudiram interessados em fornecer este item (não houve propostas

cadastradas), de sorte que declaro seu resultado como deserto.

No que diz respeito ao item 15 (53079 [BR0419390] / Coletor De Urina Infantil/Neonatal – Estéril), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: ZM Medical Atacado Da Saúde Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: LABOR IMPORT, Valor unitário: R$ 0,69, Quantidade: 2.000 unidades, Valor total: R$ 1.380,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: ZM Medical Atacado Da Saúde Ltda.

No que diz respeito ao item 16 (212471 [BR0437633] / curativo hidrocolóide (placa) 15x15cm), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Núcleo Comércio De Produtos Para Saúde Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: COMFEEL PLUS 15x15 / COLOPLAST, Valor unitário: R$ 7,20, Quantidade: 10.000 unidades, Valor total: R$ 72.000,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Núcleo Comércio De Produtos Para Saúde Ltda.

No que diz respeito ao item 17 (218107 [BR0428773] / dispositivo para transferência de soluções), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Metrosaude Comércio De Materiais Médicos E Hospitalares Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez

que a empresa não anexou sua "Licença Sanitária", devidamente solicitada no item 2 da cláusula 7.10. do edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: TKL ADA01, Valor unitário: R$ 0,86.

2°. Licitante: Primazia Materiais Médico Hospitalares Eireli – ME: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Embramed/Cremer, Valor unitário: R$ 0,87, Quantidade: 3.000 unidades, Valor total: R$ 2.610,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Primazia Materiais Médico Hospitalares Eireli – ME.

No que diz respeito ao item 18 (213632 [BR0425236] / equipo microgotas com câmara graduada 150 ml), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Metrosaude Comércio De Materiais Médicos E Hospitalares Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou sua "Licença Sanitária", devidamente solicitada no item 2 da cláusula 7.10. do edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: TKL EMI01, Valor unitário: R$ 4,53.

2°. Licitante: CWBCare Produtos Médico Hospitalares Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou o "Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde", devidamente solicitado no item 3 da cláusula 7.10. do edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: TKL, Valor unitário: R$ 4,54.

3°. Licitante: NP Medical Produtos Médicos E Hospitalares Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou o "Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde", devidamente solicitado no item 3 da cláusula 7.10. do edital

de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: La Vita, Valor unitário: R$ 5,40.

4°. Licitante: Primazia Materiais Médico Hospitalares Eireli – ME : resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou o "Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde", devidamente solicitado no item 3 da cláusula 7.10. do edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Lamedid, Valor unitário: R$ 5,50.

5°. Licitante: ZM Medical Atacado Da Saúde Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BIOSANI, Valor unitário: R$ 5,9981, Quantidade: 600 unidades, Valor total: R$ 3.598,86.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: ZM Medical Atacado Da Saúde Ltda.

No que diz respeito ao item 19 (51206 [BR0439625] / seringa descartável de 03ml - bico luer lock), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Torre Forte Atacado E Varejo Ltda. – ME: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MEDIX, Valor unitário: R$ 0,2450, Quantidade: 200.000 unidades, Valor total: R$ 49.000,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Torre Forte Atacado E Varejo Ltda. - ME

Total geral dos itens do pregão eletrônico n°: 85/2021: R$ 761.088,86.

Nada mais tendo a constar, esta Ata foi assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. O membro da equipe de apoio Mirelle Pereira Fonseca está em período de férias.

Juliano Eugenio da Silva	Janaina Barreto Fonseca
Pregoeiro	Equipe de Apoio

Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 237 - Compras **15 de julho de 2021.**

De: Coordenadora de Compras Feas
Para: Comissão Permanente de Licitação Feas - A/C Juliano Eugenio da Silva

Referente: Pregão Eletrônico nº 085/2021 - Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I **"DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)"**, informo:

As empresas listadas abaixo anexaram na Plataforma Publinexo os documentos exigidos no Edital de Embasamento:

- ✓ **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA;**
- ✓ **COTAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA;**
- ✓ **CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA;**
- ✓ **METROSAÚDE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA;**
- ✓ **NP MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA;**
- ✓ **NÚCLEO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA;**
- ✓ **PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI – ME;**
- ✓ **TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA – ME;**
- ✓ **UNIT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (EPP);**
- ✓ **ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA.**

Em relação aos itens cotados, informo:

Item 01: código 211148 [BR0439943] / agulha para infusão intra-óssea 15g, estéril:

- O item cotado pela empresa **UNIT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (EPP)** não atende o descritivo já que trata-se de uma "agulha para aspiração e biópsia de medula na região do esterno (mielograma)", enquanto o item solicitado é "agulha para infusão rápida de

1

Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

fluidos e medicamentos no espaço intraósseo". Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

- A empresa **TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA – ME** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 02: código 217776 [BR0450961] / cânula de guedel nº 00 – Exclusivo para ME/EPP:

- A empresa **ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.2. do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

Item 03: código 1059 [BR0450962] / cânula de guedel nº 0 – Exclusivo para ME/EPP:

- A empresa **ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.2. do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

Item 04: código 1054 [BR0450963] / cânula de guedel nº 1 – Exclusivo para ME/EPP:

- A empresa **ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.2. do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

Item 05: código 1055 [BR0450964] / cânula de guedel nº 2 – Exclusivo para ME/EPP:

- A empresa **ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.2. do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

Item 06: código 1056 [BR0450965]/ cânula de guedel nº 3 – Exclusivo para ME/EPP:

- A empresa **ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.2. do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

2

Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

Item 07: código 1057 [BR0450966] / cânula de guedel nº 4 – Exclusivo para ME/EPP:

- A empresa **ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.2. do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada.**

Item 08: código 211918 [BR0450967]/ cânula de guedel nº 5 – Exclusivo para ME/EPP:

- A empresa **ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.2. do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada.**

Item 09: código 217775 [BR0428138] / cânula para traqueostomia nº 3,5 com balão descartável:

- A empresa **ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**

Item 10: código 110549 [BR0423703] / cânula traqueostomia media metálica n° 5,0 com mandril e intermediário – Exclusivo para ME/EPP:

- A empresa **NP MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.2. do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada.**
- A empresa **PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI – ME** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**

Item 11: código 212789 [BR0423717] / cânula traqueostomia media metálica n° 6,0 com mandril e intermediário – Exclusivo para ME/EPP:

- A empresa **NP MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.2. do

3

Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

- A empresa **PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI – ME** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 12: código 212795 [BR0423771] / cânula traqueostomia longa metálica n° 6,0, com mandril e intermediário:

- A empresa **NP MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.2. do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 13: código 206713 [BR0465679]/ cateter duplo lúmen para acesso venoso central 7 fr x 20 cm:

- A empresa **COTAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 14: código 212290 [BR0300346]/ capa para videolaparoscopia descartável – Exclusivo para ME/EPP, não teve proposta no pregão, motivo que restou deserto.

Item 15: Código 53079 [BR0419390] / Coletor De Urina Infantil/Neonatal – Estéril:

- A empresa **ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de

Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 16: código 212471 [BR0437633] / curativo hidrocolóide (placa) 15x15cm:

- A empresa **NÚCLEO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 17: código 218107 [BR0428773] / dispositivo para transferência de soluções – Exclusivo para ME/EPP:

- A empresa **METROSAÚDE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.1. do Anexo I do Edital de Embasamento com data de validade expirada e protocolo de renovação fora do prazo estabelecido pela Prefeitura. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI – ME** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 18: código 213632 [BR0425236] / equipo microgotas com câmara graduada 150 ml – Exclusivo para ME/EPP:

- A empresa **METROSAÚDE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.1. do Anexo I do Edital de Embasamento com data de validade expirada e protocolo de renovação fora do prazo estabelecido pela Prefeitura. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.2. do

Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

- A empresa **NP MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.2. do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- O item cotado pela empresa **PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI – ME** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.2. do Anexo I do Edital de Embasamento de um item diferente do solicitado no presente processo. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 19: código 51206 [BR0439625] / seringa descartável de 03ml – bico luer lock – Exclusivo para ME/EPP:

- A empresa **TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA – ME** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Fabiana Martins

Fabiana Martins

Coordenadora de Compras Feas

6

UNIT Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.
FONE : (11) 5536.9331 – FAX : (11) 5542.6850 – E-mail : unit.ciel@terra.com.br

AGULHA DESCARTÁVEL – marca UNIT

Procedência : NACIONAL

Agulha de Aspiração da MEDULA ÓSSEA TIPO II – Cod.

EMO-B

Aspiração da MEDULA ÓSSEA no ESTERNO - MIELOGRAMA

Registro no MS : 10287070024

- Conexão para seringa tipo Luer Lock
- A biópsia na região do ESTERNO é chamada MIELOGRAMA
- Agulha também usada para PUNÇÃO INTRA-ÓSSEA



Diâmetro		COMPRIMENTO – mm			
Gauge	mm	Mínimo	Médio	Máximo	Código
14G	2.1	8	28	45	EMO-B 14/28
		8	28	75	EMO-B 14/28L
		23	43	60	EMO-B 14/43
		23	43	100	EMO-B 14/43L
15G	1.8	8	28	45	EMO-B 15/28
		8	28	75	EMO-B 15/28L
		23	43	60	EMO-B 15/43
		23	43	100	EMO-B 15/43L
16G	1.6	8	28	45	EMO-B 16/28
		8	28	75	EMO-B 16/28L
		23	43	60	EMO-B 16/43
		23	43	100	EMO-B 16/43L
18G	1.2	8	28	45	EMO-B 18/28
		8	28	75	EMO-B 18/28L
		23	43	60	EMO-B 18/43
		23	43	100	EMO-B 18/43L

Rua Baronesa de Bela Vista, 346 – Jd. Aeroporto – CEP 04612-001 – São Paulo – Capital – Brasil

UNIT Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.
FONE : (11) 5536.9331 – FAX : (11) 5542.6850 – E-mail : unit.ciel@terra.com.br

Regulagem do comprimento da AGULHA

MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO



- A Agulha **Cod. EMO-B** também é usada para Aspiração na Região da **CRISTA ILÍACA**.

DESCRITIVO da AGULHA: Agulha para aspiração e biópsia da medula óssea na região do ESTERNO (MIELOGRAMA), DESCARTÁVEL, confeccionada em aço inoxidável A.I.S.I. 304 e a estrutura de policarbonato grau médico. Agulha é composta de uma cânula com conexão para seringa tipo LUER LOCK e de um mandril, ambos com ponta biselada. Embalagem com os dados de identificação, procedência, número do lote e número do RMS, conforme a legislação vigente.

Rua Baronesa de Bela Vista, 346 – Jd. Aeroporto – CEP 04612-001 – São Paulo – Capital – Brasil