



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br

Ata De Resultado De Julgamento

Processo Administrativo n°: 46/2022.

Pregão Eletrônico n°: 37/2022.

Objeto: Registro de preços para futuro fornecimento de seringa para injetora de contraste.

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, o Pregoeiro devidamente designado efetuou o julgamento do pregão eletrônico em epígrafe. Após análise das propostas, dos lances e da habilitação das empresas, considerando os fatores de julgamento previstos em Edital de Embasamento e em conformidade com os documentos de análise técnica que se encontram anexados a esta ata, resolveu-se por:

No que diz respeito ao item 01 (211869 / BR0457556 / Seringa para Injetora de Contraste (Compatível com o Injetor de Contraste marca Medrad, modelo Stellant D)), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: NL Produtos Hospitalares Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Alko, valor unitário: R\$ 150,00, quantidade: 120 unidades, valor total: R\$ 18.000,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou inabilitada a empresa: NL Produtos Hospitalares Ltda., pois seu balanço patrimonial apresentou índices de liquidez corrente, liquidez geral e solvência geral menores que 1, o que contraria o mínimo exigido em edital de embasamento. Ademais, verificou-se que a empresa possui patrimônio líquido negativo. Isso demonstra a inaptidão econômico financeira da empresa o que contraria os preceitos objetivamente solicitados em edital de embasamento. Em anexo detalhamento da análise realizada pelo setor contábil da Feas.

Desta forma, em não havendo empresa classificada para este item, declaro seu resultado como fracassado.



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br

Nada mais tendo a constar, esta Ata foi assinada pela Equipe de Apoio.

Juliano Eugenio da Silva
Pregoeiro

Mirelle Pereira Fonseca
Equipe de Apoio

Veridiane De Paula Macedo Sotto Maior
Equipe de Apoio



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feas.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 56 - Compras

28 de março de 2022.

De: Coordenadora de Compras Feas

Para: Comissão Permanente de Licitação Feas - A/C Juliano Eugenio da Silva

Referente: Pregão Eletrônico nº 37/2022 - Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)”, informo:

A empresa listada abaixo anexou na Plataforma Publinexo os documentos exigidos no Edital de Embasamento:

- ✓ NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Em relação ao item cotado, informo:

Item 01: 211869 / BR0457556 / Seringa para Injetora de Contraste (Compatível com o Injetor de Contraste marca Medrad, modelo Stellant D)

- A empresa NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
SOLICITAR AMOSTRA – 1 UNIDADE.

Fabiana Martins
Coordenadora de Compras Feas

Fabiana Martins
Coord. de Compras Feas
Matrícula nº 1427



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br



FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA – PE 037/2022

ITEM 01: 211869 / BR0457556 / SERINGA PARA INJETORA DE CONTRASTE (COMPATÍVEL COM O INJETOR DE CONTRASTE MARCA MEDRAD, MODELO STELLANT D)

Kit composto por 2 seringas descartáveis de 200ml cada em acrílico transparente, conexão luer, um conector de baixa pressão com conector em T e um tubo de preenchimento rápido com 02 perfuradores para uso com sistema de injeção de contraste para Tomografia Computadorizada.

Compatível com o Injetor de Contraste marca Medrad, modelo Stellant D.

MARCA: ALKO

ANÁLISE:

O material atende ao descritivo? (X) sim () não

JUSTIFICATIVA: Bomba infusora montada e utilizada durante um plantão, apresentou um funcionamento adequado ao esperado para o seu uso, após utilização realizada, identificada e encaminhada a CME, para ser esterilizada em Óxido de Etileno.

Curitiba, 20 de abril de 2022.

Enf. Gausia Fogundes.

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação



montado Bomba injetora com as peçugas no dia 08/10/2022 no período da manhã.

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint handwritten signature]



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Fundação Estatal de Atenção à Saúde
R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5911

Memorando nº 025/2022 - Assessoria Financeira/FEAS

Curitiba, 28 de abril de 2022.

Assunto: Análise de Habilitação Econômica- Financeira do P.E. nº 044/2022 - FEAS

A empresa NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 10.750.894/0001-90 apresentou os Índices Liquidez Corrente, Liquidez geral e Solvência Geral menores que R\$ 1,00, são inferiores ao exigido no edital de embasamento.

Os indicadores financeiros da empresa NL PRODUTOS foram: Liquidez Corrente R\$ 0,42 Liquidez Geral R\$ 0,86 e Solvência Geral R\$ 0,96 com isso a empresa não consegue dispor de um valor para honrar seus compromissos. Para um melhor entendimento foi analisado o Patrimônio líquido disponível da licitante, utilizando-se os seguintes critérios: somou-se o Patrimônio líquido, com o ativo circulante e o Ativo realizável a longo prazo; deste resultado, subtraiu-se o Passivo circulante e o passivo não circulante, chegando-se ao seguinte resultado:

PL	-R\$327.306,18	R\$1.679.188,03	TOTAL
AC	R\$664.682,43	-R\$1.588.130,03	PC
RLP	R\$1.341.811,78	-R\$745.670,36	ELP
	R\$ -	R\$ -	
	R\$1.679.188,03	-R\$654.612,36	

A empresa NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ainda possui déficit de – R\$ 654.612,36 (seis centos e cinquenta e quatro mil seiscentos e doze reais e trinta e seis centavos).

Feas – Fundação Estatal de Atenção à Saúde

1



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Fundação Estadual de Atenção à Saúde
R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5911

Verificamos no Balanço Patrimonial que a empresa possui Patrimônio Líquido negativo – R\$ 327.306,18.

Desta forma informamos que a empresa NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 10.750.894/0001-90 está desabilitada do **P.E. n.º 044/2022 – FEAS**.

Atenciosamente,

Valeria R. Soppa
Supervisora Contábil

Denilson Blank
Assessor Financeiro

FEAS / 2022

NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

	VALOR	
LIQUIDEZ CORRENTE		0,42
A C	664.682,43	
P C	1.588.130,03	
LIQUIDEZ GERAL		0,86
AC + R LP	664.682,43+1.341.811,78	2.006.494,21
PC + LP	1.588.130,03+745.670,36	2.333.800,39
SOLVENCIA GERAL		0,96
AT	2.246.832,73	2.246.832,73
PC + E LP	1.588.130,03+745.670,36	2.333.800,39

C
A