



## Ata De Resultado De Julgamento

*Processo Administrativo nº 090/2022  
Pregão Eletrônico nº 055/2022.  
Objeto: “Registro de preços para futuro fornecimento de testes e filtros para processo de lavagem e desinfecção”.*

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, a Pregoeira devidamente designada efetuou o julgamento do pregão eletrônico em epígrafe. Após análise das propostas, dos lances e da habilitação das empresas, considerando os fatores de julgamento previstos em Edital de Embasamento e em conformidade com os documentos de análise técnica que se encontram anexados a esta ata, resolveu-se por:

No que diz respeito ao **item 01** (221251 / BR0482452 / Filtro de PTFE 1200 ciclos para container Standard e Flex System), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Sanevitta Comércio E Representações De Produtos Médicos Ltda: **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: FAMI, Valor unitário: R\$ 740,0000, Quantidade: 40 unidades, Valor total: R\$ 29.600,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: **Sanevitta Comércio E Representações De Produtos Médicos Ltda.**

No que diz respeito ao **item 02** (212212 / BR0340941 / Teste biológico para vapor – Pacote desafio com integrador), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: RBR Comércio De Produtos Médico Hospitalares Ltda: **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a

empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: STERICONTROL, Valor unitário: R\$ 47,0000, Quantidade: 2400 unidades, Valor total: R\$ 112.800,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: **RBR Comércio De Produtos Médico Hospitalares Ltda.**

No que diz respeito ao **item 03** (211219 / BR0332345 / Teste Indicador Químico – Classe 4), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: RBR Comércio De Produtos Médico Hospitalares Ltda: **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: STERICONTROL, Valor unitário: R\$ 0,1560, Quantidade: 120000 unidades, Valor total: R\$ 18.720,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: **RBR Comércio De Produtos Médico Hospitalares Ltda**

No que diz respeito ao **item 04** (213450 / BR0453989 / Teste para Lavadora Ultrassônica), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Sanevitta Comércio E Representações De Produtos Médicos Ltda: **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto,

conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: TERRAGENE, Valor unitário: R\$ 50,0000, Quantidade: 720 unidades, Valor total: R\$ 36.000,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: **Sanevitta Comércio E Representações De Produtos Médicos Ltda.**

No que diz respeito ao **item 05** (213449 / BR0434885 / Teste para Lavadoras Termodesinfectoras - Simulador de Sujidade), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: RBR Comércio De Produtos Médico Hospitalares Ltda: **resolveu-se por desclassificar** sua proposta para este item uma vez que a amostra não foi aprovada conforme documentos de análise técnica em anexo. Marca: STERICONTROL, Valor unitário: R\$ 80,0000, Quantidade: 720 unidades.

Desta forma, em não havendo propostas classificadas para este item, declaro seu resultado como **fracassado**.

No que diz respeito ao **item 06** (213451 / BR0411151 / Teste para Seladora de Papel Grau Cirúrgico), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: RBR Comércio De Produtos Médico Hospitalares Ltda: **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: STERICONTROL, Valor unitário: R\$ 0,9500, Quantidade: 3000 unidades, Valor total: R\$ 2.850,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à



**Feas**

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
3º andar  
Capão Raso – Curitiba/PR  
CEP 81.130-160  
(41) 3316-5927  
[www.feaes.curitiba.pr.gov.br](http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br)

habilitação e julgou habilitada a empresa: **RBR Comércio De Produtos Médico Hospitalares Ltda.**

Total geral dos itens do pregão eletrônico nº: 055/2022: R\$ 199.970,00.

Nada mais tendo a constar, esta Ata foi assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Mirelle Pereira Fonseca  
Pregoeira

Veridiane de Paula Macedo Sotto Maior  
Equipe de Apoio

William Cesar Barboza  
Equipe de Apoio



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
3º andar  
Capão Raso – Curitiba/PR  
CEP 81.130-160  
(41) 3316-5927  
[www.feaes.curitiba.pr.gov.br](http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br)



Compras  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
[compras@feaes.curitiba.pr.gov.br](mailto:compras@feaes.curitiba.pr.gov.br)

Memorando n.º 82 - Compras

03 de maio de 2022.

De: Coordenadora de Compras Feas

Para: Comissão Permanente de Licitação Feas - A/C Mirelle Pereira Fonseca

Referente: Pregão Eletrônico nº 55/2022 - Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)”, informo:

As empresas listadas abaixo anexaram na Plataforma Publinexo os documentos exigidos no Edital de Embasamento:

- ✓ **RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA:**
- ✓ **SANEVITTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.**

Em relação aos itens cotados, informo:

**Item 01: 221251 / BR0482452 / Filtro de PTFE 1200 ciclos para cointainer Standard e Flex System:**

- A empresa **SANEVITTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**

**Item 02: 212212 / Teste Biológico para Vapor – Pct Desafio com Integrador:**

- A empresa **RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.** **SOLICITAR AMOSTRA – 2 UNIDADES – ENVIAR A INCUBADORA JUNTO**

**Item 03: 211219 / BR0332345 / Teste Indicador Químico – Classe 4:**

- A empresa **RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de

 1



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
3º andar  
Capão Raso – Curitiba/PR  
CEP 81.130-160  
(41) 3316-5927  
[www.feaes.curitiba.pr.gov.br](http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br)



**Compras**  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
[compras@feaes.curitiba.pr.gov.br](mailto:compras@feaes.curitiba.pr.gov.br)

Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**SOLICITAR AMOSTRA – 2 UNIDADES**

**Item 04: 213450 / Teste para Lavadora Ultrassônica:**

- A empresa **SANEVITA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 05: 213449 / Teste para Lavadora Termo-Desinfectoras – Simulador de Sujidade:**

- A empresa **RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- SOLICITAR AMOSTRA – 2 UNIDADES**

**Item 06: 213451 / Teste para Seladora de Papel Grau Cirúrgico:**

- A empresa **RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Fabiana Martins**  
Coordenadora de Compras Feas

Fabiana Martins  
Coord. de Compras Feas  
Matrícula nº 1427



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
3º andar  
Capão Raso – Curitiba/PR  
CEP 81.130-160  
(41) 3316-5927  
[www.feaes.curitiba.pr.gov.br](http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br)



Feas

Rua Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
3º andar, sala 305,  
Bairro Capão Raso, Curitiba PR.  
CEP: 81130-160  
(41) 3316-5927  
[www.feaes.curitiba.pr.gov.br](http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br)

Ofício nº 046/2022 – CPL/Feas

Curitiba, 04 de maio de 2022.

Prezado Licitante:

Em relação Pregão eletrônico nº 055/2022, cujo objeto se resume no "Registro de preços para futuro fornecimento de testes e filtros para processo de lavagem e desinfecção",

Solicitamos:

**Amostra dos itens:**

- **Item 02: 212212 / Teste Biológico para Vapor – Pct Desafio com Integrador:**  
*Quantidade: 02 (duas) unidades (enviar a incubadora junto).*
- **Item 03: 211219 / BR0332345 / Teste Indicador Químico – Classe 4:**  
*Quantidade: 02 (duas) unidades.*
- **Item 05: 213449 / Teste para Lavadora Termo-Desinfectoras – Simulador de Sujidade:**  
*Quantidade: 02 (duas) unidades.*

Esta solicitação está em conformidade com a cláusula 10 do edital de embasamento.

Encaminhe as amostras solicitadas devidamente identificadas, até as **17:00 h (dezesete horas) do dia 06/05/2022 (sexta-feira)**. As amostras apresentadas deverão ser da respectiva marca e modelo cotados no pregão eletrônico citado.

As amostras deverão ser encaminhadas para a Fundação Estatal de Atenção à Saúde – Feas, sita à Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 161 – 3º andar, sala 305, bairro Capão Raso, Curitiba PR. CEP: 81.130-160, aos cuidados de Mirelle Pereira Fonseca (Pregoeira), setor de Licitações; telefones para contato (41) 3316-5927, 3316-5967.

*Handwritten signature*



**Feas**

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
3º andar  
Capão Raso – Curitiba/PR  
CEP 81.130-160  
(41) 3316-5927  
[www.feaes.curitiba.pr.gov.br](http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br)



**Feas**

Rua Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
3º andar, sala 305,  
Bairro Capão Raso, Curitiba PR.  
CEP: 81130-160  
(41) 3316-5927  
[www.feaes.curitiba.pr.gov.br](http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br)

A não apresentação das amostras no prazo estabelecido acima, ou a apresentação em desconformidade com o solicitado, acarretará na desclassificação dos itens.

Atenciosamente,

Mirelle Pereira Fonseca  
Pregoeira

Ao Senhor  
**Ricardo De Andrade Proença**  
RBR Comércio De Produtos Médico Hospitalares Ltda  
Pinhais - PR





Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
3º andar  
Capão Raso – Curitiba/PR  
CEP 81.130-160  
(41) 3316-5927  
[www.feaes.curitiba.pr.gov.br](http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br)

04/05/2022 08:37

Zimbra

Zimbra

[mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br](mailto:mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br)

---

**Solicitação de amostras - PE 055/2022 - Feas**

---

**De :** Mirelle Pereira Fonseca  
<[mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br](mailto:mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br)>

qua, 04 de mai de 2022 08:40

📎 2 anexos

**Assunto :** Solicitação de amostras - PE 055/2022 - Feas

**Para :** licita hospitalar <[licita.hospitalar@rbrmedical.com.br](mailto:licita.hospitalar@rbrmedical.com.br)>

Prezados,

Segue ofício nº 46/2022 referente a solicitação de amostras para o Pregão Eletrônico 055/2022 - Feas.

Solicito que **confirmem o recebimento** respondendo a este e-mail.

Atenciosamente,



**Mirelle Pereira Fonseca**  
Pregoeira  
Comissão Permanente de Licitações  
(41) 3316-5967 | [feaes.curitiba.pr.gov.br](http://feaes.curitiba.pr.gov.br)

---

📎 **11- Ofício nº 046-22 - Sol RBR.pdf**  
159 KB

---



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
3º andar  
Capão Raso – Curitiba/PR  
CEP 81.130-160  
(41) 3316-5927  
[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)



**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA – PE 055/2022**

**Item 02: 212212 / BR0340941 / Teste biológico para vapor – Pacote desafio com integrador**  
Pacote teste desafio pronto, de uso único, composto de um Indicador Biológico de leitura rápida, do tipo autocontido, para o monitoramento do processo de esterilização a vapor, com tempo de resposta final negativa em 3 (três) horas, por método de fluorescência e um Integrador Químico Classe 5, conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, posicionados em um substrato poroso embrulhado em embalagem descartável. O pacote é projetado para desafiar o processo de esterilização a vapor, com desempenho equivalente ao pacote teste de 16 campos AAMI. O Indicador Biológico é composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e padronizados de *Geobacillus stearothermophilus* (ATCC 7953 com certificado de Qualidade Assegurada). A tira contendo esporos está acondicionada em uma ampola plástica termo resistente, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo nutriente próprio para crescimento dos microrganismos. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom com abertura e protegida por papel de filtro hidrofóbico. Um registro em folha com espaço para informação da carga, operador, ciclo de esterilização, registro do resultado do indicador biológico e uma tira de indicador químico estão incluídos dentro do pacote. O Indicador Biológico é tirado do pacote após o ciclo, quebrado e incubado durante 3 horas em incubadora específica com leitura automática. Indicador Químico do tipo integrador, classe 5 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do *Geobacillus stearothermophilus*. O Produto deve contemplar 3 valores declarados: 121°C, 134°C e uma temperatura intermediária, correlacionadas com o tempo de morte microbiana. Que seja se todas as condições necessárias para a eliminação de microrganismos no interior da embalagem forem alcançadas. #Este item requer a assinatura de contrato de comodato de duas incubadoras para indicador biológico.  
**MARCA: STERICONTROL**

**ANÁLISE:**

O material atende ao descritivo? (  ) sim (  ) não

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Curitiba, 20 de maio de 2022.

\_\_\_\_\_  
Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

\_\_\_\_\_  
Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Feas – Fundação Estadual de Atenção à Saúde  
E-mail: [fabimartins@feas.curitiba.pr.gov.br](mailto:fabimartins@feas.curitiba.pr.gov.br) Fone: (41) 3316-5942  
Rua: Lothário Boutin, nº 90 – CEP: 81110-522  
Curitiba - PR

1



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
3º andar  
Capão Raso – Curitiba/PR  
CEP 81.130-160  
(41) 3316-5927  
[www.feaes.curitiba.pr.gov.br](http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br)



**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA – PE 055/2022**

**Item 03: 211219 / BR0332345 / Teste Indicador Químico – Classe 4**

Indicador químico, Classe 4 conforme norma ANSI/AAMI/ISSO 11.140-1. Permite efetuar o monitoramento e reagir a duas ou mais variáveis críticas, sendo designado para indicar a exposição de um ciclo de esterilização aos valores estabelecidos das variáveis selecionadas, como tempo, temperatura e vapor. Indica se o vapor penetrou no ponto de colocação da tira, que geralmente é o centro geométrico do pacote. Confeccionado com tintas reativas audazes, podendo ser utilizado em todos os equipamentos de esterilização a vapor.

**MARCA: STERICONTROL**

**ANÁLISE:**

O material atende ao descritivo? (x) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Curitiba, 25 de maio de 2022.

*Francisco J. Koller*  
*CC - CME*  
*PP 113.841*  
\_\_\_\_\_  
Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

\_\_\_\_\_  
Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
3º andar  
Capão Raso – Curitiba/PR  
CEP 81.130-160  
(41) 3316-5927  
[www.feaes.curitiba.pr.gov.br](http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br)



**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA – PE 055/2022**

**Item 05: 213449 / BR0434885 / Teste para Lavadoras Termodesinfectoras - Simulador de Sujidade**

Teste para avaliação da eficácia da lavagem mecânica em lavadoras termodesinfectoras. Lâmina de aço inox impregnada com sangue artificial protegida por obstáculo em acrílico ou metal, medindo aproximadamente 15mm x 50mm. Deve apresentar aspecto de remoção total do sangue e fibrina após ciclo completo. Embalado individualmente em envelope hermético de alumínio, de acordo com a EN 15883.

**MARCA: STERICONTROL**

**ANÁLISE:**

O material atende ao descritivo? ( ) sim (x) não

JUSTIFICATIVA: *lâmina teste coloca risco ocupacional ao inserir no desafio teste. É necessário uma fita para retirar a lâmina teste do dispositivo.*

Curitiba, 20 de maio de 2022.

*Francisco J. Koller*  
Coord. CC - CME  
CEP 113.641  
*Francisco J. Koller*  
Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação