



## **ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO**

**Processo Administrativo nº: 085/2022.**

**Pregão Eletrônico nº: 057/2022.**

**Objeto:** “Registro de preços para futuro fornecimento de Insumos para Esterilização em Peróxido de Hidrogênio por Sterrad 100S.”

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, os Pregoeiros da Equipe de Apoio devidamente designados, devido ao período de férias do pregoeiro, efetuaram o julgamento do pregão eletrônico em epígrafe. Após análise das propostas, dos lances e da habilitação das empresas, considerando os fatores de julgamento previstos em Edital de Embasamento e em conformidade com os documentos de análise técnica que se encontram anexados a esta ata, resolveu-se por:

No que diz respeito ao **Item 01: 51854 / BR0363332 / Cassete de Peróxido de Hidrogênio para Sterrad 100S**, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: **Advanced Sterilization Products Distribuição E Comércio De Produtos Para Saúde Ltda.**, resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. **Marca:** ASP / 10113, **Valor unitário:** R\$ 646,8200, **Quantidade:** 820 unidades, **Valor total:** R\$ 530.392,4000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima a equipe de apoio analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: **Advanced Sterilization Products Distribuição E Comércio De Produtos Para Saúde Ltda.**

No que diz respeito ao **Item 02: 110176 / BR0396288 / Teste Indicador Químico em Tiras Classe I para Esterilização em Sterrad 100S**, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: **Devantcare Comercial EPP Ltda.**, resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa



anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento mas não apresentou os documentos de validação na tecnologia STERRAD. **Marca:** Steristar, **Valor unitário:** R\$ 0,6000.

2°. Licitante: **Cme Comércio E Importação Hospitalar**, resolveu-se por **desclassificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e não apresentou os documentos dentro do prazo informado via plataforma e via e-mail. **Marca:** Clean Up, **Valor unitário:** R\$ 0,7200.

3°. Licitante: **Soma/Pr Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.**, resolveu-se por **classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. **Marca:** 3M/1248, **Valor unitário:** R\$ 1,1700, **Quantidade:** 15.000 unidades, **Valor total:** R\$ 17.550,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima a Equipe de Apoio analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: **Soma/Pr Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.**

No que diz respeito ao **Item 03: 110067 / BR0396175 / Teste Indicador Químico em Rolo 19 mm x 55 m para Sterrad 100S**, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: **Cme Comércio E Importação Hospitalar**, resolveu-se por **desclassificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e não apresentou os documentos dentro do prazo informado via plataforma e via e-mail. **Marca:** Clean Up, **Valor unitário:** R\$ 175,0000.

2°. Licitante: **Soma/Pr Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.**, resolveu-se por **classificar** sua proposta para este item uma vez que a



empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. **Marca:** 3M/1228, **Valor unitário:** R\$ 175,0000, **Quantidade:** 96 rolos, **Valor total:** R\$ 16.800,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima a Equipe de Apoio analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: **Soma/Pr Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.**

No que diz respeito ao **Item 04: 109571 / BR0396174 / Teste Indicador Biológico de Esterilização de Peróxido de Hidrogênio Sterrad 100S**, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: **Advanced Sterilization Products Distribuição E Comércio De Produtos Para Saúde Ltda.**, resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. **Marca:** ASP/4321030, **Valor Unitário:** R\$ 51,0000, **Quantidade:** 420 unidades **Valor Total:** R\$ 21.420,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima a Equipe de Apoio analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: **Advanced Sterilization Products Distribuição E Comércio De Produtos Para Saúde Ltda.**

No que diz respeito ao **Item 05: 51739 / BR0442406 / Embalagem composta de Tyvek e filme de poliéster/polietileno 75 a 80mm x 70m**, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: **Cme Comércio E Importação Hospitalar**, resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento mas não apresentou os documentos de validação na tecnologia STERRAD. **Marca:** Tymax, **Valor unitário:** R\$ 276,0000.



2°. Licitante: **Devantcare Comercial EPP Ltda.**, resolveu-se por **desclassificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e não apresentou os documentos dentro do prazo informado via plataforma e via e-mail. **Marca:** Tymax, **Valor unitário:** R\$ 276,3900.

3°. Licitante: **Advanced Sterilization Products Distribuição E Comércio De Produtos Para Saúde Ltda.**, resolveu-se por **classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. **Marca:** AMCOR / 42407, **Valor Unitário:** R\$ 276,3900, **Quantidade:** 48 rolos **Valor Total:** R\$ 13.266,7200.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima a Equipe de Apoio analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: **Advanced Sterilization Products Distribuição E Comércio De Produtos Para Saúde Ltda.**

No que diz respeito ao **Item 06: 51734 / BR0442406 / Embalagem composta de Tyvek e filme de poliéster/polietileno 100mm x 70m**, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: **Devantcare Comercial EPP Ltda.**, resolveu-se por **desclassificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento mas não apresentou os documentos de validação na tecnologia STERRAD. **Marca:** Tymax, **Valor unitário:** R\$ 310,7400.

2°. Licitante: **Cme Comércio E Importação Hospitalar**, resolveu-se por **desclassificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e não apresentou os documentos dentro do prazo informado via plataforma e via e-mail. **Marca:** Tymax, **Valor unitário:** R\$ 377,0000.



3°. Licitante: **Advanced Sterilization Products Distribuição E Comércio De Produtos Para Saúde Ltda.**, resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. **Marca:** AMCOR / 42407, **Valor Unitário:** R\$ 377,0000, **Quantidade:** 48 rolos **Valor Total:** R\$ 18.096,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima a Equipe de Apoio analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: **Advanced Sterilization Products Distribuição E Comércio De Produtos Para Saúde Ltda.**

No que diz respeito ao **Item 07: 51735 / BR0442406 / Embalagem composta de Tyvek e filme de poliéster/polietileno 150mm x 70m**, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: **Cme Comércio E Importação Hospitalar**, resolveu-se por **desclassificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e não apresentou os documentos dentro do prazo informado via plataforma e via e-mail. **Marca:** Tymax, **Valor unitário:** R\$ 542,0000.

2°. Licitante: **Devantcare Comercial EPP Ltda.**, resolveu-se por **desclassificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento mas não apresentou os documentos de validação na tecnologia STERRAD. **Marca:** Tymax, **Valor unitário:** R\$ 542,1800.

3°. Licitante: **Advanced Sterilization Products Distribuição E Comércio De Produtos Para Saúde Ltda.**, resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. **Marca:** AMCOR / 42415, **Valor Unitário:** R\$ 542,1800,



**Quantidade:** 48 rolos **Valor Total:** R\$ 26.024,6400.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima a Equipe de Apoio analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: **Advanced Sterilization Products Distribuição E Comércio De Produtos Para Saúde Ltda..**

No que diz respeito ao **Item 08: 51736 / BR0442405 / Embalagem composta de Tyvek e filme de poliéster/polietileno 200mm x 70m**, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: **Devantcare Comercial EPP Ltda., resolveu-se por desclassificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento mas não apresentou os documentos de validação na tecnologia STERRAD. **Marca:** Tymax, **Valor unitário:** R\$ 621,8000.

2°. Licitante: **Cme Comércio E Importação Hospitalar, resolveu-se por desclassificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e não apresentou os documentos dentro do prazo informado via plataforma e via e-mail. **Marca:** Tymax, **Valor unitário:** R\$ 736,0000.

3°. Licitante: **Advanced Sterilization Products Distribuição E Comércio De Produtos Para Saúde Ltda., resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. **Marca:** AMCOR / 42422, **Valor Unitário:** R\$ 736,6900, **Quantidade:** 48 rolos **Valor Total:** R\$ 35.361,1200.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima a Equipe de Apoio analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: **Advanced Sterilization Products Distribuição E Comércio De Produtos Para Saúde Ltda..**



No que diz respeito ao **Item 09: 51737 / BR0442405 / Embalagem composta de Tyvek e filme de poliéster/polietileno 250mm x 70m**, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: **Devantcare Comercial EPP Ltda.**, resolveu-se por **desclassificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento mas não apresentou os documentos de validação na tecnologia STERRAD. **Marca:** Tymax, **Valor unitário:** R\$778,9600.

2°. Licitante: **Cme Comércio E Importação Hospitalar**, resolveu-se por **desclassificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e não apresentou os documentos dentro do prazo informado via plataforma e via e-mail. **Marca:** Tymax, **Valor unitário:** R\$ 868,0000.

3°. Licitante: **Advanced Sterilization Products Distribuição E Comércio De Produtos Para Saúde Ltda.**, resolveu-se por **classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. **Marca:** AMCOR / 42422, **Valor Unitário:** R\$ 868,4000, **Quantidade:** 48 rolos **Valor Total:** R\$ 41.683,2000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima a Equipe de Apoio analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: **Advanced Sterilization Products Distribuição E Comércio De Produtos Para Saúde Ltda..**

No que diz respeito ao **Item 10: 51738 / BR0442407 / Embalagem composta de Tyvek e filme de poliéster/polietileno 350mm x 70m**, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: **Cme Comércio E Importação Hospitalar**, resolveu-se por **desclassificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do



Edital de Embasamento mas não apresentou os documentos de validação na tecnologia STERRAD. **Marca:** Tymax, **Valor unitário:** R\$ 1.058,0000.

2°. Licitante: **Devantcare Comercial EPP Ltda.**, resolveu-se por **desclassificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e não apresentou os documentos dentro do prazo informado via plataforma e via e-mail. **Marca:** Tyme, **Valor unitário:** R\$ 1.058,3800.

3°. Licitante: **Advanced Sterilization Products Distribuição E Comércio De Produtos Para Saúde Ltda.**, resolveu-se por **classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. **Marca:** AMCOR/42435, **Valor Unitário:** R\$ 1.058,3800, **Quantidade:** 96 rolos **Valor Total:** R\$ 101.604,4800.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima a Equipe de Apoio analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: **Advanced Sterilization Products Distribuição E Comércio De Produtos Para Saúde Ltda.**

**Total geral Pregão Eletrônico n°: 057/2022: R\$ 822.198,56.**

Juliano Eugenio da Silva  
Pregoeiro Equipe de Apoio

Mirelle Pereira Fonseca  
Pregoeira Equipe de Apoio





**Licitações**  
Rua Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
Capão Raso – Curitiba/PR  
81.312-170  
41 3316-5967  
wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br



**Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização**  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

**Memorando n.º 026**

**21 de junho de 2022.**

**De:** Coordenador de Enfermagem do Centro Cirúrgico e CME

**Para:** Comissão Permanente de Licitação Feas – A/C William Cesar Barboza

**Referente:** Pregão Eletrônico nº 057/2022 – Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “**DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)**”, informo:

As empresas listadas abaixo anexaram na Plataforma Publinexo os documentos exigidos no Edital de Embasamento:

- ✓ **ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.;**
- ✓ **CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR;**
- ✓ **DEVANTCARE COMERCIAL EPP LTDA.;**
- ✓ **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.;**

Em relação aos itens cotados, informo:

**ITEM 01: 51854 / BR0363332 / CASSETE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PARA STERRAD 100S:**

- A empresa **ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento o. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**ITEM 02: 110176 / BR0396288 / TESTE INDICADOR QUÍMICO EM TIRAS CLASSE I PARA ESTERILIZAÇÃO EM STERRAD 100S**

- A empresa **DEVANTCARE COMERCIAL EPP – LTDA.** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento mas não apresentou os documentos de validação na tecnologia STERRAD. Desta forma, a empresa foi desclassificada.
- A empresa **CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi desclassificada.



**Licitações**  
Rua Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
Capão Raso – Curitiba/PR  
81.312-170  
41 3316-5967  
wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br



**Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização**  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

- A empresa **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e apresentou laudo de validação na tecnologia Sterrad. Desta forma, a empresa foi **classificada.**

**ITEM 03: 110067 / BR0396175 / TESTE INDICADOR QUÍMICO EM ROLO 19 MM X 55 M PARA STERRAD 100S:**

- A empresa **CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada.**
- A empresa **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **classificada.**

**ITEM 04: 109571 / BR0396174 / TESTE INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZAÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO STERRAD 100S:**

- A empresa **ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**

**ITEM 05: 51739 / BR0442406/ EMBALAGEM COMPOSTA DE TYVEK E FILME DE POLIÉSTER/POLIETILENO 75 A 80MM X 70M:**

- A empresa **CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada.**
- A empresa **DEVANTCARE COMERCIAL EPP – LTDA.** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, mas não apresentou os documentos de validação na tecnologia STERRAD6. Desta forma, a empresa foi **desclassificada.**
- A empresa **ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA** anexou na plataforma



**Licitações**  
Rua Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
Capão Raso – Curitiba/PR  
81.312-170  
41 3316-5967  
wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br



**Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização**  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**ITEM 06: 51734 / BR0442406 / EMBALAGEM COMPOSTA DE TYVEK E FILME DE POLIÉSTER/POLIETILENO 100MM X 70M**

- A empresa **DEVANTCARE COMERCIAL EPP – LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, mas não apresentou os documentos de validação na tecnologia STERRAD&. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**ITEM 07: 51735 / BR0442406 / EMBALAGEM COMPOSTA DE TYVEK E FILME DE POLIÉSTER/POLIETILENO 150MM X 70M:**

- A empresa **CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **DEVANTCARE COMERCIAL EPP-LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, mas não apresentou os documentos de validação na tecnologia STERRAD. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, as



**Licitações**  
Rua Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
Capão Raso – Curitiba/PR  
81.312-170  
41 3316-5967  
wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br



Centro Cirúrgico e Central de Material e  
Esterilização  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**ITEM 08: 51736 / BR0442405 / EMBALAGEM COMPOSTA DE TYVEK E FILME DE POLIÉSTER/POLIETILENO 200MM X 70M:**

- A empresa **DEVANTCARE COMERCIAL EPP-LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, mas não apresentou os documentos de validação na tecnologia STERRAD. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**ITEM 09: 51737 / BR0442405 / EMBALAGEM COMPOSTA DE TYVEK E FILME DE POLIÉSTER/POLIETILENO 250MM X 70M:**

- A empresa **DEVANTCARE COMERCIAL EPP-LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, mas não apresentou os documentos de validação na tecnologia STERRAD. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, as



**Licitações**  
Rua Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
Capão Raso – Curitiba/PR  
81.312-170  
41 3316-5967  
wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br



**Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização**  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 10: 51738 / BR0442407 / Embalagem composta de Tyvek e filme de poliéster/polietileno 350mm x 70m:**

- A empresa **DEVANTCARE COMERCIAL EPP- LTDA.** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, mas não apresentou os documentos de validação na tecnologia STERRAD. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **CME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOSPITALAR** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

  
**Francisco José Koller**

**Coordenador Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização**