Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3° andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br

Boletim de esclarecimento nº 1

Resposta a pedido de esclarecimento

Processo Administrativo n°: 098/2022.
Pregão Eletrônico n°: 063/2022.
Objeto: "Registro de preços para futuro fornecimento de materiais hospitalares".

Informamos que foi recebido pedido de esclarecimento ao certame em epígrafe, nos seguintes termos:

> Prezados Srs, bom dia!
>
> Solicitamos esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 063/2022- Processo Administrativo nº 098/2022 que será realizado no dia 17/05/2022 Às 8:40h quanto aos descritivos dos Lotes/ Itens abaixo:
>
> Solicitamos informação se nosso item ofertado atende às necessidades deste órgão, para participarmos desta licitação.
>
> Em anexo, segue também Ficha Técnica do produto

Item	Especificação:	Nosso item/ descrição:
Item 1	211148 / BR0457435 / Agulha para infusão intra-óssea 15g, estéril. Agulha para infusão Intra-óssea, calibre 15G para permitir infusão rápida de fluidos e medicamentos neste espaço; dispositivo plástico conectado a uma agulha cilíndrica forte, reta, dotada de mandril, com bisel angulado, e conector de equipo; deve possuir empunhadura firme e sistema de limitação de profundidade da punção; em embalagem estéril, tamanho 15G.	CÓD. G04958 - C-DIN-16-3.0-T45-DKM/ RMS: 10212990115 *OBS: Nosso material possui 16G."

> Grata e no aguardo de seus comentários.

Por se tratar de questões de ordem estritamente técnica, este questionamento foi enviado ao setor responsável da Feas, o qual se manifestou conforme segue:

Prezada,

Em resposta ao pedido de esclarecimento informo que o item não atende ao descritivo pois de acordo com o site da E Tamussino a agulha calibre 16G é para uso pediátrico e nas unidades da Feas essa agulha 15G é utilizada em adultos.

Curitiba, 04 de maio de 2022.

Veridiane de Paula Macedo Sotto Maior
Equipe de Apoio