

COMUNICADO 01

Ref.: Pedido de esclarecimento apresentado aos termos do Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n.º 003/2018- Feaes, cujo objeto é a “aquisição de itens de insumos médicos e hospitalares”, para suprir as necessidades da Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba”.

Prezados,

Tendo em vista o Pedido de Esclarecimento ao Edital de Embasamento do Processo Licitatório n.º 003/2018- Feaes apresentado pela empresa “**Cirúrgica Fernandes**” através de sua representante “Veiga e Golas”, questionando as medidas apresentadas no descritivo do item 01. Ainda, em razão de se tratar de questionamento de ordem técnica, este fora encaminhado ao setor de compras da Feaes para os devido esclarecimentos, conforme segue:

“[...] dúvida em relação ao item 1 do edital PE 3/2018. Está solicitando: -Agulha para anestesia peridural (Tuohy), 16g x 3 ½ (1,7 x 80mm). Porém a Agulha Tuohy 16g x 3 ½” tem a medida de 90mm x 16, e a Agulha de Tuohy 16g x 3” tem a medida de 80mm x 16.”: Qual é a correta, 16x3 ou 16x3 ½?

Resposta: Informo que o tamanho solicitado no Edital é o padronizado na Feaes e que existem outras marcas no mercado que atendem ao descritivo.

Assim, não havendo necessidade de alterações no Edital, mantenho todos os termos anteriormente anunciado e publicados.

Curitiba, 18 de janeiro de 2018.

Janaina Barreto Fonseca
Pregoeira