Boletim de esclarecimento nº 2

Processo Administrativo n°: 39/2018.
Pregão Eletrônico n°: 25/2018.
Objeto: "Seleção de propostas para fornecimento de material de consumo médico hospitalar (32 itens), através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses.".

Informamos que foi recebido o seguinte pedido de esclarecimento:

> *Gostaria de esclarecimento nos itens 4, 5 e 6 do PE 25 vocês solicitam CÂNULA TRAQUEOSTOMIA MEDIA METÁLICA, ela deve ser em AÇO INOX?*
> *Nós trabalhamos com a marca Fradel e nossa é confeccionada em metal cromado (descritivo em anexo).*
> *Podemos sugerir nossa marca?*

Por se tratar de questões de ordem técnica, este questionamento foi enviado ao setor responsável, o qual respondeu no sentido de que a marca em questão atende o descritivo no que diz respeito especificamente ao questionamento recebido: aço inox/cromado.

Curitiba, 03 de abril de 2018.

Juliano Eugenio da Silva
Pregoeiro