

## **COMUNICADO 01**

Ref.: Pedido de esclarecimento apresentado aos termos do Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n.º 023/2019- Feaes, cujo objeto é a “SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA AQUISIÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO (35 ITENS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FEAES PELO PERÍODO DE 12 MESES”.

Prezados,

Tendo em vista os Pedidos de Esclarecimentos ao Edital de Embasamento do Processo Licitatório n.º 023/2019- Feaes apresentado pela empresa “Taimin”, onde questiona-se termos e exigências do supracitado edital e, tendo em vista se tratarem de esclarecimentos de ordem técnica, encaminhamos os questionamentos ào setor requisitante da compra (Coordenação de Compras), que assim manifestou-se:

**I- “Item 12: “Clip para Videolaparoscopia em Titânio” = Por gentileza informar a dimensão (Medidas) do Clip de Titânio Grande?”.**

*R.: “Os clips para videolaparoscopia existentes no mercado possuem especificações como: médio e grande e não constam tamanhos. - A especificação que tenho do que usamos atualmente é: para vasos de aproximadamente 3 mm a 10mm”.*

**II- “Item 13: “Clip para Videolaparoscopia em Titânio”= Por gentileza informar a dimensão (Medidas) do Clip de Titânio Médio”?”.**

*R.: “Os clips para videolaparoscopia existentes no mercado possuem especificações como médio e grande e não constam tamanhos. - A especificação que tenho do que usamos atualmente é: para vasos de aproximadamente 5mm a 13mm.”*

**III- “Item 27: “ Placa Eletrocirúrgica” = Por gentileza informar se a placa deverá ser COM ou SEM CABO? ADULTO ou PEDIÁTRICO?”**

*R.: “- A placa é sem cabo e para utilização em adultos.”*



Sendo o que se apresenta e, não existindo a necessidade de republicação do termos, vez que não houve alteração nas descrições técnicas, mantenho as datas e termos anteriormente publicados.

Curitiba, 08 de janeiro de 2019.

**Janaina Barreto Fonseca**  
**Equipe de Apoio**