

COMUNICADO 02 – BOLETIM DE ESCLARECIMENTO

Ref.: Pedido de esclarecimento apresentado aos termos do Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n.º 023/2019- Feaes, cujo objeto é a “SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA AQUISIÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO (35 ITENS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FEAES PELO PERÍODO DE 12 MESES”.

Tendo em vista o Pedido de Esclarecimento aos termos do Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico nº 023/2019-Feaes apresentado pela empresa “Taimin”, onde questiona-se termos e exigências do supracitado edital e, tendo em vista se tratarem de esclarecimentos de ordem técnica, encaminhamos tais ao setor requisitante (Coordenação de Compras), o qual se manifestou da seguinte forma – ANEXO I:

a) “Item 12: “Clip para Videolaparoscopia em Titânio” **O fornecedor deverá fornecer junto com os clips, em regime de COMODATO, 02 (dois) clipadores compatíveis contendo as seguintes características: Aplicador de grampos autoclavável, desmontável, de engate rápido, composto por manopla, tubo externo e haste interna, devendo permitir um giro de 360. Item 13: “Clip para Videolaparoscopia em Titânio” **O fornecedor deverá fornecer junto com os clips, em regime de COMODATO, 05 (cinco) clipadores compatíveis contendo as seguintes características: Aplicador de grampos autoclavável, desmontável, de engate rápido, composto por manopla, tubo externo e haste interna, devendo permitir um giro de 360. Conforme solicitação do descritivo do edital, as CLIPADORAS deverão ser “desmontável”, entretanto não possuímos em nosso estoque esse modelo de clipadoras, podemos oferecer o nosso modelo que não é desmontável?”

Resposta: Considerando a análise realizada pelo setor requisitante passo a expor: não será possível a aceitação da alteração de descritivo, uma vez que estes “devem ser desmontáveis para facilitar a desinfecção e esterilização.”

Desta forma, não havendo necessidade de alterações nos termos do Edital, permanecem inalteradas todas as disposições deste.

Curitiba, 18 de março de 2019.

**Kamila Tolari Faneco
Pregoeira**

ANEXO I

zimbra

Buscar Kamila Tolari Faneco

E-mail Contatos Agenda Tarefas Porta-arquivos Preferências Re: PE 023/2019

Fechar Responder Responder a todos Encaminhar Arquivar Apagar Spam Ações

Re: PE 023/2019 PR _Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba - FEAES 18 de março de 2019 15:05



De: Fabiana Martins
Para: Kamila Tolari Faneco
Cc: Compras Feaes

Prezada,

Os clipadores devem atender integralmente ao Edital de Embasamento, portanto, devem ser desmontáveis para facilitar a desinfecção e esterilização.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Atenciosamente,

  **Fabiana Martins**
Coordenadora de Compras
41 3316-5942 | feaes.curitiba.pr.gov.br



De: "Kamila Tolari Faneco" <kfaneco@feaes.curitiba.pr.gov.br>
Para: "Compras Feaes" <comprasfeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br>; "Fabiana Martins" <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 18 de março de 2019 14:59:27
Assunto: Fwd: PE 023/2019 PR _Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba - FEAES

Prezada,

Segue pedido de esclarecimento apresentado pela empresa TAIMIN aos termos do Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico n.º 023/2019- Feaes. Aguardo vosso posicionamento para dar prosseguimento ao processo.

Ressalto quanto ao prazo de 24h para resolução, sob pena de suspensão do Edital.

Atenciosamente,

  **Kamila Tolari Faneco**
Pregoeira
Comissão Permanente de Licitações
41 3316 5967 | 5927
feaes.curitiba.pr.gov.br