



ANALI 095

Laboratório Analítico Habilitado pela ANVISA

Veja o escopo no site da ANVISA:

[Http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/anal/analitico_095.htm](http://www.anvisa.gov.br/reblas/bio/anal/analitico_095.htm)

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 98754/2020A

Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- NBR 14873"

Não Tecidos para artigos de uso odonto-médico-hospitalar

São Paulo, 05 de Julho de 2020.

T A DE OLIVEIRA MATERIAIS HOSPITALARES E INSTRUMENTOS MUSICAIS

Av Álvaro Marcondes De Mattos 560 - São Gonçalo

Solicitante: Tiago Andrade de Oliveira

CEP.: 12092-500 -Taubaté-SP

Material: Avental Descartável 50gr Laminado Manga Longa

Data de entrada: 02/07/2020

Hora de entrada: 15:00

Embalagem: Saco Plástico

Condições de transporte: Temperatura ambiente

Descrição da amostra:

Marca: New Group

Lote: 01/07/2020

Composição: 01 Camada de 40g/m² TNT (Tecido Não Tecido) Polipropileno + 01 Camada 10g/m² de Polietileno

Gramatura: 50g/m²

Quantidade de Camadas: 02

Cor: Branca

Tamanho: 1200mm x 1400mm

Fabricante: New Group

Nº do produto: 01

Data de Fabricação: 01/07/2020

Data de Validade: 60 meses

Micro-organismo utilizado: *Staphylococcus epidermidis* ATCC 14990

Resultado: A amostra apresentou 99,88% de eficiência de filtração bacteriana.

Metodologia: ABNT NBR 14873: 2002 Não tecido para artigos de uso Odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica.

Observação: Este ensaio tem seu valor restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

Diretora Técnica	Gerente de Laboratório
Maria José Silveira CRBio.: 18.098-01	Paula de Maio Trezza CRBio.: 43.933/01-D

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.

Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf>Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br/