



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
3º andar  
Capão Raso – Curitiba/PR  
CEP 81.130-160  
(41) 3316-5927  
[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)

## Ata de Resultado de Julgamento

*Processo Administrativo n°: 138/2022.*

*Pregão Eletrônico n°: 093/2022.*

*Objeto: Registro de Preços para futuro fornecimento de materiais e mobiliário para fisioterapia e reabilitação.*

Aos 18 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, o Pregoeiro devidamente designado efetuou o julgamento do pregão eletrônico em epígrafe. Após análise das propostas, dos lances e da habilitação das empresas, considerando os fatores de julgamento previstos em Edital de Embasamento e em conformidade com os documentos de análise técnica que se encontram anexados a esta ata, resolveu-se por:

No que diz respeito ao Item 01: 221411 /Barra paralela dupla 3 Metros (Ampla concorrência), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 02: 221433 Divisória móvel hospitalar com uma base, a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 03: 221429 /Bicicleta com display para exercícios de pernas de braços (Ampla concorrência), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 04: 221430 / Dinamômetro de mão digital, a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 05: 221418 / Divã tablado baixo (Ampla concorrência), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 06: 221436 / Elevador elétrico hospitalar transfer, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: K.C.R Comércio de Equipamentos resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou documentos exigidos no edital de embasamento e após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, Elevador Elétrico Hospitalar Transfer, marca Lider, modelo BT-300, esta não apresentou o comprovante de registro do equipamento junto a ANVISA. Tendo em vista enquadrar-se nas normas técnicas da IN 49/2019 por ser um equipamento elétrico destinado a transferência de pessoas, estando sujeito a certificação compulsória, segundo as legislações pertinentes, constando inclusive tal equipamento na lista de produtos para a saúde da ANVISA como elevador elétrico hospitalar transfer. Marca: LIDER, Valor unitário: R\$ 7.217,00.

Desta forma, em não havendo propostas classificadas para este item, declaro seu resultado como **fracassado**.

No que diz respeito ao Item 07: 221413 / Escada linear para marcha (sem rampa), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 08: 219787 / maca hospitalar fowler, elevação e movimentos, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Artmed Ind. e Com de Móveis e Produtos Hospitalares **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: ARTMED, Valor unitário: R\$ 9,110,00, Quantidade: 5 unidades, Valor total: R\$ 45.550,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Artmed Ind. e Com de Móveis e Produtos Hospitalares

No que diz respeito ao Item 09: 221443 / Maca clínica, a classificação de propostas ficou



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
3º andar  
Capão Raso – Curitiba/PR  
CEP 81.130-160  
(41) 3316-5927  
[www.feaes.curitiba.pr.gov.br](http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br)

conforme segue:

1º. Licitante: Artmed Ind. e Com de Móveis e Produtos Hospitalares resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou a documentação exigida no Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a Maca clínica, marca ARTMED, modelo ART – 202-C não atende tecnicamente o descritivo do item 9 do Pregão Eletrônico N° 93/2022 – FEAS. “O leito deverá possuir 1,90 metro de comprimento, 0,58 metro de largura e 0,90 metro de altura, ser revestido de espuma de 5 cm, densidade 28, revestido em courvim de coloração azul-claro.” e o produto ofertado pela empresa possui comprimento de 1,85 m e 0,80 m de altura. Marca: ARTMED, Valor unitário: R\$ 2.381,00.

Desta forma, em não havendo propostas classificadas para este item, declaro seu resultado como **fracassado**.

No que diz respeito ao Item 10: 221431 / Maca ortostática elétrica, a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 11: 221435 – Mesa auxiliar, a classificação de propostas ficou conforme segue:

2º. Licitante: Artmed Ind. e Com de Móveis e Produtos Hospitalares resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou a documentação exigida no Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a Mesa auxiliar inox, marca ARTMED, modelo ART – 176-A não atende tecnicamente o descritivo do item 11 do Pregão Eletrônico N° 93/2022 – FEAS. “A mesa deverá possuir 80 cm de altura, 50 cm de largura e 90 cm de comprimento.” e o produto ofertado pela empresa possui largura de 43 cm. Marca: ARTMED, Valor unitário: R\$ 680,00.

Desta forma, em não havendo propostas classificadas para este item, declaro seu resultado como **fracassado**.

No que diz respeito ao Item 12: 221434 / Mesa de cabeceira e refeição acoplada, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Artmed Ind. e Com de Móveis e Produtos Hospitalares resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou a



documentação exigida no Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a Mesa de cabeceira e refeição acoplada, marca ARTMED, modelo ART – 188 não atende tecnicamente o descritivo do item 12 do Pregão Eletrônico N° 93/2022 – FEAS. “O comprimento do armário deverá ser de 0,55 m, profundidade 0,44 m.” e o produto ofertado pela empresa possui as seguintes dimensões: 0,41 x 0,39 x 0,78. Marca: ARTMED, Valor unitário: R\$ 1.101,00.

2°. Licitante: Mogi Medical Equipamentos Eireli resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de embasamento. Marca: Imperial, Valor unitário: R\$ 1.200,0000.

Desta forma, em não havendo propostas classificadas para este item, declaro seu resultado como **fracassado**.

No que diz respeito ao Item 13: 221432 / Tens estimulador elétrico, a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 14: 221427 / Ultrassom para fisioterapia, a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 15: 221412 / Andador adulto, a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 16: 221414 / Bengala, a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

]

No que diz respeito ao Item 17: 221422 / Caneleira 0,5 kg (Ampla concorrência), a



classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 18: 221423 / Caneleira 1 kg (Ampla concorrência), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1 Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 19: 221424 / Caneleira 2 kg (Ampla concorrência), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 20: 221438 / Conjunto de boleadores de metal, a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 21: 221425 – Cunha média em espuma (Ampla concorrência), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 22: 218644 / Escada clínica, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Artmed Ind. e Com de Móveis e Produtos Hospitalares resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou a documentação exigida no Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a Escada clínica, marca ARTMED, modelo ART – 154 não atende tecnicamente o descritivo do item 22 do Pregão Eletrônico N° 93/2022 – FEAS. “O comprimento da escada deverá ser de 0,38 metro, largura 0,37 metro, altura 0,41 metro e suportar até 120 kg.” e o produto ofertado pela empresa possui as seguintes dimensões: 0,40 x 0,34 x 0,40 (COMPRIMENTO x ALTURA x LARGURA). Marca: ARTMED, Valor unitário: R\$ 159,00.



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
3º andar  
Capão Raso – Curitiba/PR  
CEP 81.130-160  
(41) 3316-5927  
[www.feaes.curitiba.pr.gov.br](http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br)

Desta forma, em não havendo propostas classificadas para este item, declaro seu resultado como **fracassado**.

No que diz respeito ao Item 23: 221417 / Espaldar em madeira (barra/escada de ling), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 24: 221428 - Rolo e rotor de punho (Ampla concorrência), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 25: 221415 / Goniometro (Ampla concorrência), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 26: 221419 / Par de halteres emborrachado 1 kg (Ampla concorrência), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 27: 221420 / Par de halteres emborrachado 2 kg (Ampla concorrência), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 28: 221421 / Par de halteres emborrachado 3 kg (Ampla concorrência), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 29: 221416 / Muletas (Ampla concorrência), a classificação de



**Feas**

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
3º andar  
Capão Raso – Curitiba/PR  
CEP 81.130-160  
(41) 3316-5927  
[www.feaes.curitiba.pr.gov.br](http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br)

propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

No que diz respeito ao Item 30: 221437 / Tubo de ressonância para exercícios vocais, a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é: **deserto**.

Total geral dos itens do pregão eletrônico nº: 093/2022: R\$ 45.550,00. Nada mais tendo a constar, esta Ata foi assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Juliano Eugenio da Silva  
Pregoeiro

Mirelle Pereira Fonseca  
Equipe de Apoio

Veridiane de Paula Macedo Sotto Maior  
Equipe de Apoio



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
3º andar  
Capão Raso – Curitiba/PR  
CEP 81.130-160  
(41) 3316-5927  
[www.feaes.curitiba.pr.gov.br](http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br)



**Engenharia e Manutenção**  
Fundação Estatal de Atenção à Saúde de  
Curitiba – FEAS  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho  
Curitiba / PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5909  
[www.feaes.curitiba.pr.gov.br](http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br)  
[engenhariafeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br](mailto:engenhariafeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br)

Memorando n.º 43/2022 – Engª Clínica | FEAS

Curitiba, 12 de Agosto de 2022.

De: Engª Clínica | FEAS.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAS  
A/C Sra. Veridiane de P. Macedo Sotto Maior;

Referente: Pregão Eletrônico n.º 093/2022 – Feas: “Registro de Preços para futuro fornecimento de materiais e mobiliário para fisioterapia e reabilitação”.

Após análise das documentações exigidas no edital, informo:

A empresa listada abaixo anexou documentação:

- **ARTMED IND. E COM. DE MÓVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

**Item 08: 219787 / maca hospitalar fowler, elevação e movimentos**

- A empresa ARTMED IND. E COM. DE MÓVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a documentação exigida no Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a / maca hospitalar fowler, elevação e movimentos, marca ARTMED, modelo ART – 125 D atende tecnicamente o descritivo do item 8 do Pregão Eletrônico N.º 93/2022 – FEAS, desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 9: 221443 / Maca clínica**

- A empresa ARTMED IND. E COM. DE MÓVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a documentação exigida no Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a Maca clínica, marca ARTMED, modelo ART – 202-C não atende tecnicamente o descritivo do item 9 do Pregão Eletrônico N.º 93/2022 – FEAS. “O leito deverá possuir 1,90 metro de comprimento, 0,58 metro de largura e 0,90 metro de altura, ser revestido de espuma de 5 cm, densidade 28, revestido em courvim de coloração azul-claro.” e o produto ofertado pela empresa possui comprimento de 1,85 m e 0,80 m de altura desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

**Item 11: 221435 – Mesa auxiliar**





Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
3º andar  
Capão Raso – Curitiba/PR  
CEP 81.130-160  
(41) 3316-5927  
[www.feaes.curitiba.pr.gov.br](http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br)



**Engenharia e Manutenção**  
Fundação Estadual de Atenção à Saúde de  
Curitiba – FEAS  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho  
Curitiba / PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5909  
[www.feaes.curitiba.pr.gov.br](http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br)  
[engenhariafeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br](mailto:engenhariafeaes@feaes.curitiba.pr.gov.br)

- A empresa ARTMED IND. E COM. DE MÓVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a documentação exigida no Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a Mesa auxiliar inox, marca ARTMED, modelo ART – 176-A não atende tecnicamente o descritivo do item 11 do Pregão Eletrônico N° 93/2022 – FEAS. “A mesa deverá possuir 80 cm de altura, 50 cm de largura e 90 cm de comprimento.” e o produto ofertado pela empresa possui largura de 43 cm desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

**Item 12: 221434 / Mesa de cabeceira e refeição acoplada**

- A empresa ARTMED IND. E COM. DE MÓVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a documentação exigida no Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a Mesa de cabeceira e refeição acoplada, marca ARTMED, modelo ART – 188 não atende tecnicamente o descritivo do item 12 do Pregão Eletrônico N° 93/2022 – FEAS. “O comprimento do armário deverá ser de 0,55 m, profundidade 0,44 m.” e o produto ofertado pela empresa possui as seguintes dimensões: 0,41 x 0,39 x 0,78, dessa forma a empresa foi **desclassificada**.

**Item 22: 218644 / Escada clínica**

- A empresa ARTMED IND. E COM. DE MÓVEIS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA anexou a documentação exigida no Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, a Escada clínica, marca ARTMED, modelo ART – 154 não atende tecnicamente o descritivo do item 22 do Pregão Eletrônico N° 93/2022 – FEAS. “O comprimento da escada deverá ser de 0,38 metros, largura 0,37 metros, altura 0,41 metros e suportar até 120 kg..” e o produto ofertado pela empresa possui as seguintes dimensões: 0,40 x 0,34 x 0,40 (COMPRIMENTO x ALTURA x LARGURA), dessa forma a empresa foi **desclassificada**.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
William Kéndi Arabori  
Matrícula 2384  
Engenharia e Manutenção | FEAES

2



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
3º andar  
Capão Raso – Curitiba/PR  
CEP 81.130-160  
(41) 3316-5927  
[www.feaes.curitiba.pr.gov.br](http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br)



**Engenharia Clínica**  
Fundação Estatal de Atenção à Saúde de  
Curitiba – FEAS  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho  
Curitiba / PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5928  
[www.feaes.curitiba.pr.gov.br](http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br)  
engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 44/2022 – Engª Clínica | FEAS

Curitiba, 15 de Agosto de 2022.

De: Engª Clínica | FEAS.

Para: Comissão Permanente de Licitações - CPL | FEAS  
A/C Sra. Veridiane de P. Macedo Sotto Maior;

Referente: Pregão Eletrônico nº 093/2022 – Feas: “Registro de Preços para futuro fornecimento de materiais e mobiliário para fisioterapia e reabilitação”.

Após análise das documentações exigidas no edital, informo:

A empresa listada abaixo anexou documentação:

- **K. C. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Eireli**

Em relação aos itens cotados, no que diz respeito às documentações apresentadas, informo:

**Item 6: 221436 / Elevador Elétrico Hospitalar Transfer**

- A empresa K. C. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Eireli anexou documentos exigidos no Edital de Embasamento e após a análise dos documentos apresentados por essa empresa, Elevador Elétrico Hospitalar Transfer, marca Lider | modelo BT-300, esta não apresentou o comprovante de registro do equipamento junto a ANVISA. Tendo em vista, enquadrar-se nas normas técnicas da IN 49/2019 por ser um equipamento elétrico destinado a transferência de pessoas, estando sujeito a certificação compulsória, segundo as legislações pertinentes, constando inclusive, tal equipamento na lista de produtos para a saúde da ANVISA como o elevador elétrico hospitalar transfer.

BT300 Balança Guincho – Descrição	
<b>Principais benefícios</b>	
➤ Facilidade de montagem, instalação e operação;	
➤ Comodidade para transporte e locomoção;	
➤ Simplicidade, robustez e baixo custo de manutenção;	
➤ Baixo consumo de energia;	
➤ Assistência técnica em todo o Brasil;	
<small>Este produto foi desenvolvido sob um rigoroso critério de precisão, em conformidade com a Portaria 236/94 do INMETRO e foi projetado para garantir o desempenho das tarefas na área de pesagem de pessoas, com a mais absoluta segurança e confiabilidade, podendo atender a todas as demandas e necessidades, possui ainda diversas funções automáticas, tornando as tarefas diárias mais eficientes e precisas.</small>	

1  
RBJ



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161  
3º andar  
Capão Raso – Curitiba/PR  
CEP 81.130-160  
(41) 3316-5927  
[www.feaes.curitiba.pr.gov.br](http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br)




**Engenharia Clínica**  
Fundação Estatal de Atenção à Saúde de  
Curitiba – FEAS  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho  
Curitiba / PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5928  
[www.feaes.curitiba.pr.gov.br](http://www.feaes.curitiba.pr.gov.br)  
[engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br](mailto:engenhariaclinica@feaes.curitiba.pr.gov.br)

Ainda conforme descrição técnica do equipamento (documento fornecido pela própria empresa) o equipamento em questão tem a função de pesagem de pessoas não se caracterizando como um elevador elétrico hospitalar transfer.

Isto posto o produto ofertado pela empresa não atende as exigências editalícias, dessa forma a empresa foi **desclassificada**.

Atenciosamente,

  
Wiliam Kendi Arabori  
Matrícula 2384  
Engenharia Clínica Feas

  
Eng.º Roberto L. Dallagrana  
CREA-PR: 75520/D  
Gerente de Engenharia e Manutenção Feas